

Ozn.	T - 6606
Název	Aseptické umyvadlo vč. pojízdného stojanu
Název a typové označení nabízeného produktu	Pojízdný stojan s nerez mísou – ATYP, kat.č.: ATYP KLARO
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	9866,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	11937,86

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
materiál nerez 18/10 (AISI 304)	ANO	AISI 304
bezspárově svařená pojízdná konstrukce s 5-ti rameny	ANO	
s držadlem pro jedno aseptické umyvadlo a pořadačem	ANO	
antistatická kolečka z umělé hmoty pr. min. 75 mm, odolná proti otěru, odolná proti korozi	ANO	
2 kolečka s brzdou	ANO	
1x nerezové umyvadlo, sterilizovatelné	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota



Ozn.	T - 6608
Název	Miska s ohřevem roztoků vč. pojízdného stojanu
Název a typové označení nabízeného produktu	VMO-06
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	76988,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	93155,48

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
pojízdný 5-ti ramenný stojan s vyhřívacím tělesem pro ohřev sterilních roztoků	ANO	
materiál nerezová ocel 18/10 (AISI 304)	ANO	
bezspárově svařená konstrukce	ANO	
antistatická kolečka z umělé hmoty, odolná proti otěru, odolná proti korozi	ANO	
2 kolečka s brzdou	ANO	
výška plynule nastavitelná jednou rukou	ANO	
topné těleso s regulací teploty	ANO	
plynule regulovatelná teplota 30 - 60 °C	ANO	30-90°C
nastavení teploty po 10°C	ANO	Po 1°C
integrovaný omezovač teploty	ANO	
zobrazení provozního napětí LED diodou	ANO	
5m kabelová přípojka se zástrčkou	ANO	
3x sterilizovatelná nerezová nádoba se zesíleným dnem	ANO	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
držák pro zavěšení kabelu	ANO	

Ozn.	T - 6715
Název	Schůdky jednostupňové , nerez
Název a typové označení nabízeného produktu	Nerez schůdek – ATYP, kat.č.: ATYP KLARO
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	3988,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	4825,48

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
materiál nerez 18/10	ANO	
bezspárově svařená stabilní konstrukce se 4 nožkami	ANO	
1x široký stupeň s protiskluzovou úpravou	ANO	
antistatické provedení	ANO	
gumové patky na nohách	ANO	
nosnost až 130 kg	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota

Ozn.	T - 6715
Název	Schůdky jednostupňové , nerez
Název a typové označení nabízeného produktu	Nerez schůdek – ATYP, kat.č.: ATYP KLARO
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	3899,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	4717,79

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
materiál nerez 18/10	ANO	
bezspárově svařená stabilní konstrukce se 4 nožkami	ANO	
1x široký stupeň s protiskluzovou úpravou	ANO	
antistatické provedení	ANO	
gumové patky na nohách	ANO	
nosnost až 130 kg	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota

Ozn.	T - 7501
Název	Vozík na špinavé prádlo, odpad, 2 vaky
Název a typové označení nabízeného produktu	Becker 130305
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	23478,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	28408,38

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
materiál nerez 18/10 (AISI 304)	ANO	AISI 304
bezspárově svařená pojízdná konstrukce se čtyřhranného profilu	ANO	
možnost zavěšení 2 pytlů na prádlo o obsahu 60/70 litrů, držák zamezující proklouzávání pytlů	ANO	
4 antistatická kolečka o pr. min. 75 mm, odolná proti otěru, 2 s brzdou	ANO	75 mm
2 x plastová nebo nerezová víka	ANO	nerezová
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota



Ozn.	T - 7511
Název	Vozík na čisté prádlo, uzavřený
Název a typové označení nabízeného produktu	Vozík na čisté prádlo, uzavřený, kat.č.: ATYP, KLARO
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	23478,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	28408,38

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
rozměry cca 1170/780/1490 mm	ANO	1180/780/1490mm
uzavřený jednostěnný transportní vozík s policemi pro skladování a převoz materiálu	ANO	
vozík vhodný pro vnitřní i venkovní transport	ANO	
samonosný korpus z ušlechtilé oceli, materiál nerez 18/10 (AISI 304)	ANO	AISI 304
se 2 odnímatelnými výškově nastavitelnými policemi	ANO	
max. zatížení 180 kg, max. nosnost police 60kg	ANO	
pro max. 6 STE jednotek	<u>ANO</u>	
vozík uzavíratelný dvěma dvojstěnnými křídlovými dveřmi s obvodovým těsněním a dorazovou lištou	<u>ANO</u>	
úhel otevírání dvířek 270°	<u>ANO</u>	
dveře uzamykatelné	<u>ANO</u>	
s blokováním v otevřeném stavu	ANO	
na obou stranách vozíku 2 celonerezová madla	ANO	
vozík s plastovými nárazníky	ANO	

4 kolečka s vysokou nosností o průměru min. 160 mm , antistatická, z nich dvě s brzdou, odolné proti otěru	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota



Ozn.	T - 7512
Název	Vozík na špinavé prádlo uzavřený
Název a typové označení nabízeného produktu	Vozík na čisté prádlo, uzavřený, kat.č.: ATYP KLARO
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	59926,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	72510,46

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
rozměry cca 1170/780/1490 mm	ANO	1180/780/1490mm
uzavřený jednostěnný transportní vozík s policemi pro skladování a převoz materiálu	ANO	
vozík vhodný pro vnitřní i venkovní transport	ANO	
samonosný korpus z ušlechtilé oceli, materiál nerez 18/10 (AISI 304)	ANO	AISI 304
se 2 odnímatelnými výškově nastavitelnými policemi	ANO	
max. zatížení 180 kg, max. nosnost police 60kg	ANO	
pro max. 6 STE jednotek	<u>ANO</u>	
vozík uzavíratelný dvěma dvojstěnnými křídlovými dveřmi s obvodovým těsněním a dorazovou lištou	<u>ANO</u>	
úhel otevírání dvířek 270°	<u>ANO</u>	
dveře uzamykatelné	<u>ANO</u>	
s blokováním v otevřeném stavu	ANO	
na obou stranách vozíku 2 celonerezová madla	ANO	
vozík s plastovými nárazníky	ANO	

4 kolečka s vysokou nosností o průměru min. 160 mm, antistatická, z nich dvě s brzdou, odolné proti otěru	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota



Ozn.	T P - 2104
Název	Svítlidlo vyšetřovací nástěnné
Název a typové označení nabízeného produktu	DR. MACH LED 130
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	77986,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	94363,06

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Nástěnné provedení s širokým rozsahem manipulace, rádius dosahu min. 160 cm	ANO	171cm
Jednoduchá obsluha	ANO	
Možnost nastavení směru a intenzity osvětlení	ANO	
Velikost světelného pole min. 17 cm	ANO	17cm
Světelná intenzita min. 60 000 lux	ANO	60 000 lux
Zdroj světla LED	ANO	
Index podání barev Ra min. 95	ANO	95
Životnost světelných diod min. 50 000 hodin	ANO	50 000 hod.
Barevná teplota světla 4300 K	ANO	4300 K
Nízké tepelné záření	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Kotevních prvky pro instalaci ke stěně místnosti	ANO	

Ozn.	T P - 2104
Název	Svítlidlo vyšetřovací nástěnné
Název a typové označení nabízeného produktu	DR. MACH LED 130
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	77986,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	94363,06

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Nástěnné provedení s širokým rozsahem manipulace, rádius dosahu min. 160 cm	ANO	171cm
Jednoduchá obsluha	ANO	
Možnost nastavení směru a intenzity osvětlení	ANO	
Velikost světelného pole min. 17 cm	ANO	17cm
Světelná intenzita min. 60 000 lux	ANO	60 000 lux
Zdroj světla LED	ANO	
Index podání barev Ra min. 95	ANO	95
Životnost světelných diod min. 50 000 hodin	ANO	50 000 hod.
Barevná teplota světla 4300 K	ANO	4300 K
Nízké tepelné záření	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Kotevních prvky pro instalaci ke stěně místnosti	ANO	

Ozn.	T P - 2105
Název	Svítlidlo vyšetřovací stropní
Název a typové označení nabízeného produktu	DR. MACH LED 130
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	98894
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	119661,74

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Stropní provedení s širokým rozsahem manipulace, rádius dosahu min. 160 cm	ANO	171cm
Dodávka stropní konstrukce (mezikus mezi podhledem a stropem místnosti).	ANO	
Jednoduchá obsluha	ANO	
Možnost nastavení směru a intenzity osvětlení.	ANO	
Velikost světelného pole min.17 cm	ANO	17 cm
Světelná intenzita min. 60 000 lux	ANO	60 000 lux
Zdroj světla LED	ANO	
Index podání barev Ra min. 95	ANO	95
Životnost světelných diod min. 50 000 hodin	ANO	50 000 hod.
Barevná teplota světla 4300 K	ANO	4300 K
Nízké tepelné záření	ANO	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota

Ozn.	T P - 2105
Název	Svítlidlo vyšetřovací stropní
Název a typové označení nabízeného produktu	DR. MACH LED 130
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	98894
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	119661,74

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Stropní provedení s širokým rozsahem manipulace, rádius dosahu min. 160 cm	ANO	171cm
Dodávka stropní konstrukce (mezikus mezi podhledem a stropem místnosti).	ANO	
Jednoduchá obsluha	ANO	
Možnost nastavení směru a intenzity osvětlení.	ANO	
Velikost světelného pole min.17 cm	ANO	17 cm
Světelná intenzita min. 60 000 lux	ANO	60 000 lux
Zdroj světla LED	ANO	
Index podání barev Ra min. 95	ANO	95
Životnost světelných diod min. 50 000 hodin	ANO	50 000 hod.
Barevná teplota světla 4300 K	ANO	4300 K
Nízké tepelné záření	ANO	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota

Ozn.	T P - 2108
Název	Svítilno operační stropní, 2- zdrojové
Název a typové označení nabízeného produktu	TRUMPF TRULIGHT 5000
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	726544,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	879118,24

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Splnění všech příslušných v České republice platných technických norem.	ANO	
Odolnost povrchového materiálu operačních svítidel a stropních ramen vůči dezinfekčním prostředkům používaných na operačních sálech – uvedení doporučení čistících a dezinfekčních prostředků. Kompatibilita svítidel s laminárním prouděním.	ANO	B-BRAUN – MELISEPTOL 70%,2- PROPANOL ALKOHOL, SCHULKE – PERFOM 05%,BODE UNEM. – HYDROGEN PEROXID KESLA – WOFASTERIL 0,5%
Konfigurace operačních světel (2 páry): ▪ každé světlo je složeno z dvouramenného stropního závěsu se dvěma svítidly ▪ operační svítidla musí být mezi sebou plně zaměnitelná, ▪ kompatibilita s 1 ks Full HD wi-fi kamerovým systémem užívaným na COS MOÚ Brno s možností instalace alespoň do jedné ze dvou konfigurací ▪ příprava kamerového systému musí být umístěna v centrálním resterilizovatelném držáku.	ANO	

Síťové napájení 230 V / 50 Hz, záložní napájení 230 V / 50 Hz.	ANO	
Technologie vysokovýkonných polychromatických LED.	ANO	
Nastavitelná teplota chromatičnosti min. v několika krocích s postupným navyšování/snižováním chromatičnosti – s celkovým nastavitelným rozsahem 3 500 – 5 000 K.	ANO	3 500-5000K
Synchronizovaná změna teploty chromatičnosti pro obě svítidla.	ANO	
Maximální intenzita osvětlu – min. 140 000 lx pro každé svítidlo zvlášť. [kategorický požadavek*]	ANO	140 000 lx
Index podání barev $R_a \geq 96$. [kategorický požadavek*]	ANO	Ra 96
Index podání syté červené barvy $R_9 \geq 96$. [kategorický požadavek*]	ANO	R ₉ 97
Index podání barvy pleti $R_{13} \geq 96$. [kategorický požadavek*]	ANO	R ₁₃ 98
Hloubka osvětlení L1 + L2 při 20% zastínění min. 90 cm a při 60% zastínění min. 50 cm pro každé svítidlo z konfigurací zvlášť.	ANO	96 cm
Nastavitelná intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m od svítidla v rozsahu min. 10 – 100 % z maximální hodnoty intenzity osvětlení pro každé svítidlo zvlášť nezávisle na sobě.	ANO	10-100%
Možnost nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla.	ANO	
Plynule nastavitelný průměr světelného pole v rozsahu min. 18 – 30 cm při zachování nastavené intenzity osvětlení (měřeno 1 m od zdroje světla). [kategorický požadavek*]	ANO	16-30 cm
Nastavitelná intenzita osvětlení pro laparoskopické operace max. 10 % z maximální intenzity osvětlení pro každé svítidlo zvlášť. [kategorický požadavek*]	ANO	min 10 %
Možnost ovládání funkcí svítidla prostřednictvím resterilizovatelné rukojeti svítidla.	ANO	
Ovládání svítidel nezávisle na sobě (zapnutí, vypnutí, nastavení intenzity osvětlení, nastavení endoskopického módu) pomocí panelu umístěného na svítidlech a pomocí stěnového panelu.	ANO	
Průměr svítidla max. 60 cm. [kategorický požadavek*]	ANO	58 cm
Možnost vytvoření jednotného funkčního světelného panelu.	ANO	
Polohování pomocí flexibilního a plně kardanového zavěšení, vyvážení a stabilita v jakékoliv nastavené poloze, hmotnost	ANO	13,2 kg

svítidel max. 15 kg.		
Možnost výškového přizpůsobení, naklánění a otáčení svítidla pomocí nesterilních a sterilních prvků na jeho těle.	ANO	
Garantovaná maximální intenzita osvětlení, teplota chromatičnosti a parametry barevného osvětlení operačního světla min. 40 000 hodin (očekávaná životnost je 15 let). Možnost měnit LED zdroje samostatně. [kategorický požadavek*]	ANO	>60 000 h
<u>STROPNÍ ZÁVĚS:</u>		
Konfigurace stropního závěsu (2 ks): ▪ zavěšení dvou ramen na společném závěsu; musí být zajištěna ergonomie tak, aby byl co nejméně ovlivněn rozsah natáčení ramen svítidel,	ANO	
Možnost plynulého natáčení ramen operačních světel bez omezení o min. 350° (nesmí docházet ke kolizi s rameny světel a s ramenem monitoru).	ANO	360°
Možnost plynulého natáčení ramena monitoru bez omezení o min. 350° (nesmí docházet ke kolizi s rameny světel).	ANO	360°
Stabilita a vyváženost operačních světel v jakékoliv nastavené pozici.	ANO	
Možnost připojení a odejmutí kamerového systému alespoň k jednomu svítidlu z obou konfigurací (tzn., že požadujeme přípravu kamerového systému alespoň v jednom svítidle se vzájemnou zaměnitelností mezi sály). Požadována je kompatibilita s kamerovým systémem TruVidia Full HD wi-fi na operačních sálech	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Resterilizovatelné kryty na rukojeti svítidel a pro kamerový systém min. 5 ks pro každé svítidlo z konfigurace.	ANO	

Ozn.	TP - 6620
Název	Překládací zařízení pro pacienta
Název a typové označení nabízeného produktu	TRUMPF ORBITER 3F
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	2369797,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	2867454,37

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Pacientské překládací zařízení určeno k překládání pacientů z lůžka na transportní desku operačního stolu a naopak při přechodu mezi sterilním a nesterilním prostředím.	ANO	
Překládací zařízení tvořeno výškově stavitelnou základnou a pracovní deskou posuvnou do stran a vybaveno výsuvným oknem. Přesun pacienta pomocí tzv. nekonečného pásu.	ANO	
Možnost automatického překladu - tzv. „automatický režim“ překladu pacienta	ANO	
Překládací pás musí být možno čistit a dezinfikovat všemi běžně používanými prostředky.	ANO	
Nosnost min. 180 kg ve všech polohách bez omezení rychlosti posuvu.	ANO	
Zdvih spodní hrany pracovní desky minimálně v rozsahu 57 cm až 102 cm.	ANO	
Délka pracovní desky maximálně 195 cm.	ANO	
Šířka překládacího pásu ≥ 180 cm.	ANO	
Maximální boční vysunutí desky ≥ 75 cm, oboustranně.	ANO	
Ovládání zařízení ručním ovladačem přístupné z obou stran a bezdrátovým ovladačem.	ANO	
Ovládací panel s komunikací v ČJ	ANO	

Zařízení musí být vybaveno senzory a dalšími ochrannými prvky zabráňujícími nekontrolovanému sesunutí pacienta z pracovní desky.	ANO	
Pracovní deska musí být vyhřívaná.	ANO	
Napájecí napětí 230V / 50Hz	ANO	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota

Ozn.	T P - 6701
Název	Sprchový panel s dezinfekcí
Název a typové označení nabízeného produktu	Panel CSO sprchový s dezinfekcí, nerezový
Nabídková cena včetně příslušenství bez DPH	94966,-
Nabídková cena včetně příslušenství vč. DPH	114908,86

Technická specifikace:

Uchazeč je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení v plném rozsahu splňuje uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

TECHNICKÉ POŽADAVKY		
Požadavek:	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota
Sprchovací termostatická baterie	ANO	
Sprchovací hadice s růžicí	ANO	
STOP ventil	ANO	
Dezinfekční přístroj:	ANO	
Systém pro dávkování mycího/dezinfekčního/čistícího přípravku	ANO	
Sprchovací panel pracující na mechanickém principu (bez přívodu elektrické energie).	ANO	
Automatické přísávání detergentů	ANO	
Možnost nastavení koncentrace detergentu v rozmezí min 0% až 20%	ANO	
Systém zamezení průniku detergentů do sítě vodovodního řádu.	ANO	
Provedení panelu – nerez.	ANO	
Možnost zavěšení na zeď.	ANO	
Rozměr panelu cca 500 x 400 x 200 mm (š x v x d)	ANO	

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	Splňuje (ANO/NE)	Nabízená hodnota