

Jana Šuidová

Od:
Odesláno: 3. dubna 2018 14:01
Komu:
Předmět: RE: odpad k myčce podložních mís DSP Královice

Dobrý den,
Velmi děkuji za fotky.....teď nás nic nepřekvapí 0

Začátkem příštího týdne bych Vám sdělil termín dodávky.

Děkuji a přeji pěkný den

K6,s.r.o.
Zámecká 9
679 72 Kunštát

----- Originál Message-----

From:
Sent: Tuesday, April 3, 2018 10:47 AM
To: .
Subject: odpad k myčce podložních mís DSP Královice

Dobrý den,

zasíláme fotky přívodu vody a odpadu k myčce. Odpad litinový průměr 100mm. V případě dalších technických dotazů, můžete kontaktovat přímo p. Šuldu - údržba 733 677 161.

Dům sociální péče Královice, p. o.
Plzeňská 345, 331 41 Královice
email: _____
te"

Jana Šuldová

Od:
Odesláno: 19. března 2018 15:32
Komu:
Předmět: objednávka myčky podložních mís- doplnění

Dobrý den, myčku bychom tedy chtěli s podstavcem (s navýšením ceny počítáme) a zároveň, abychom ji později, mohli zavěsit.

Děkuji



Dům sociální péče Kralovice, p. o.
Plzeňská 345, 33141 Kralovice
email: _____
tel. H _____

From
Sent: Thursday, March 15, 2018 8:08 AM
To:
Subject: objednávka myčky podložních mís

Dobrý den, objednávám myčku a dezinfektor podložních mís KEN BPW 731, samostatně stojící.

Ještě bychom, potřebovali vědět a neumíme to posoudit, zda potřebujeme podstavec. (K čemu je dobrý, jak je vysoký...?)

Děkuji



Dům sociální péče Kralovice, p. o.
Plzeňská 345, 331 41 Kralovice