

Příloha č. 1 – Technická specifikace

180004, 14005 Lůžko pro pacienty, včetně matrace, 21 ks – Eleganza 2

- Plně elektricky polohovatelné lůžko se síťovým napájením – ANO
- Polohování pomocí elektromotorů s ochranou proti přetížení – ANO
- Elektricky polohovatelná čtyř-dílná ložná plocha s rozměry 200x90 cm – ANO, 200x90 cm
- Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru pro eliminaci tlaku – ANO
- Maximální úhel naklonění zádového alespoň 60° s funkcí rychlého spuštění „CPR“ – ANO, 64°
- Maximální úhel naklonění stehenního dílu alespoň 30° – ANO, 34°
- Náklon při pozici Trendelenburg/obrácený Trendelenburg alespoň +12°/-12° – ANO, +16°/-16°
- Zdvih lůžka v rozsahu minimálně 45 až 75 cm – ANO, 39,5 až 77,5 cm
- Sloupová konstrukce zdvihu – ANO
- Vnější šířka lůžka s postranicemi v horní poloze max. 100 cm – ANO, 99,5 cm
- Shoda s normou EN 60601-2-52 v aktuálním znění – ANO
- Dělené plné postranice po celé délce lůžka bez zabudovaných ovládacích prvků polohování – ANO
- Části postranic jednotlivě sklopné – ANO
- RTG zásuvka pod zády pacienta pro pořízení snímku bez nutnosti přemístění pacienta – ANO
- Bezpečné sklápění postranic s tlumením dosednutí – ANO
- Odnímatelné čelo lůžka s aretací proti samovolnému vytažení – ANO
- Možnost výběru barevného provedení lůžek (bez příplatku) před podpisem smlouvy – ANO
- 4 kolečka centrálně bržděná, ovládaná ze dvou míst, funkce aretace pro do přímého směru – ANO
- Funkce akustického alarmu nezabrzdněného lůžka (pokud je zapojeno do sítě) – ANO
- Průměr koleček ≥ 150 mm pro snadné pojíždění – ANO, 150 mm
- Výsuvné páte kolečko pro lepší manipulaci při pojíždění – ANO
- Maximální hmotnost pacienta min. 185 kg – ANO, 185 kg
- Centrální sesterský ovladač – ANO
- Funkce “kardiacké křeslo” a “resuscitační poloha” stisknutím jediného tlačítka – ANO
- Pacientský ovladač s funkcí proti nechtěnému polohování, uživatelsky odnímatelný (konektor ovladače na obou bocích lůžka) – ANO
- Noční podsvícení lůžka pro lepší orientaci pacienta v prostoru – ANO
- Univerzální lišty a držáky pro příslušenství – ANO
- Ochranné prvky (kolečka) v rozích lůžka – ANO

Příslušenství:

- 21 ks – hrazda s rukojetí, samonavíjecí – ANO
- 21 ks – koš na bažanta – ANO
- 21 ks – infuzní stojan s aretací proti otáčení – ANO
- 21 ks – držák na berle – ANO
- 21 ks – pacientský ovladač – ANO
- 21 ks – sesterský ovladač – ANO
- 21 ks antidekubitních pasivních matrací: CliniCare10
 - Antidekubitní matrace-pasivní, vyrobená z vrstvené studené pěny s perforací pro cirkulaci vzduchu – ANO

- Potah matrace z pružného paro-propustného materiálu s krytým zipem – **ANO**
- Výška matrace do 15 cm – **ANO, 14 cm**
- Prevence až do čtvrtého stupně rizika vzniku dekubitů – **ANO**
- Viskoelastická (paměťová) pěna nebo gel na celém povrchu jádra – **ANO**
- Hustota materiálu jádra min. 45 kg/m³ – **ANO, 46 kg/m³**
- Po obvodu musí být jádro matrace vyztuženo tužší pěnou, pro zvýšení stability ležícího pacienta a pro oporu při sezení na okraji lůžka – **ANO**
- Lepené či svařované švy potahu pro ochranu jádra matrace před zatečením – **ANO**
- Nosnost matrace min. 190 kg – **ANO, 200 kg**
- Matrace musí být opatřena transportními úchyty po stranách potahu matrace pro lepší manipulaci a snadnější transport – **ANO**

110009 Matrace antidekubitní aktivní, 13 ks – Virtuoso

- Samonosná aktivní antidekubitní matrace včetně kompresoru pro prevenci a léčbu dekubitů do IV. Stupně – **ANO, IV. Stupeň**
- Umožňuje samostatně ovládat/vypustit vzduchové válce pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. – **ANO**
- Umožňuje samostatně ovládat/vypustit vzduchové válce pod patami pro zvýšenou ochranu pat – **ANO**
- Funkce automatického zvýšení tlaku v hýžděvé části při posazení pacienta – **ANO**
- Minimálně tři režimy: alternující – pravidelné přerušování působení tlaku v intervalu 7-9 minut, statický – pro poskytnutí pevné opory při ošetřovatelských úkonech, režim konstantního nízkého tlaku – **ANO, 7,5 minuty**
- V alternujícím režimu musí být hmotnost pacienta vždy rozložena alespoň ze 2/3 na ploše matrace – **ANO**
- Udržení tlaku bez kompresoru při transportu pacienta minimálně 12 hodin – **ANO, 24 hodin**
- Možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli – 24 hodinová péče) – **ANO**
- Uspořádání vzduchových válců do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi válce při polohování – **ANO**
- Podélné vzduchové válce na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podpora vstávání – **ANO**
- Možnost rychlého vypuštění pro CPR (kardiopulmonální resuscitace) – **ANO**
- Funkce uzamknutí tlačítek jako ochrana před nežádoucí manipulací a chybným nastavením – **ANO**
- Nosnost minimálně 200 kg – **ANO, 254 kg**
- Rozměry cca 200 cm x 86 cm – podmínkou je kompatibilita se stávajícími resuscitačními lůžky LINET Multicare – **ANO, 204 x 86 cm**
- Maximální výška matrace do 23 cm – **ANO, 23 cm**
- V případě výpadku napájení a špatné funkčnosti se spustí akustický alarm – **ANO**
- Potah snadno snímatelný, elastický, paro-propustný, zip dokola 360° – **ANO**

Příslušenství:

- 1x Sada na lepení drobných poškození vzduchových válců – **ANO**

150003, 120004 Matrace antidekubitní pasivní, 8 ks – CliniCare10

- Antidekubitní matrace-pasivní, vyrobená z vrstvené studené pěny s perforací pro cirkulaci vzduchu – **ANO**
- Potah matrace z pružného paro-propustného materiálu s krytým zipem – **ANO**
- Výška matrace do 15 cm – **ANO, 14 cm**
- Prevence až do čtvrtého stupně rizika vzniku dekubitů – **ANO**
- Viskoelastická (paměťová pěna nebo gel na celém povrchu jádra – **ANO**
- Hustota materiálu jádra min. 45 kg/m³ – **ANO, 46 kg/m³**
- Po obvodu musí být jádro matrace vyztuženo tužší pěnou, pro zvýšení stability ležícího pacienta a pro oporu při sezení na okraji lůžka – **ANO**
- Lepené či svařované švy potahu pro ochranu jádra matrace před zatečením – **ANO**
- Nosnost matrace min. 190 kg – **ANO, 200 kg**
- Rozměr matrace 200x86 cm, podmínkou je rozměrová kompatibilita se stávajícími lůžky – **ANO, 200x86 cm**
- Matrace musí být opatřena transportními úchyty po stranách potahu matrace pro lepší manipulaci a snadnější transport – **ANO**