

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky\_GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ odd.**

**Název veřejné zakázky:**

**„Pořízení ultrazvukového přístroje – 2 přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení lůžková část a sály, pracoviště Náchod – II“**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného lékařského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, připouští zadavatel jednoznačně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky rovnocenných řešení.

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

**Minimální technické požadavky:****UZ PŘÍSTROJ VHODNÝ PRO DIAGNOSTIKU NA GYNEKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ S OPERAČNÍM SÁLEM – 1 ks**

<b>Popis parametru / Požadavek TS</b>	<b>Splnění TS ANO/NE</b>	<b>Nabízená hodnota (uchazeč vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE)</b>
<b>Specifikace</b>		
vysoce mobilní UZ přístroj vhodný pro diagnostiku na gynekologickém oddělení s operačním sálem, včetně brzděného transportního vozíku	ANO	
velmi kvalitní 2D zobrazení	ANO	
LCD barevný monitor min 19"	ANO	19"
výškově nastavitelný ovládací panel	ANO	
hmotnost přístroje maximálně do 75kg	ANO	61 kg
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze	ANO	
ukládání a úprava smyček	ANO	

## Příloha č. 2 zadávací dokumentace

B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase	ANO	
anatomický M-mód	ANO	
vícetupňové kompaundní zobrazení	ANO	
SW pro provádění všech typů měření a zobrazení používaných v sonografické diagnostice - se zaměřením na gynekologickou a porodnickou sonografii - měření délky, plochy, obvodu, objemu, úhlu, s automatickou kalkulačí dopplerovských parametrů a dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI	ANO	
programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti	ANO	
možnost automatické optimalizace obrazu	ANO	
optimalizace parametrů pro různé typy tkání	ANO	
možnost širšího fokusačního rozsahu a hlubší penetrace	ANO	
SW pro zobrazení tomografických rovin	ANO	3DXI
SW pro redukci specklí/šumů	ANO	
SW pro čistý obraz	ANO	
rychlá optimalizace klíčových parametrů pomocí jednoho tlačítka	ANO	
uživatelské nastavení pro každou sondu	ANO	
správa a ukládání patientských dat	ANO	
archivační systém s funkcí automatických záloh	ANO	
3 aktivní porty pro připojení sond	ANO	3
<b>Sondy</b>		
širokopásmová intrakavitální sonda, mín. rozsah 3 - 9 MHz	ANO	3-10 MHz
širokopásmová abdominální konvexní sonda, mín. rozsah 1 - 6MHz	ANO	1-6 MHz
<b>Ostatní požadavky</b>		
výstupy a archivace: LAN, USB 2.0, vnitřní archivační systém s min. 500 GB HDD	ANO	500 GB
protokol DICOM 3.0 - minimálně Storage (komunikace s PACS), Worklist (komunikace s NIS)	ANO	DICOM 3.0

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

možnost ukládat všechny záznamy na DVD a přes USB 2.0	ANO	
export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, std.)	ANO	
černobílá videotiskárna	ANO	P-95

**Další podmínky a požadavky:**

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, ...)
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to i v českém jazyce,
- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- délka záruky min. 24 měsíců
- v případě zdravotnického prostředku – registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění), v přechodném období (§ 97 a § 98) dle zákona č. 123/2000 Sb., § 31 v platném znění
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně spotřebního materiálu) a bez vyzvání
- bezplatně zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem
- dodání licenčního ujednání týkající se veškerého dodaného SW včetně licencí Microsoft
- 1x návod v ČJ (1x tištěný) – při dodání přístroje
- součástí nabídky bude elektronický nosič (CD/DVD, ...) kde bude:
  - ↓ Prohlášení o shodě
  - ↓ CE certifikát
  - ↓ Uživatelský manuál v ČJ
  - ↓ Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)
- Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o.
- Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel.

**MEDICOLINE**  
 MEDICOLINE SE, Trávník 1910/7, 128 00 Praha 2-Holešovice  
 IČO: 02025731 DIČ: CZ02025731



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:																				
Zástupci kupujícího:	1. pracovník technického úseku:																			
	2. pověřená osoba zdravotnického oddělení ( <i>primář/zástupce primáře</i> ):																			
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav zboží	obalů	Výsledek instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek montáže, uvedení	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení personálu a pracovníka oddělení klinických činností kupujícího, včetně vystavení protokolu a provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE										

*Handwritten signature*




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady – nejpozději do 96 hodin od zjištění vady

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

  
**ARFIDECOLINE**  
VÝROBKOVÝ  
ZÁŘÍČÍ  
S.R.O. IČ: 10966 19107, IZ: 001 Praha 2 - Nové Město  
3029/31 DKČ: CZ010721

**zástupce prodávajícího**  
(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_ **zástupce kupujícího 1.**  
(jméno, razítko a podpis)

\_\_\_\_\_ **zástupce kupujícího 2.**  
(jméno, razítko a podpis)

