



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

**(100001, 100014)**

## **Přístroj elektroterapeutický, 5 ks**

*Přístroj elektroterapeutický, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky:*

- Neinvazivní, elektroterapeutický, přenosný přístroj.
- Elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci v rozsahu minimálně 1 – 4 kHz.
- Mikroproudy transkutánně přivedeny do léčebné oblasti dotykem léčebné elektrody.
- Možnost monitorovat a řídit léčebný proces – digitální displej pro sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase.
- Bateriové napájení.
- Transportní taška.
- 2 sady elektrod včetně propojovacích kabelů.
- 2 typy aplikačních hrotů pro kolmou aplikaci a pro aplikaci pod úhlem.