



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

## **100004    Příklad magnetoterapeutický, 3 ks**

*Příklad magnetoterapeutický musí obsahovat a splňovat následující požadavky:*

- Magneto-terapeutický přístroj.
- Dotykový displej s úhlopříčkou alespoň 5“.
- Alespoň 4 nezávislé kanály a 4 výstupy.
- Přednastavené programy pro různé lékařské obory, uživatelem definovatelné protokoly.
- Možnost ukládání databáze pacientů do přístroje.
- Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství.
- Cílené magnetické pole (ochrana obsluhy před magnetickým zářením).
- Dosažitelná magnetická indukce nejméně 100 mT.
- Kombinace pulsního a stacionárního magnetického pole nastavitelným poměrem.
- Připojení k PC (pro upgrade softwaru).
- 2 ks – magnetoterapeutické lehátko s posuvným solenoidem s průměrem  $\geq 70$  cm a cíleným magnetickým polem.
- 1 ks - lokální aplikátor s rozměry 13 x 13 cm  $\pm 10\%$  s cíleným magnetickým polem.
- 1 ks – lineární aplikátor pro páteřní a další podélné aplikace s rozměry 60 x 25 cm  $\pm 10\%$  s cíleným magnetickým polem.
- 1 ks – solenoid pro končetinové aplikace s průměrem 30 cm  $\pm 10\%$  s cíleným magnetickým polem.
- 1 ks – stojan na přístroj, pojízdný brzděný se zásuvkami na příslušenství.