



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

100003 Příklad elektroterapeutický s lymfoterapií, 5 ks

Příklad elektroterapeutický s lymfoterapií, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky:

- Automatické vyfukování aplikátorů.
- Autodetekce aplikátorů.
- Jednoduchá manipulace s aplikátory
- Alespoň 12-ti kanálová lymfodrenáž pro alespoň 8 – 24 komorové aplikátory
- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou min. 5“.
- Vestavěná encyklopedie s medicínskými a estetickými protokoly.
- Přednastavená sekvence programů.
- Paměť pro více jak 100 uživatelských programů.
- Plynulé nastavení tlakového gradientu 0-100%.
- Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru.
- Nastavení individuálních terapií dle potřeb pacienta.
- Aktuálně pracující komora viditelná na displeji.
- Možnost odpojení jednotlivých komor.
- Možnost nastavení tlaku v rozsahu alespoň 25-150 mmHg.
- Konektor pro snadnou výměnu aplikátorů.
- Aplikátory: 1 ks - noha min. 10 komor, 1 ks - kalhoty min. 24 komor, 1 ks - paže s prsní komorou min. 8 komor.
- Stolek na přístroj pojízdný s přihrádkami.