



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

**100005**

## **Kombinovaná terapie rázovou vlnou a vysokovýkonným laserem, 1 ks**

*Kombinovaná terapie rázovou vlnou a vysokovýkonným laserem, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky:*

- Kombinovaná terapie rázovou vlnou a laserem v jednom přístroji.
- Jeden výstup pro aplikaci rázové vlny a jeden výstup pro aplikaci laseru.
- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou alespoň 5“.
- Přednastavitelné programy.
- Vestavěná encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkou aplikace terapie.
- Uživatelem definované diagnózy.
- Ovládání v českém jazyce.
- Přístroj integrován do stolku s kolečky a brzdami.

### **Rázová vlna:**

- Tlak min. 1-5 barů, frekvence v rozsahu minimálně 1 – 22 Hz.
- Přednastavitelné programy.
- Uživatelem definované diagnózy.
- Ergonomicky tvarovaný aplikátor s tlumičem zpětných rázů do ruky terapeuta.
- alespoň 2 koncovky aplikátorů pro různé typy tkání.
- Garance výměny revizní sady min. 2 000 000 rázů.

### **Laser:**

- Minimální výkon v kontinuálním režimu 10W.
- Operační vlnová délka 1065 nm  $\pm$  10 nm.
- Kontinuální i pulzní režim.
- Automatická kalibrace sondy bez nutnosti zásahu servisu.
- Spuštění terapie bezpečnostním nožním spínačem.
- Alespoň 3 velikosti snímatelného nástavce na laserový aplikátor pro vymezení ošetřované oblasti o velikostech v rozmezí 1 až 6 cm.
- 2 ks ochranných brýlí.