



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

(100007, 180011)

Motodlaha ramenního kloubu, 3 ks

Motodlaha ramenního kloubu, musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- 2 nezávislé motory.
- Rehabilitace vsedě.
- Nahrávání průběhu rehabilitace.
- Nastavitelná poloha uložení hlavy, vč. fixace a uložení druhé končetiny na opěrku (stavitelné).
- Universální levá/pravá – snadné přenastavení.
- Minimální rozsah addukce/abdukce: 20°- 160°
- Minimální rozsah vnitřní/vnější rotace: -60°- 90°
- Minimální rozsah flexe (elevace)/extenze: 20°- 180°
- Synchronní pohyb – kombinace: ABD/ADD v minimálním rozsahu 20°- 160° + rotace v minimálním rozsahu -30°- 90°.
- Asynchronní a synchronní chod motorů, možnost izolovaných pohybů.
- Speciální program s nastavením přístroje dle bolestivosti pacienta.
- Plynulé nastavení rychlosti, rozsahu pohybu a doby cvičení.
- Zpětný chod
- Manuální zajištění rozsahu pacienta.
- Prodleva ve flexi a extenzi
- Integrované pojízdné křeslo se snadnou manipulací, nastavitelná opěrka hlavy + fixace ramene.
- Polstrování omyvatelné běžnými dezinfekčními prostředky.
- Napájení z el. sítě.
- Minimálně 15 individ. programů
- Snadné nastavení a přizpůsobení rozměrům pacienta.
- Možnost okamžitého vypnutí motodlahy pacientem – dálkový ovladač.
- Ruční ovladač s LCD displejem pro nastavování parametrů.