



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

## **110008 Bronchofibroskop intubační, terapeutický, 1 ks**

*Bronchofibroskop intubační, terapeutický musí obsahovat a splňovat následující požadavky:*

- Úhel rozhledu 90°,
- Hloubka zorného pole o rozsahu zahrnujícím rozpětí alespoň 3 – 50 mm.
- Mobilní typ s osvětlením v konstrukci přístroje.
- Vnější průměr zaváděcího oddílu max. 5,2 mm, průměr pracovního kanálu min. 2,5 mm.
- Pohyb distálního konce nahoru/dolů min. 160°/130°.
- Pracovní délka max. 600 mm.
- Tester těsnosti.
- Bateriový LED zdroj světla, napájený akumulátorem, kompatibilní s bronchofibroskopem.