



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

140004 Cystoskop flexibilní, 1 ks

Cystoskop flexibilní, musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- HD čip v distálním konci endoskopu v HDTV rozlišení.
- Pohyb distálního konce nahoru / dolu min. 220° / 130°.
- Přímý směr pohledu 0°.
- Průměr zaváděcího tubusu max. 16,5 Fr..
- Průměr distálního konce zaváděcího tubusu max. 8,1 Fr.
- Zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění.
- Hloubka ostrosti alespoň v rozmezí 3 - 50 mm.
- Zorné pole 120° .
- Průměr pracovního kanálu min. 6,6 Fr. (2,2 mm).
- Pracovní délka min. 380 mm.
- Endoskop musí mít různou tuhost zaváděcího tubusu (tužší u rukojeti pro větší ochranu endoskopu proti zalomení, flexibilnější na distálním konci pro větší bezpečnost a komfort pro pacienta).
- Endoskop musí umožňovat využití úzko-pásmového zobrazení (tj. Významně se zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeného na filtraci světla přes úzkopásmový filtr.
- Endoskop musí být kompatibilní se stávajícím videosystémem Olympus Visera Elite / EXERA III. Kompatibilita zahrnuje především možnost rychlého a snadného propojení bez nutnosti technických zásahů, montáže či jiného mechanického pozměnění přístroje, a to včetně zajištění plné kompatibility.

dodávka musí obsahovat:

flexibilní cystoskop dle specifikace 1ks

bioptické kleště 1ks

úchopové kleště 1ks

sadu čistících kartáčků pro endoskop 1ks

tester pro zkoušku těsnosti 1ks

dezinfekční a bezpečnostní kontejner, 1 ks