



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

170011 Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů, 1 ks

Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky.

- Určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce.
- Kapacita na současné sušení a skladování minimálně 12 endoskopů, přičemž sušící prostor může být tvořen nejvýše dvěma oddělenými komorami.
- Celkové rozměry musí vyhovovat zamýšlenému instalačnímu prostoru (v. x š. x h.) max. 2700 mm x 2200 mm x 600 mm.
- Vnitřní sušení endoskopu vháněním stlačeného medicínálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar.
- Nastavitelná doba sušení.
- Možnost následného skladování po dobu minimálně 72 hodin bez nutnosti redezinfekce před použitím k výkonu.
- Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr.
- Ovládací panel pro nastavení doby sušení, identifikaci vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.
- Technologie pro identifikaci endoskopu a pracovníka.
- Součástí sada identifikačních karet pro pracovníky oddělení a sada RFID štítků pro endoskopy.
- Uzamykatelná dvířka.
- Validovatelné skladování, vyhovující hygienickým požadavkům.
- Napájecí napětí 230V/50Hz

Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášelivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy značky Olympus na pracovišti zadavatele Oblastní nemocnice Příbram a.s. Případné příslušenství pro zajištění kompatibility musí být součástí dodávky.