



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

## **140003 Uretrotom optický, 1 ks**

*Uretrotom optický, musí obsahovat a splňovat následující požadavky.*

- HD urologická optika, průměr max. 4 mm, úhel pohledu 12°, 1ks.
- Kompatibilita zámku optiky s cystoskopickým a resekčním pláštěm „OES Pro“, který se užívá na OS nebo příslušná přechodka pro napojení.
- Rigidní vnější plášť max. 22Fr. s pracovním kanálem alespoň 4Fr – 1ks.
- Obturátor pro vnější plášť – 1ks.
- Pracovní element - jezdec pro optický uretrotom – 1ks.
- Semi-circular nůž s alespoň 4 Fr. kanálem – 1ks.
- Sterilizační kontejner – autoklávovatelný na 134°C pro optický uretrotom – 1ks.
- Všechny výše uvedené položky musí být resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C.