



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

150015 Video-rhynolaryngoskop, 1 ks

Video-rhynolaryngoskop musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- HD rozlišení.
- Průměr distálního konce tubusu max. 3 mm.
- Pracovní délka alespoň 300 mm.
- Úhel rozhledu min. 90°.
- Ohyb distálního konce nahoru/dolů min. 120°/120°.
- Hloubka zorného pole v rozsahu min. 5 – 50 mm.
- Zabudovaný zdroj osvětlení.

Videoprocessor

- Musí umožňovat připojení HD endoskopů.
- Videovýstupy DVI (digitální), VGA (analogový).
- Alespoň 3xUSB.
- Archivace obrázků na USB v HD kvalitě.
- Archivace videosekvencí na USB v HD kvalitě.

Monitor

- Alespoň 19“ HDTV monitor.
- Certifikace MDE.
- Analogové a digitální vstupy a výstupy.