



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

## **180008 Turniket pro operace v bezkreví, 1 ks**

*Turniket pro operace v bezkreví, musí obsahovat a splňovat následující požadavky:*

- Pneumatický turniket pro operace v bezkreví.
- Signalizace poruchového stavu.
- Regulovatelný výstup s rozsahem alespoň 0 až 600 mmHg.
- Vypouštěcí ventil pro krátkodobé vypuštění manžety.
- Digitální měření času s odpočítáváním a akustickou signalizací.
- Alespoň 4 m tlaková hadice s koncovkou pro připojení na centrální rozvod stlačeného vzduchu.
- Pojízdny vozík včetně úložného prostoru na příslušenství.
- Hmotnost maximálně 3,5 kg.
- 2ks manžet horní končetinu (různé velikosti).
- 3ks manžet na dolní končetinu (různé velikosti).