

Příloha č. 3 ZD – Závazný vzor kupní smlouvy

**KUPNÍ SMLOUVA**

číslo:

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**Smluvní strany**

1. **Kupující:** **Thomayerova nemocnice** státní příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
- Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4  
Zastoupen: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. - ředitel  
DIČ: CZ00064190  
IČ: 00064190  
Číslo účtu: 3475562/0800  
Banka: Česká spořitelna a.s.
- Vyřizuje: Mgr. Olga Hybšová, vedoucí obchodního odd.  
Telefon: 261083599  
Fax: .....  
E-mail: [olga.hybsova@ftn.cz](mailto:olga.hybsova@ftn.cz)

(dále jen kupující)

a

2. **Prodávající:** **Suppméd, s.r.o.**, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C , vl. 185220
- Sídlo: U nákladového nádraží 1949/2, 130 00 PRAHA 3  
Zastoupen: Mgr. Jiří Urválek – jednatel společnosti  
DIČ: CZ24170674  
IČ: 241 70 674  
Číslo účtu: 6540917001/5500  
Banka: Raiffeisen Bank, a.s.  
Zapsán v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 185220  
Vyřizuje: Monika Záhořová  
Telefon: 775 979201  
Fax: .....  
E-mail: [monika.zahorova@suppméd.cz](mailto:monika.zahorova@suppméd.cz)

(dále jen prodávající)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku pod názvem: „**Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové techniky I. – videokolonoskop a dvoubalonový videoenteroskop**“, část 1. a 2. VZ, vyhlášenou dne 26.9.2016.

**1. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je dodávka **1ks videokolonoskopu EC-760R-VL, 1ks dvoubalonového videoenteroskopu s příslušenstvím EN-580T, příslušenství (Insuflátor CO2 GW-100, LCD monitor FS-L2701D, Endoskopický vozík ITD-03 Iso Plus, Ovládací pumpa PB-30).**

dle specifikace uvedené v příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu.
- dodání návodu na obsluhu v českém jazyce autorizovaného výrobcem (v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.) 2 ks v písemné podobě, a v kopii na CD 2ks,
- dodání prohlášení o shodě (s uvedením třídy ZP) včetně doložení oprávnění školit (v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.),
- příslušnou dokumentaci podle zákona č.18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*)
- příslušnou dokumentaci podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*),
- příslušnou dokumentaci podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*),
- komplexního zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dodání protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu.

## 2. Cena

### 2.1 Cena

Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (cena zboží, instalace, včetně uvedení do provozu, doprava, zaškolení obsluhy a údržby) a činí:

<b>Kupní cena bez DPH</b>	<b>3 128 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>656 880 Kč</b>
<hr/> <b>Kupní cena celkem vč. DPH</b>	<hr/> <b>3 784 880 Kč</b>

Příslušná specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalaci předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostní technické prohlídky dle zákona č. 268/2014 Sb. a komplexní zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu.

Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady oproti této kupní smlouvě jsou nepřípustné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

## 3. Platební podmínky a fakturace

### 3.1. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

### 3.2. Fakturace

Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem po doručení faktury ve dvojitým vyhotovení vystavené prodávajícím, a to do 60 dnů od doručení faktury.

Prodávající se zavazuje, že neuplatní úrok z prodlení do 60 dnů po lhůtě splatnosti. Dále právo na úrok z prodlení prodávající neuplatní v případě, že dojde k jakýmkoli změnám v termínech financování předmětu plnění ze státního rozpočtu. V takovém případě se prodávající zavazuje k uzavření dodatku ke kupní smlouvě, který nastalou situaci upraví.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále tyto náležitosti:

- den splatnosti,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh

Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za prodávajícího jeho správcem daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.

## **4 Doba plnění a ostatní ujednání**

### **4.1. Doba plnění**

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 21 dnů od podpisu kupní smlouvy.

### **4.2. Přejímka předmětu smlouvy:**

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné prohlídce kupujícím a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy vyčtené vady zboží odmítne podepsat zaměstnanec prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

### **4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouvy**

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace tzn. návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě (s určenou třídou ZP), jakož i příslušnou dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění, zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, (pokud se uvedený zákon na předmět

smlouvy vztahuje), protokol o zaškolení obsluhy, výchozí elektrevizi předmětu dodávky, záruční list a dodací list.

#### **4.4. Místo plnění**

Místem plnění předmětu smlouvy je Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč:

#### **4.5. Součinnost smluvních stran**

Prodávající zajistí zaškolení zaměstnanců kupujícího do obsluhy předmětu smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující se zavazuje umožnit příjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před plánovaným termínem zaměstnancům odboru zdravotní techniky kupujícího telefon: 776549939 – vedoucí obchodního odd.

#### **4.6. Závazek mlčenlivosti**

Prodávající je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním kupní smlouvy a dodržováním bezpečnostních požadavků jak jsou stanoveny a požadovány kupujícím.

#### **4.7. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo**

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu, tj. po podpisu předávacího protokolu.

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy. Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

#### **4.8. Smluvní pokuty**

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy kupujícímu nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny zboží za každý započatý den až do splnění této povinnosti.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 %, z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhrada škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této smlouvy, může prodávající požadovat úrok z prodlení podle platného nařízení vlády ČR.

#### 4.9. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a § 2106 občanského zákoníku)
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

### 5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

#### 5.1. Záruka

Prodávající po dobu záruky přístroje bude zajišťovat bezplatně záruční opravy a pravidelné technicko-bezpečnostní kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a plnění zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění (*pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje*) a případný upgrade software (*pokud se předmět plnění vztahuje*). Kupující je povinen vyzvat prodávajícího písemnou výzvou k provedení pravidelné technicko-bezpečnostní kontroly. Prodávající má povinnost na tyto prohlídky nastoupit do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruku na dobu **24 měsíců** od uvedení přístroje do provozu. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

#### 5.2. Servisní podmínky

Servisní služby v záruční době budou zajišťovány 365 dní v kalendářním roce.

Zahájení opravy nejpozději do 24 hod. od nahlášení závady.

Lhůta pro odstranění závad zpravidla nebude delší než 3 dny. Pokud bude lhůta pro odstranění závad delší jak tři kalendářní dny, prodávající se zavazuje zapůjčit náhradní přístroj po dobu opravy (pokud to charakter přístroje dovolí). Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít minimálně po dobu záruky ode dne uvedení přístroje do provozu a podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruky jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma.

#### KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS:

za prodávajícího / smluvní strana

Název společnosti: Suppmed,s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Veronika Havlíková

Telefon: +420 606 884 906

Fax: .....

E-mail: veronika.havlikova@suppmed.cz

#### 5.3. Reklamace

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
- právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického hlediska,
- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady pokládají smluvní strany výskyt vady nejméně 3 krát.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

## 6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy včetně DPH.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech informací a náležitostí smluvního vztahu (smlouvy a servisních podmínek vážících se na předmět plnění).

Pro případ, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zveřejnění smlouvy do registru smluv provede kupující a prodávajícímu odešle informaci o zveřejnění této smlouvy.

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

V Praze dne .....

V Praze dne 24.10.2016

.....  
**Za kupujícího:**

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.  
ředitel

.....  
**Za prodávajícího:**

Mgr. Jiří Urválek  
jednatel společnosti Suppmed, s.r.o.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový seznam dodávky
- Příloha č. 2 - Technická specifikace

**Příloha č. 1 - Položkový seznam dodávky**

<b>Dodavatel:</b>  Suppméd, s.r.o. U nákladového nádraží 1949/2 13000 PRAHA 3  IČO: 24170674 DIČ: CZ24170674  <small>Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. značka C 189220</small>	<b>Odběratel:</b>  Thomayerova nemocnice státní příspěvková organizace Videňská 800 140 55 PRAHA 4  IČO: 00064190 DIČ: CZ00064190
---	--

Datum vystavení: 11.10.2016

Označení dodávky:	Popis:	celná	množství	%DPH	DPH	celkem Kč vč. DPH
EC-760R-VL	Videokolonoskop 700 serie	1 073 000,00	1,00	21,00	225 330,00	1 298 330,00
EN-580T	Dvoubalonový videocentroskop	1 100 000,00	1,00	21,00	231 000,00	1 331 000,00
GW-100	Insuflátor CO2	150 000,00	1,00	21,00	32 550,00	187 550,00
FS-L2701D	LCD MD monitor 27"	110 000,00	1,00	21,00	23 100,00	133 100,00
ITD-03 Iso Plus	Endoskopický vozík	110 000,00	1,00	21,00	23 100,00	133 100,00
PB-30	Ovládací pumpe pro DBE	580 000,00	1,00	21,00	121 800,00	701 800,00

Součet: 3 784 880,00

**CELKEM K ÚHRADĚ:** 3 784 880,00 Kč

Rekapitulace DPH v Kč:	základ v Kč	sazba	DPH v Kč	celkem s DPH v Kč
	3 128 000,00	21%	656 880,00	3 784 880,00

Mgr. Jiří Urvátek - jednatel společnosti


**SUPPMED, s.r.o.**  
 U nákladového nádraží 1949/2  
 130 00 Praha 3  
 IČO: 24170674, DIČ: CZ24170674

# FUJIFILM

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VIDEOKOLONOSKOP EC-760R-VM/ VI / VL

<p>Videokolonoskop EC-760R-VM/ VI / VL</p> <p>FUJIFILM</p>	<p>Videokolonoskop EC-760R-VM/ VI/ VL</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- je osazen nejmodernějším typem čipu CMOS</li><li>- připojení do světelného zdroje přes <b>One-Step konektor (bezkontaktní napájení endoskopu, optický laser pro přenos obrazu)</b></li><li>- má zorné pole 170°</li><li>- přímý směr pohledu</li><li>- pozorovací vzdálenost 2 – 100 mm</li><li>- distální konec má průměr 12,0 mm</li><li>- pracovní délka je VM 1 330, VI 1 520, VL 1 690 mm</li><li>- průměr pracovního kanálu je 3,8 mm<ul style="list-style-type: none"><li>- manipulační schopnost distálního konce přístroje nahoru/dolů 180°/ 180°</li><li>doleva/doprava 160°/160°</li></ul></li><li>- endoskop má přídavný oplachový kanál</li><li>- endoskop má funkci proměnné tuhosti</li><li>- endoskop umožňuje zobrazení v režimu zvýraznění tkáňových struktur – BLI, LCI, FICE</li></ul> 
--	---



**FUJIFILM**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VIDEOENTEROSKOP  
DVOUBALONOVÝ EN-580T

**Videoenteroskop  
dvoubalonový  
EN-580T**

**FUJIFILM**

**Videoenteroskop dvoubalonový EN-580T**

- zorné pole 140°
- přímý směr pohledu
- pozorovací vzdálenost 2 – 100 mm
- distální konec má průměr 9,4 mm
- pracovní délka je 2 000 mm
- průměr pracovního kanálu je 3,2 mm
- manipulační schopnost distálního konce přístroje  
nahoru/dolů 180°/180°  
doleva/doprava 160°/160°
- endoskop má přídavný oplachový kanál.
- endoskop umožňuje zobrazení v režimu zvýraznění  
tkáňových struktur - FICE
- automatické zostření obrazu ve vzdálenosti 2mm od tkáně



# FUJIFILM

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE – INSUFLÁTOR CO2 GW-100

<p><b>Insufliátor CO2 GW-100</b></p> <p><b>FUJIFILM</b></p>	<p>Insufliátor CO2 FUJIFILM <b>GW-100</b> slouží k šetrnému vyšetření tlustého střeva, z důvodu rychlejšího vstřebávání CO2 organizmem. Přístroj má signalizaci množství plynu v bombě. Tlak (max.) 65kPa</p> 
---	---

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE – LCD Medicínský monitor FS-L2701D

<p><b>LCD Medicínský monitor FS-L2701D</b></p> <p><b>FSN</b> Medical Technologies</p>	<p><b>LCD Medicínský monitor FS-L2701D</b></p> <p>LED HD medicínský monitor s úhlopříčkou 24" LED podsvícení – vysoký jas 600 nitů Monitor navržen speciálně pro použití v lékařském prostředí - certifikace MDE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dezinfikovatelné provedení, nastavitelná velikost obrazu, zmražení obrazu, zoomování, PiP.</li><li>- Vysoké rozlišení 1920 x 1080 pixelů</li><li>- Poměr stran 16:9</li><li>- Kontrast 1000:1</li><li>- Analogové a digitální vstupy a výstupy</li></ul> <p>Vstupy: 2x DVI-D, 1x SD/HD/3G.SDI, 1x VGA, 1xC-Video, 1x S-Video, 1x component (RGBS,YPbPr) (5 x BNC) Výstupy: 1x DVI.D, 1x SD/HD/3G.SDI</p> 
---	---

**FUJIFILM**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ENDOSKOPICKÝ VOZÍK  
ITD-03 Iso Plus

**Endoskopický vozík  
ITD-03 Iso Plus**

**Pojízdný policový stojan ITD-03 Iso Plus**

- Pojízdný vozík pro umístění endoskopických přístrojů
- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky
- Brzděná kolečka
- Držák endoskopu
- Kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru
- Držák infuzních vaků, držák koagulačních pedálů, manipulační madla
- Povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak
- Vozík galvanicky oddělen (izolačním transformátorem 2000 VA)

**FUJIFILM**



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE – OVLÁDACÍ PUMPA PRO DBE – PB-30

Ovládací pumpa pro DBE  
PB-30

Ovládací pumpa pro DBE **PB-30** určená k nafukování dvoubalonkového enteroskopu. Má alarm pro kontrolu tlaku v baloncích.

FUJIFILM



<b>Maximální průtok</b>	170 ml ± 50 ml / 10 sec.
<b>Odchylna tlaku</b>	±2 kpa
<b>Tlak balónku</b>	5.6 kpa
<b>Váha</b>	7 kg (jednotka), 0.4 kg (přepínač)
<b>Napájení</b>	AC100-240V 50/60 Hz 0.8A
<b>Rozměry</b>	145 mm x 170 mm x 410 mm (WxHxD)