



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

180009 Vyšetřovací lehátko, 2 ks

Vyšetřovací lehátko, výškově stavitelné, pojízdné, hydraulické, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky:

- Pro transport pacientů v interiéru, ke klinickému vyšetření pacientů, k provádění chirurgických a endoskopických výkonů
- Hydropohon s ovládacími pákami na obou bocích lehátka
- Dvousegmentová neodnímatelná ložná plocha, otočné nárazníky na všech rozích
- Hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry.
- Nerezová postranice na obou bocích lehátka, postranice sklopné do boku.
- Nerezová madla z obou čel lehátka.
- medi (euro) lišta po obvodu lehátka.
- Otvory pro infuzní stojan v rozích u hlavového dílu.
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná patientská plocha.
- Výšková stavitelnost alespoň v rozsahu 50 - 92 cm.
- Nosnost alespoň 170 kg.
- Průměr koleček minimálně 150 mm, centrálně ovládaná.