



170015 Bedside monitor vitálních funkcí, 3 ks

Bedside monitor, musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- Transportní bedside monitor vitálních funkcí.
- LCD barevná obrazovka s úhlopříčkou 10" až 12" se zobrazením min. 5 křivek současně, rozlišení displeje min. 800 x 600 obr. bodů.
- Plný záznam „full-disclosure“ alespoň 48h.
- Záznam alespoň. 120 hodin grafických a tabulárních trendů.
- Paměť záznamů nibp alespoň 1000 měření.
- Monitorace pacientů všech věkových kategorií.
- Menu v českém jazyce.
- Režim zobrazení velkých čísel na displeji.
- Detekce stimulačního impulsu.
- Modulace výšky tónu spo2.
- Hodnocení ST segmentu, analýza arytmíí.
- Světelné a zvukové alarmy, rozlišené technické alarmy.
- Světelný alarm viditelný ze všech stran.
- Nastavení priority alarmů (nízká, střední, vysoká).
- Nastavení alarmových limitů.
- Síťové napájení 230 V a bateriový provoz.
- Záložní zdroj (dobíjitelná baterie) na min. 2h provozu.
- Tichý provoz – pasivní chlazení bez ventilátoru.
- Nízká hmotnost do 3,2 kg.
- Monitor s madlem.
- Možnost obousměrné datové komunikace s centrální stanicí.
- Možnost datového přenosu kabelovou datovou sítí (Ethernet) nebo bezdrátovou technologií (WiFi, Bluetooth).
- Noční a privátní režim nastavení obrazovky.
- Možnost systému přivolání sestry.
- Minimální rozsah požadavků na měřené parametry monitorů: 3/5 ekg, respirace, spo2, teplota, nibp.
- Veškeré potřebné příslušenství pro měření daných parametrů stanovené výrobcem součástí dodávky.
- Součástí dodávky svěrka na eurolištu (3ks) a pojízdný stojan (2ks).