



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

200003 Inhalátor ultrazvukový, 4 ks

Inhalátor ultrazvukový, musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- Vhodný pro krátkodobé klinické použití i domácí léčbu.
- Použití i pro inhalaci léčiv.
- Aerosol o velikosti částic alespoň v rozsahu 4-10 mikronů.
- Regulace intenzity páření.
- Napájení 220V.
- Součástí dodávky ochranné pouzdro, maska, náustek a nosní sonda.
- Jednoduchá manipulace a údržba.