



# OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

**(110002, 150005)**

## **Oxymetr pulzní, 7 ks**

*Oxymetr pulzní musí obsahovat a splňovat následující požadavky:*

- Měření spo<sub>2</sub> a tepové frekvence TF.
- Funkce potlačení pohybových artefaktů.
- Barevný displej s úhlopříčkou alespoň 2,4“ a rozlišením alespoň 320 x 240 obrazových bodů.
- Automatické vypnutí pro úsporu baterie.
- Uložení záznamu do paměti.
- Alespoň 2x prstový senzor.
- Hmotnost do 300g.
- Kontinuální provoz na baterie alespoň 24h.
- Nabíjecí základna.
- Možnost přenosu dat do počítače.
- MENU v českém jazyce.
- Záznam trendů.
- Zobrazení spo<sub>2</sub> křivky a nastavených alarmových hodnot.
- Ochranný obal.