



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

(110001, 150004, 170001)

Nebulizátor tepelný, 22 ks

Tepelný nebulizátor musí obsahovat a splňovat následující požadavky:

- Rozsah nastavení teploty aerosolu alespoň 28-36 stupňů Celsia v nejméně 8 krocích.
- Polydisperzní spektrum aerosolu s velikostí částic alespoň od 0,5 do 10 mikrometrů.
- Objem komory na více použití alespoň 500 ml.
- Směšovací hlavice s rozsahem nastavení koncentrace O₂ v rozsahu 21-100% O₂.
- Držák přístroje s uchycením na infuzní stojan včetně flexibilního držáku pro aerosolovou hadici.
- Integrovaný výstup pro mikronebulizaci na průtokoměru nebulizátoru.
- Použití i jako studeného nebulizátoru.
- Včetně veškerého příslušenství a spotřebního materiálu pro uvedení přístroje do provozu.
- Světelná indikace zapnutí přístroje, ohřevu.