

(170007)

Holter EKG 2ks

Holter EKG, musí obsahovat a splňovat následující požadavky.

- Vizuální kontrola importovaných dat.
 - **Ano, splňujeme**
- Snímání signálu po dobu alespoň 7dní.
 - **Ano, splňujeme**
- Automatická analýza 3 i 12kanálového záznamu.
 - **Ano, splňujeme**
- funkce nastavení citlivosti triggeru.
 - **Ano, splňujeme**
- Funkce zobrazení QRS komplexu se všemi hodnotami.
 - **Ano, splňujeme**
- Funkce detailního rozměření QRS komplexu (tzn. QRS lupa)..
 - **Ano, splňujeme**
- Rozpoznání prediktivních hrv a qt parametrů.
 - **Ano, splňujeme**
- Softwarová podpora rozhraní gdt/hl7.
 - **Ano, splňujeme**
- Konfigurovatelný systém pro komunikaci s nemocničním systémem.
 - **Ano, splňujeme**
- Hardwarová a softwarová kompatibilita se stávajícími počítači v ambulanci.
 - **Ano, splňujeme**
- Centrální správa patientských dat.
 - **Ano, splňujeme**
- Možnost zapojit lokálně i v síti.
 - **Ano, splňujeme**
- Rychlý import záznamu do 2min. u 24hod. záznamu.
 - **Ano, splňujeme**
- Export dat do formátu xls
 - **Ano, splňujeme**
- Vzorkovací frekvence alespoň 10,000 za sec.
 - **Ano, splňujeme**



- Možnost nastavení zesílení signálu alespoň 0.5x, 1,0x a 2.0x.
 - **Ano, splňujeme**
- Hmotnost přístroje < 50g.
 - **Ano, splňujeme**
- Alespoň 1x patientských kabel pro 12 kanálový ekg záznam.
 - **Ano, splňujeme**
- Alespoň 2x patientských kabel pro 3 kanálový ekg záznam.
 - **Ano, splňujeme**
- Datový kabel pro propojení s pc.
 - **Ano, splňujeme**

V Praze 26.2.2018

.....
Radek Černý - Jednatel