

Formulář technické specifikace "technické požadavky na operační stůl pro traumatologii"

Operace stůl traumatologický pro potřeby operačních sálů			
Operace stůl pro traumatologii - 1 ks			
MERIVAARA PROMERIX			
Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka dodavatele
výrobce:			MERIVAARA
typ:			PROMERIX
typ operačního stolu	Mobilní, elektro-hydraulický	absolutní	Ano
všobecné chirurgické zákroky	ano	absolutní	Ano
končetinové traumatologické zákroky	ano	absolutní	Ano
artroskopické zákroky i pro horní končetiny (zádová část "beach chair" včetně speciální hlavové opěrky)	ano	absolutní	Ano
dělená nožní část	ano	absolutní	Ano
bezpečné provozní zatížení	minimálně 270 kg	absolutní	275kg
délka stolu	minimálně 2000 mm	absolutní	2100 mm
šířka stolu bez lišt	minimálně 520 mm	absolutní	540 mm
podélný posun	ano, minimálně 300 mm	hodnocený, typ B	410 mm
zdvih	ano, minimálně na výšku 1050 mm	hodnocený, typ B	1110 mm
rozsaah zdvihu	minimálně 300 mm,	hodnocený, typ B	460 mm
Trendelenburgova poloha	ano, minimálně +25°/-30°	hodnocený, typ B	+/- 35°
laterální naklonění	ano, minimálně +/-20°	hodnocený, typ B	+/- 25°
náklon podpěry nohou	ano, minimálně -90°/+70°	hodnocený, typ B	-105°/+70°
náklon zádové části	ano, minimálně -35°/+70°	hodnocený, typ B	-45°/+80°
náklon hlavové části	ano, minimálně -45°/+45°	hodnocený, typ B	+/- 45°
flexe stolu	ano, minimálně 210°	hodnocený, typ B	225°
reflexe stolu	ano, maximálně 110°	hodnocený, typ A	100°
elektrické ovládání všech poloh stolu včetně zádové i nožní části	ano, dálkové	absolutní	Ano
záložné ovládání pro nouzové případy	ano	absolutní	Ano
záložní baterie	ano	absolutní	Ano
stupeň ochrany IP	minimálně IP X4	absolutní	Ano
příslušenství:			
anesteziologický rám vč. celokovové svorky	ano	absolutní	Ano
opěrky nohou (šauty) vč. celokovové svorek	ano	absolutní	Ano
opěrka ruky infúzní, laterálně a výškově stavitelná pomocí kloubu	ano	absolutní	Ano
fixační příslušenství, popruh pro fixaci těla vhodný i pro "beach chair"	ano	absolutní	Ano
držák hlavy	ano	absolutní	Ano
trakční příslušenství pro dolní končetiny bez podpěr - musí minimálně obsahovat: extenzní tyče pro obě končetiny, trakční boty s polstrováním pro dospělého pacienta, polstrovaný trakční válec ve 3 velikostech, lehké nožní podpěry s polstrováním pro obě extenze, vozík pro uložení celého systému včetně příslušenství.	ano	absolutní	Ano
artroskopický držák dolní končetiny vč. svorky	ano	absolutní	Ano
podpora horní končetiny při artroskopii ramene	ano	absolutní	Ano