

Formulář technické specifikace " technické požadavky na resektoskop "

Resektoskop – 1 ks			
Resektoskop pro potřeby gynekologicko-porodnického oddělení a operačních sálů			
Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka uchazeče
výrobce:			Olympus
typ:			Olympus TCRis bipolární hystero-resektoskop
bipolární resektoskop	pro resekci v solném roztoku pasivní, bipolární	absolutní	ANO, TCRis
pracovní element pro práci v solném roztoku		absolutní	ANO, pasivní, bipolární
optika	minimálně HD, průměr 4 mm / 12°, autoklavovatelná	absolutní	ANO, HD 12°, pr. 4 mm
vnější rotační plášť s kontinuálním průtokem včetně obturátoru	ano, průměr 8,5 mm, rotační	absolutní	ANO, rotační plášť, pr. 8,5 mm
snadné skládání a rozkládání resektoskopu bez nutnosti šroubování	pomocí rychloupínání	absolutní	ANO, rychloupínání
HF bipolární kabel kompatibilní s jednotkou Olympus UES-40 a ESG-400	ano, minimálně 4 m	absolutní	ANO, délka 4 m
HF resekční elektrody	loop, 12°, medium (24 Fr.), minimálně 10 ks	absolutní	ANO, 12 ks
HF jehlová incizní elektroda	ano, resterilizovatelná na 134°C	absolutní	ANO, 1 ks
HF kuličková koagulační elektroda	ano, resterilizovatelná na 134°C	absolutní	ANO, 1 ks
možnost připojení vaporizační elektrody (např. tvar "hříbku")	ano	absolutní	ANO
možnost připojení páskové resekční elektrody	ano	absolutní	ANO
resektoskop včetně teleskopu a kabelu	ano, resterilizovatelné na 134°C	absolutní	ANO, resterilizovatelné na 134°C
kompatibilita se stávajícím vybavením Olympus	ano	absolutní	ANO

typ elektrochirurgického generátoru	Olympus ESG-400
typ elektrochirurgického generátoru	Olympus UES-40