

Formulář technické specifikace " technické požadavky na morcelátor "

Morcelátor - 1 ks

Morcelátor pro potřeby gynekologicko-porodnického oddělení

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka uchazeče
výrobce:			NOUVAG AG
typ:			TCM 3000 BL Morcellator
morcelátor pro gynekologii / laparoskopickou hysterektomii	ano	absolutní	ano
napájení	ze sítě (230 V / 50 Hz)	absolutní	ano (230 V / 50 Hz)
řídící jednotka morcelátoru	ano	absolutní	ano
elektronický mikromotor s napájecím kabelem	ano, sterilizovatelný	absolutní	ano, sterilizovatelný
variabilní nožní spínač	ano, pro použití na operačním sále	absolutní	ano, pro použití na operačním sále
převodovka morcelátoru včetně rukojeti převodovky a těsnění bez použití fixačního klíče	ano	absolutní	ano, vč.2 sad těsnění po 10 ks pro řeznou trubku a nástroje, a 2 ks trysek pro údržbu mikromotoru a převodovky morcelátoru
Příslušenství:			
řezná trubka	ano, průměr 15 mm	absolutní	ano, průměr 15 mm
vnější plášť	ano, průměr 15 mm	absolutní	ano, průměr 15 mm
obturátor	ano, průměr 15 mm	absolutní	ano, průměr 15 mm
pouzdro trokaru	ano, průměr 15 mm	absolutní	ano, průměr 15 mm
vrták pro myomy	ano, průměr 10 mm	absolutní	ano, průměr 10 mm
kleště typu tenaculum (americké)	ano, pro použití s uvedeným morselátorem	absolutní	ano, pro použití s uvedeným morselátorem
kleště typu claw (dráp)	ano, průměr 10 mm	absolutní	ano, průměr 10 mm