

## Formulář technické specifikace " technické požadavky na kolposkop "

### Kolposkop - 2 ks

Kolposkop pro potřeby gynekologicko-porodnického oddělení

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka uchazeče
<b>výrobce:</b>			<b>Olympus</b>
<b>typ:</b>			<b>OCS-500</b>
plynule regulovatelný světelný zdroj bez děliče světelných paprsků	ano	absolutní	ANO
integrovaná mono optika v hlavě kolposkopu pro připojení digitálního fotoaparátu	ano	absolutní	ANO
binokulár s konvergentními paprsky	ano	absolutní	ANO
objektiv s jemným fokusováním	ano	absolutní	ANO
přesné a jemné zaostřování pomocí ovládacích prvků	ve vodorovném i svislém směru	absolutní	ANO, vodorovně i svisle
zvětšení	minimálně 4,0x - 24x s automatickým nastavením světla , plynule měnitelné		ANO
LED světelný zdroj	s možností regulace intenzity světla		ANO
živočnost LED světelného zdroje	minimálně 2000 hodin		ANO, 2000 hod
oboustranné pravo-levé ovládání	ano	absolutní	ANO
zelený filtr	ano	absolutní	ANO
proměnná ohnisková vzdálenost	minimálně od 250 do 350 mm		ANO, 220 - 350 mm
měřicí kroužek v okuláru pro určení velikosti léze	ano	absolutní	ANO
možnost nastavení obou okulárů	minimálně v rozmezí +5 až -5 dioptrií		ANO, +5 až -5 dioptrií
volný pohyb v horizontální rovině	s radiusem minimálně 100 cm		ANO, 100 cm
zajištění 100% compatibility všech dodávaných přístrojů a příslušenství se stávajícím vybavením.	ano	absolutní	ANO
stojan pro celou sestavu			ANO
Součástí sestavy expert. kolposkopu je požadován digitální fotoaparát	mobilní, minimálně 2 brzděná kolečka pro přenos pozorovaného obrazu do náhledového monitoru a PC monitoru zároveň, dle min. níže uvedených technických parametrů:		ANO
technické parametry fotoaparátu	snímač s rozlišením minimálně 16 mil. Pixelů vestavěný antiprachový filtr	absolutní	ANO, 16 Mpix
	7,6 cm velké výklopné a otáčecí LCD s dotykovým ovládáním	absolutní	ANO
	automatické i manuální režimy menu v ČJ	absolutní	ANO
	automatické i manuální vyvážení bílé kovové a vysoce odolné tělo fotoaparátu záznam na paměťové karty SD, SDHC, SDXC	absolutní	ANO
Součástí dodávky musí být redukce na uchycení digitálního fotoaparátu ke kolposkopu	ano	absolutní	ANO