

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Specifikace vozidel včetně sanitní zástavby

Zadavatelem stanovené technické parametry na sanitní vozy uvedené v této části specifikace předmětu zakázky jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení.

Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku nabízený sanitní vůz splňoval.

Účastník vyplní v sloupci „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce „Skutečná hodnota technického parametru“ účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.

Popis zadavatelem stanoveného limitního technického Parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou	Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru/poznámka
A) Specifikace sanitního vozidla			
Vozidlo kategorie M1	ANO	ANO	L2H1P2
Palivo – Diesel	ANO	ANO	
Min. výkon 80 kW/3500	ANO	ANO	88 kW/3500
min. 6-ti stupňová převodovka manuální	ANO	ANO	
Emisní limit minimálně EURO 6	ANO	ANO	
Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1)	ANO	ANO	
Boční posuvné dveře vpravo prosklené s možností posuvného otevírání okénka	ANO	ANO	Levá část s posuvným otevíratelným okénkem
Prosklený nákladový prostor	ANO	ANO	
Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko, výklopné nahoru nebo křídlové	ANO	ANO	výklopné nahoru s vnitřním otevíráním
Dělicí přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy 1 ks	ANO	ANO	
Radiopřijímač + repro	ANO	ANO	včetně bluetooth
Mlhovky (přední, zadní)	ANO	ANO	
Karoserie barva bílá	ANO	ANO	
Pohon přední náprava	ANO	ANO	
Centrální zamykání	ANO	ANO	
El. přední okna	ANO	ANO	
El. zrcátka	ANO	ANO	
B) Specifikace zástavby			
Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro radiostanici 1ks	ANO	ANO	
Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standartní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť	ANO	ANO	
Osvětlení bočních dveří LED světlem	ANO	ANO	
Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W v zadních dveřích	ANO	ANO	
Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4 pozice, kryt 1ks	ANO	ANO	
Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládním 1ks	ANO	ANO	
Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks	ANO	ANO	
Rozvod 12V 1ks	ANO	ANO	
Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks	ANO	ANO	
Termostat pro topení na 12V 1ks	ANO	ANO	
Zásuvka 12V 2 ks	ANO	ANO	

Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul. prostoru 1ks	ANO	ANO	
Maják halogenový rotační modrý 2 ks	ANO	ANO	1 x přední 1 x zadní část střechy
Signalizace otevřených dveří v patientském prostoru na palubní desce 1ks	ANO	ANO	
Třítonová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks	ANO	ANO	
Zateplení			
Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou hmotou 1ks	ANO	ANO	
Zaplechování			
Obložení stěn a stropu desinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks	ANO	ANO	materiál ALTRO
Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks	ANO	ANO	
Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olišťováním vstupu v zástavbě 1ks	ANO	ANO	
2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými pásy vše po směru jízdy	ANO	ANO	
Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka	ANO	ANO	
Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks	ANO	ANO	
Hasicí přístroj 2 kg 1ks	ANO	ANO	
Madlo bočních dveří levé 1ks - barva oranžová	ANO	ANO	
Madlo bočních dveří pravé 1ks - barva oranžová	ANO	ANO	
Stropní madlo nad lehátkem - barva oranžová	ANO	ANO	
Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná pevná 1ks	ANO	ANO	
Sedačka pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem	ANO	ANO	
Schod výklopný boční 1ks	ANO	ANO	
Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks	ANO	ANO	
Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v ambulantního prostoru 1ks	ANO	ANO	
C) Specifikace transportní technika			
infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250kg, schválené dle ČSN EN 1789+A2 1ks	ANO	ANO	MEDIROL typ CLUBMAN K118
Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru jízdy 1ks	ANO	ANO	
komplet nosítek s podvozky – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem, schválené dle ČSN EN 1789+A2 1ks	ANO	ANO	MEDIROL typ VIVERA SANIC EXTERO
D) Další specifikace			
Matování skel, celý nákladní prostor	ANO	ANO	
Lakování přepážky na bílo 1ks	ANO	ANO	
Sada povinné výbavy dle příslušných právních předpisů (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks	ANO	ANO	

Účastník tímto čestně prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro účastníka závazné při plnění předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat za dodavatele svůj vlastnoruční podpis.

Ing. Lubomír Půlpán, předseda představenstva
Měno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat