



Značka: 069 / 2018

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Vyřizuje: [redacted]

[redacted]

Phone: [redacted]

Husova 2796

GSM: [redacted]

438 01 Žatec, CZ

e-mail: [redacted]

V Brně, dne: 07. 08. 2018

Věc: Cenová nabídka

Předmětem cenové nabídky je výměna vývěvy parního sterilizátoru STERIVAP HP E 669-2 ED, výrobní číslo 070229. Při opravě dne 6. 8. 2018 zjistil technik snížený výkon vývěvy na hranici použitelnosti, její výměna je nutná pro dosažení parametrů požadovaných pro sterilizaci. Současně provedeme kalibraci tlakových čidel, která byla již dříve posunuta kvůli nižšímu výkonu vývěvy.

Na tyto opravy je jednorázově nabídnuta mimořádná sleva na materiál 20%.

Termín provedení – do 10 dnů od schválení cenové nabídky.

Platnost cenové nabídky – do 30. 9. 2018

	Počet j.	Cena j. Kč	Rabat %	Cena bez DPH Kč
Práce - 6. 8. 2018	3,5	920,00		3220,00
Práce - 8. 8. 2018	5	920,00		4600,00
Materiál - vývěva SPECK (10042044)	1	40350,00	20	32280,00
Jízdné 6. 8. 2018 - účtováno pouze 100km	100	14,00		1400,00
Jízdné 8. 8. 2018 - účtováno pouze 100km	100	14,00		1400,00

Cena celkem bez DPH 42 900,00 Kč

DPH 9 009,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 51 909,00 Kč

S pozdravem

[redacted]
vedoucí servisu

BMT Medical Technology s.r.o.

Cejl 157/50, Zábřovice, 602 00 Brno

GSM: [redacted]

ÍČ: 46346996

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. [redacted]

e-mail: [redacted]

DIČ: CZ46346996

Jednatel: [redacted]

Tel.: [redacted]

<http://www.bmt.cz>
<http://www.mmmgroup.com>

Fax: [redacted]