

MERCÍ, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C., vložce 6817, 27.07.1992

Potvrzení objednávky: 16020Z00402

Číslo zakázky:

Číslo objednávky odběratele: 1600000849

Vytvořeno: 08.11.2016

Datum tisku: 16.11.2016

Fakturační adresa:

**Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni**

Husova 3
306 05 Plzeň

IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Dodací adresa:

**Lékařská fakulta UK
ústav histologie a embryologie**

Karlovarská 48
301 66 Plzeň-Lochtín
MUDr. Milena Králíčková
tel.: +420 377 593 320

DIČ: CZ00216208

Vaši objednávku zpracovává obl. kancelář: Plzeň Tel.: +420 377 321 716

Děkujeme za vaši objednávku a potvrzujeme tímto její přijetí. Pro jednotlivé objednané položky jsou uvedeny aktuální ceny.

Pozice	Název zařízení	Objednáací číslo								
č.ř.	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	
1	Z0105310100201	K90.196.060.MH.WDAS	597x617/1969	1,000	ks	21	73 990,00	73 990,00	73 990,00	
	Skříň bezpečnostní kombinovaná - dva oddíly, křídlové dveře, horní část určena na skladování hořlavin s odolností 90 minut - se třemi výjezdovými vanami, spodní část pro uskladnění luhů a kyselin - 2 výjezdné police s PE vanou a spodní zachytná PE vana									
	"Velikost skříně: 597 x 617 x 1865 mm									
	Hmotnost bez vnitřního vybavení: 260 kg									
	Materiál: ocelový plech									
	Skříň usprádaná do dvou oddílů: skladování hořlavin, druhý oddíl pro skladování kyselin a luhů									
	Horní část: skladování hořlavin:									
	- 3 x výjezdová police s objemem 5l a nosností 25 kg									
	- u 2 polic integrované zvýšené dvojité dno z PP (20 mm nad vlastním dnem police) s otvory, pro uskladnění rozpouštědel v baňkách s kulatým dnem									
	Spodní část: skladování kyselin a luhů:									
	2 x police s integrovanou PP vaničkou o objemu 13 l a nosností 50 kg									
	1 x zachytná vana z PP s objemem 12,5 l									
	- vybavená jednokřídlovými dveřmi, uzamykatelné s aretačním systémem									
	- integrovaný systém s teplotní pojistkou – tzv. tavitelný spoj									
	- automatické uzavření dveří v případě požáru									
	- odolnost 90 minut (protipožární část pro skladování hořlavin, dle normy ČSN EN 14727)									
	- propojovací potrubí délky 1m a připojovací příruba pro napojení na stávající vzduchotechniku (odtah)									
	- odsávací potrubí DN 75 mm"									

Součet za nezařazené položky **Cena celkem bez DPH: 73 990,00 Kč** **Cena celkem s DPH: 89 527,90 Kč**
Celkový součet za celou sestavu
Celkem bez DPH: 73 990,00 Kč
DPH: 15 537,90 Kč
Celkem včetně DPH: 89 527,90 Kč
Oblastní kanceláře:
MERCÍ Ostrava
Kollárova 18
709 00 Ostrava
tel.: 596 624 633
e-mail: merci.ostrava@merci.cz

MERCÍ Plzeň
Thámová 4
301 95 Plzeň
tel.: 377 321 716
e-mail: merci.plzen@merci.cz

MERCÍ Praha
Průhonická 127
251 01 Čestlice
tel.: 327 320 130
e-mail: merci.praha@merci.cz

MERCÍ Ústí n./L.
Zolova 6
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 501 138
e-mail: merci.ul@merci.cz


Potvrzení objednávky:**16O2OZ00402**

Číslo zakázky:

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.

Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCI, s.r.o. – viz. www.merci.cz.

S pozdravem

Velichová Zdeňka

**Oblastní
kanceláře:**

MERC Ostrava
Kollárova 18
709 00 **OSTRAVA**
tel.: 596 624 633
e-mail: merci.ostlava@merci.cz

MERC Plzeň
Thármova 4
301 95 **PLZEŇ**
tel.: 377 321 716
e-mail: merci.plzen@merci.cz

MERC Praha
Průhonická 127
251 01 **ČESTLICE**
tel.: 327 320 130
e-mail: merci.praha@merci.cz

MERC Ústí n./L.
Zolova 6
400 07 **ÚSTÍ NAD LABEM**
tel.: 475 501 138
e-mail: merci.ul@merci.cz

