

Příloha č. 1

Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému:
„Dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby“

Tyto obchodní podmínky je účastník povinen zpracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek (zvýrazněných žlutě) nebo jiné části zadávací dokumentace, účastník není oprávněn **provádět jiné obsahové změny textu.**

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

I.

Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

Název:	Jihomoravský kraj
zastoupený:	Mgr. Ing. Taťánou Malou, náměstkyní hejtmana
se sídlem:	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
ID datové schránky:	x2pbqzq
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen „kupující“)

2.

Název	LINET spol. s r.o.
IČ	00507814
DIČ	CZ00507814
Plátce/neplátce DPH	plátce DPH
Adresa sídla	Želevčice 5, 274 01 Slaný
Zapsaná u	MS v Praze, oddíl C, vložka 163
Bankovní spojení	
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	
Kontaktní osoba prodávajícího	

(dále jen „prodávající“)

II.

Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího spočívající v zabezpečení dodávky vybraných zdravotnických potřeb pro své příspěvkové organizace.

2. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě nových zdravotnických potřeb v počtu a s technickou specifikací dle přílohy č. 1, a dále montáží, instalací, zprovozněním zboží a zaškolením obsluhy (dále jen „předmět koupě nebo zboží“).
3. Prodávající se zavazuje za sjednanou cenu ve sjednané době odevzdat kupujícímu předmět koupě podle specifikace požadavků kupujícího a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě.
4. Prodávající se zavazuje předmět koupě řádně, včas a bez vad odevzdat kupujícímu, a kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
5. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín a čas dodání zboží a dohodne s ním technické podrobnosti dodávky.

IV.

Místo plnění

Místo plnění jsou specifikováno v příloze č. 1 smlouvy.

V.

Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané zboží kupní cenu, která je nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč v celkové výši:

Celková cena za lůžka	1 052 544,00 v Kč bez DPH
DPH 15%	157 881,60 Kč
Celková cena s DPH	1 210 425,60 Kč

Celková cena za matrace	136 584,00 v Kč bez DPH
DPH 15%	20 487,60 Kč
Celková cena s DPH	157 071,60 Kč

<u>Celková cena</u>	<u>1 189 128,00 v Kč bez DPH</u>
DPH	178 369,20 Kč
Celková cena s DPH	1 367 497,20 Kč

2. Kupní ceny zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Ke sjednané ceně bez DPH prodávající připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
4. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou.
5. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení celkové kupní ceny je potvrzený dodací list a daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po odevzdání a převzetí předmětu koupě. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je dodací list dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy. Fakturu a potvrzený dodací list prodávající zašle buď elektronicky kupujícímu na e-mail dns.faktury@kr-jihomoravsky.cz **nebo** zašle v listinné podobě na podatelnu Jihomoravského kraje.
2. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. Za den doručení daňového dokladu – faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny kupujícího.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu prodávajícímu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu.
4. Proávající ve faktuře uvede seznam veškerého dodávaného zboží.
5. Proávající prohlašuje, že
 - nemá v úmyslu nezplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VII.

Odevzdání a převzetí předmětu koupě

1. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn odevzdáním předmětu koupě vymezeným přílohou č. 1 smlouvy v místě plnění, montáží, instalací, zprovozněním zboží a zaškolením obsluhy, a to vše v termínu dle čl. III. této smlouvy.
2. Při odevzdání a převzetí předmětu koupě vyhotoví prodávající dodací list s uvedením odevzdávaného zboží a jejího množství. Zástupce kupujícího potvrdí svým podpisem na kopii dodacího listu převzetí předmětu koupě dle této smlouvy odpovídající objednavce kupujícího, správnost údajů o odevzdaném předmětu koupě uvedených v dodacím listu a převzetí jeho originálu.
3. Předáním dodacího listu a jeho převzetím a podepsáním zástupcem kupujícího (příspěvkové organizace) se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny za odevzdané zboží odpovídající ceně dle čl. V. této smlouvy.
4. Předmět koupě bude prodávajícím odevzdán včetně návodu k obsluze v českém jazyce a příslušné dokumentace výrobce.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží prodávajícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

VIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.

2. Předmět koupě je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené touto smlouvou, nebo není-li způsobilý plnit účel stanovený touto smlouvou.
 3. Prodávající poskytuje záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nebo na vady způsobené jejím nevhodným užíváním.
 4. Záruční doba se sjednává v délce trvání **dle přílohy číslo 1 této smlouvy**.
 5. Kupující je povinen reklamovat zboží písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamované zboží převezme prodávající v místě plnění dle této smlouvy, a to do 2 pracovních dnů po dni doručení reklamace prodávajícímu.
 6. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky:
 - a) právo na bezplatné odstranění vad, je-li vada opravou odstranitelná, a to nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace nebo
 - b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy prodávající ve sjednaném termínu podle předchozího bodu vadu neodstraní a kupující si vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby; v takovém případě prodávající zaplatí kupujícímu náklady na odstranění vad do 15 dnů ode dne doručení faktury kupujícího prodávajícímu.
 7. V případě, kdy dojde ke vzniku vady, na které již dříve kupující uplatnil postup podle odst. 5. pro tutéž či jinou vadu, má kupující vůči prodávajícímu na výběr kromě práv uvedených v odst. 6. také tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky:
 - a) nahrazení vadného zboží novým zbožím, a to do 15 dnů po doručení reklamace a výzvy k dodání, přičemž záruka počíná běžet dnem jejího předání kupujícímu, nebo
 - b) vrácení zaplacené ceny reklamovaného zboží, a to do 15 dnů po doručení reklamace a výzvy k vrácení zaplacené ceny prodávajícímu.
- Kupující má vůči prodávajícímu na výběr tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky také v případě, kdy na předmětu koupě dojde ke vzniku neodstranitelné vady.

IX.

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,15 % z oprávněně fakturované a nezaplacené částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z ceny předmětu koupě za každý jednotlivý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby odevzdání předmětu koupě stanovené objednávkou kupujícího nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy.
3. Nesplní-li prodávající řádně a včas svůj závazek k odstranění vad předmětu koupě, na něž se vztahuje právo z vadného plnění nebo záruka za jakost za podmínek sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty v částce 800,- Kč za každý započatý den, po který bude prodávající v prodlení s odstraněním vad, na něž se vztahuje právo z vadného plnění nebo záruka za jakost.
4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta.
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě tohoto článku smlouvy jsou splatné 15. dne ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení straně povinné. V případě pochybností o doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody dle této smlouvy, se má za to, že povinná smluvní strana si písemnou výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo

náhrady škody dle této smlouvy převzala 10. den poté, co listovní zásilka obsahující výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy byla oprávněnou smluvní stranou předána držiteli poštovní licence k poštovní přepravě. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvní pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení.

6. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v této smlouvě v čl. IX odst. 7., a to i jen vůči dílčím plněním dle této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:
 - prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delší než 15 dnů
 - prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny předmětu koupě delší než 60 dnů.

X.

Ostatní ujednání


1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým podpisem pod touto smlouvou mimo jiné uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
3. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smlouvu bude zveřejňovat kupující.
4. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 smlouvy.
7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne



Za kupujícího
Mgr. Ing. Taťána Malá
náměstkyně hejtmana

V Želevčicích dne 8.8.2018



Pokyny pro účastníka:

*Při zpracování nabídky doplní účastník výrobce a typ zboží, dále doplní cenu za 1 ks zboží, a zda zboží splňuje/nesplňuje technickou specifikaci, což **také doloží technickými listy od výrobců se zvýrazněním požadovaných funkcí.***

<p><u>Místo plnění:</u> organizace odpovědné za převzetí zboží, reklamaci Domov pro seniory Jevišovice, p.o. se sídlem: Jevišovice 104, 671 53 JEVIŠOVICE IČO:45671711 DIČ: xxx jednající: [REDACTED] kontaktní osoba: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED] osoba odpovědná za převzetí zboží: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]</p>	<p>Počet 30 ks lůžek včetně 30 ks matrací</p> <p>Cena za 1 ks lůžka <u>35 084,80</u> Kč bez DPH</p> <p>Cena za 1 kus matrace 4 552,80 Kč bez DPH</p>	<p>Záruka 24 měsíců</p>
<p><u>Požadované technické parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrická polohovací lůžka (kompletní) <u>ložná plocha</u> • 4 dílná ložná plocha • lakovaný rám v barvě světlého dřeva s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje • vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm • elektricky polohovatelný zářadový a stehenní díl (samostatně i současně) • mechanicky polohovatelný lýtkový díl • nepolohovatelný pánevní díl • podstupování zářadového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm • podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm • možnost libovolného prodloužení lůžka min. o 20 cm bez nástroje, lankem u nožního dílu • díly roštu volně odnímatelné • vnější rozměry lůžka 106 x 208 <p><u>elektricky nastavitelná výška ložné plochy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dolní úvrať max. 25 cm • automatické zastavení ve výšce 40 cm • horní úvrať min. 75 cm 	<p>Splňuje stanové technické parametry</p>	<p>Výrobce LINET spol. s r.o. Typ lůžko Sentida 03 matrace PrimaCare 20</p>

<p><u>postranice</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • v polovině dělené, bez prostředního sloupku • spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění • postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka • 4 výškové pozice • nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou <p><u>čela lůžka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pevná z lamina, přírodní světlé dřevo <p><u>podvozek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm / maximálně 100 mm • Centrální brždění pedálem v nožní části • Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici • pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici <p><u>hrazda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • lakovaná, nosnost min. 75 kg • rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem <p><u>ovladač lůžka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • opatřený ochranou proti nechtěnému polohování • opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí • umožňující zdvih ložné plochy • umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) • s předprogramovanými polohami (poloha Kardiacké křeslo a semi-Fowlerova poloha v leže, nebo Trendelemburk) <ul style="list-style-type: none"> ○ pracovní zátěž (nosnost) • minimálně 200 kg <ul style="list-style-type: none"> ○ lůžko musí umožňovat nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu <p>Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem, nebo podobné řešení.</p> <p>Antidekubitní matrace šíře 90 cm (x 200cm, do výše uvedených lůžek) – 30 ks</p> <p>Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti III. stupni proleženin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pasivní antidekubitní matrace pro vyšší riziko vzniku dekubitů • nosnost minimálně 180 kg <p>jádro</p> <ul style="list-style-type: none"> • matrace skládající se z 2 pěn o různých hustotách 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • spodní, nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m³, na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace • vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna <p>potah</p> <ul style="list-style-type: none"> • voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce) • paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu • snadno snímatelný, pružný minimálně ve dvou směrech • zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění • spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra • materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky • na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace) <p>rozměr</p> <ul style="list-style-type: none"> • šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek (90cm x 200 cm) • výška matrace min. 14 cm 		
--	--	--



sentida

Nízké pečovatelské lůžko





sentida – nízké pečovatelské lůžko

Bezpečnost. Komfort. Prevence pádů.


Pečovatelská lůžka řady **sentida** snižují díky nízké výšce ložné plochy a sofistikované koncepci postranic riziko pádů a jejich často vážných následků. To vede ke zvýšení bezpečnosti klientů, kteří jsou aktivní zejména v noci. Nízká pečovatelská lůžka **sentida** nabízejí širokou škálu funkcí na vysoké technické úrovni a elegantní design. Prioritou číslo jedna je bezpečnost klientů. Lůžko výrazně usnadňuje práci ošetrovatelskému personálu.



Prevence pádů, estetický vzhled a optimální polohovatelnost dělají z nízkého pečovatelského lůžka **sentida** dokonalé řešení pro zařízení s vysokými standardy na prováděnou péči, jako jsou:

- sanatoria,
- pečovatelské domy pro osoby s demencí,
- oddělení paliativní péče,
- oddělení péče o osoby s demencí,
- geriatrická oddělení,
- rehabilitační ústavy.





Naše řešení pro váš lepší život

Zaostřeno na uživatele


Prostřednictvím širokého portfolia produktů a služeb usiluje společnost LINET o maximální zvýšení přínosu pro zákazníky. Ústředním tématem vývoje produktů jsou vždy unikátní funkce dosažené technologickými inovacemi, přidanou hodnotou je pak estetická úroveň. Zákazník tak získává hned několik výhod najednou: zůstává zachována samostatnost klientů, zjednodušují se rutinní ošetrovatelské činnosti, snižují se požadavky na údržbu a dochází ke zvýšení hospodárnosti pro provozovatele.



Přínosy lůžka sentida

- Prevence pádů díky nízké výšce ložné plochy 25 cm
- Automatická střední poloha ve výšce 40 cm pro snadnou mobilizaci
- Snižování zátěže zad při ošetřování díky maximální výšce ložné plochy 80 cm
- Bezpečná investice:
 - maximální hmotnost klienta až 210 kg
 - integrované prodloužení lůžka
 - minimální požadavky na příslušenství
- Individuální mobilizace klienta pomocí dělených postranic
- Prevence dekubitů
- Časové úspory v ošetrovatelské péči

Portfolio lůžek sentida

sentida 1	sentida 3	sentida 4
		
<p>Polohování a transport</p> <p>V nízké poloze</p> <p>Na pokoji klienta</p>	<p>Ve všech výškách lůžka – hlavová část se 2 fixními kolečky nožní část se 4 dvojítymi kolečky</p> <p>Na pokoji klienta a na chodbách</p>	<p>Ve všech výškách lůžka – hlavová část se 4 fixními kolečky nožní část se 4 dvojítymi kolečky</p> <p>Na pokoji klienta a na chodbách Vynikající manipulace i v omezených prostorách</p>
<p>Možnost zabrzdění</p> <p>Elektrická brzda řízená ručním ovladačem</p>	<p>Elektrická brzda řízená ručním ovladačem Brzda v nožní části</p>	<p>Elektrická brzda řízená ručním ovladačem Brzda v hlavové a nožní části</p>

Benefity LINET



Klient

- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Zvýšení samostatnosti
- Účinná prevence pádů a dekubitů



Ošetrovatelská péče

- Maximální časová úspora
- Bezbariérový přístup ke klientovi
- Snížení zátěže zad při práci



Management

- Vynikající poměr náklady / přínos
- Maximální využití díky vysoké míře spokojenosti klientů
- Minimální následné náklady



Údržba

- Obsluha šitá na míru
- Nízké náklady na údržbu
- Snadná dostupnost náhradních dílů

Ložná plocha s rámem BiNetic


Koncepce ložné plochy pro prevenci dekubitů

Pokud jsou klienti upoutáni na lůžko, vyžaduje jejich léčení pravidelné polohování. Mobilizace ošetřovaného klienta nabývá ještě více na významu při prevenci vzniku dekubitů.

Pomocí rámu BiNetic podporuje lůžko **sentida** koncepci aktivní mobilizace ošetřujícím personálem pomocí polohování ložné plochy. Současné polohování zádového a stehenního dílu prokazatelně

snižuje třecí a smykové síly.

Ergonomické dělení modulární ložné plochy navíc přispívá k prevenci dekubitů. K dalšímu snížení tlakových sil je možné použít (volitelné) prodloužení, které předchází tomu, aby nohy vysokých klientů narážely na nožní část lůžka při změně nastavení zádového dílu.




Ložná plocha lůžka sentida 200 cm s rámem BiNetic

Ergonomie ložné plochy

Rozměry 4dílné ložné plochy pečovatelských lůžek společnosti LINET se opírají o antropometrické výsledky, tj. o průměrnou velikost a výšku určité osoby.

Tato zjištění prokazují, že zádový díl musí být nejméně 80 cm dlouhý, aby byl účinnou podporou pro krční páteř.*




Modularita ložné plochy

Můžete volit ze 3 variant ložných ploch:

- Ložná plocha z drátěných sítí Aero (01) zajišťuje dobré provětrávání.
- Plastové vrstvy ložné plochy Easyclean (02) se velmi snadno čistí.
- Komfortní ložná plocha (03) s vynikajícími vlastnostmi měkkého polohování (a) podporuje prevenci dekubitů.

U všech variant lze segmenty ložné plochy snadno vyjmout a vyčistit (b).




01




02



03



a



b

* Srov. Eigler, FW.: Arzt und Krankenhaus (Lékař a nemocnice) 7, 1989


Prokázaný účinek dvojité autoregrese

Společnost LINET se již mnoho let zasazuje o snížení rizika vzniku dekubitů: dvojitou autoregresí ložné plochy s rámem BiNetic. Při polohování zádového dílu se tento díl nejen ohne jako závěsný kloub, ale dojde také k jeho odsunutí od středu. To znamená, že části lůžka se během polohování pohybují od sebe (viz obr. 2b), což zvětšuje ložnou plochu v pánevní oblasti a významně snižuje tlak v ohrožené sakrální části zad.


V případě dvojité autoregrese se pohybuje nejen zádový díl, ale také stehenní díl ložné plochy, což dále zvětšuje prostor pro sezení.

Výsledky získané měřením tlaku jasně dokazují, že jednoduchá autoregrese snižuje úroveň tlaku ve srovnání se standardní polohou lůžka. Při dvojité autoregresi (obrázky 3b) je pak tlak ještě nižší.


Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Dvojitá autoregrese samozřejmě není jediným způsobem profylaxe dekubitů. Může však účinně podpořit probíhající terapii a ukazuje, že bychom měli využít všechny technické možnosti, které máme k dispozici ke zlepšení ošetrovatelské péče.



Klient

- Snížení tlaku v pánevní oblasti a eliminace třecí a střížné síly
- Ergonomické členění ložné plochy pro zvýšení komfortu
- Vynikající podpora hlavy při nastavení zádového dílu



Ošetrovatelská péče

- Účinnější prevence dekubitů
- Klient méně sklouzává na lůžku
- Minimalizace opakovaného polohování, více času na ošetrování



Management

- Snížení rizika dekubitů a nižší následné náklady
- Časová úspora díky rychlému prodloužení lůžka
- Pro klienty do 175 cm není nutné prodloužovat ložnou plochu
- Snížená potřeba skladování materiálu na prodloužení ložné plochy



Údržba

- Rychlejší přístup k motoru
- Snadné čištění ložné plochy


3 délky lůžek

Bez střední mezery > 318 mm a bez střední sloupové konstrukce

Všechna pečovatelská lůžka společnosti LINET jsou vybavena integrovaným prodloužením lůžka. Pomocí **expresního prodloužení lůžka** (obrázek níže / volitelné) je možné lůžka **sentida** flexibilně nastavit na různé délky s dělenými postranicemi. Pro všechny konfigurace jsou splněny požadavky nového standardu IEC 60601-2-52.


200 cm

Délka lůžka 200 cm: dělené postranice umožňují ochranu bez střední mezery > 318 mm* a bez protektoru.




210 cm

Délka lůžka 210 cm: ochrana s delší postranicí v nožní části bez příslušenství a bez mezery > 318 mm**.



220 cm

Prodloužení lůžka na 220 cm: je možné v případě potřeby nastavit dočasně – kompletní ochrana je zajištěna protektorem v nožní části (příslušenství).



* Střední mezera (vzdálenost mezi dělenými postranicemi) < 60 mm

** Mezery mezi dělenými postranicemi a také mezi postranicemi a hlavovou a nožní částí < 60 mm


Strategie 3× STOP

pro inteligentní mobilizaci (ISM)

Inteligentní systém mobilizace ISM se vyznačuje nejen širokým rozsahem nastavitelnosti výšky od 25 do 80 cm. Dokáže navíc bránit kolizím při nastavování lůžka do pozice pro komfortní sezení. To přináší nepostradatelnou výhodu zejména v kombinaci s prodloužením lůžka na 2,2 m.

25 cm

Prevence pádů a bezpečné polohování v noci




40 cm

Ergonomické vystupování z lůžka ve výši židle



80 cm

Komfortní ošetrovatelská péče šetřící záda



ISM – inteligentní systém mobilizace

- Komfortní rozsah nastavení od 25 do 80 cm
- Automatická poloha ve výši 40 cm (výška židle) pro výstup z lůžka
- Ochrana před kolizí při nastavování lůžka z nízké polohy do polohy pro komfortní sezení a při použití prodloužení lůžka



Klient

- Standard maximální bezpečnosti pro postranice; pro všechny délky lůžek
- Individuální a rychlé nastavení délky lůžka
- Snížení rizika díky nízké poloze v noci
- Samostatná mobilizace díky automatické poloze ve výši židle (40 cm)



Ošetrovatelská péče

- Rychlé přizpůsobení se různě vysokým klientům
- Bezpečná a efektivní práce
- Snížené riziko při pádu (OOV)
- Klienti se mohou sami mobilizovat z lůžka
- Šetří záda při ošetrování ve výšce 80 cm



Management

- Nízké následné náklady díky pracovním podmínkám, které snižují zátěž zad
- Nízké náklady na příslušenství pro prodloužení lůžka
- Prodloužení lůžka testováno a certifikováno v souladu s IEC 60601-2-52



Údržba

- Rychlá přestavba lůžka pro vyšší klienty
- Méně doplňkových dílů na prodloužení lůžka

SafeFree®

Koncepce pro bezpečnost, samostatnost a mobilizaci

4 postranice

1

Dělené postranice ve spuštěné poloze umožňují volný přístup ke klientovi pro každodenní ošetřování, výměnu obvazů (převazy) nebo stlačení lůžka. Žádná nutnost snímání a odkládání rušivého příslušenství.

4 režimy ochrany


Bez nutnosti ochrany



4 výhody

Bezbariérovost

žádná střední sloupová konstrukce
ani protektor mezi postranicemi



2

Pro bezpečnost v noci často stačí kombinace nízké polohy lůžka s prvním stupněm vytažení postranice v hlavové části. Tato „mírná ochrana“ neklade žádné zbytečné bariéry, přesto dlouhodobě snižuje riziko pádu. Postranice umožňují klientovi orientaci, aniž by ho omezovaly.


Základní

bez opatření omezujících volnost (OOV)



Orientace

místo OOV



3

Tato ¾ ochrana vytváří výstupní prostor v nožní části, určené ke snížení OOV při současném zachování stejně vysokého standardu bezpečnosti. Nastavením výšky lůžka a postranice se lůžko **sentida** přizpůsobí klientům všech velikostí a výšek.


Zvýšená

bez opatření omezujících volnost (OOV)



Mobilizace

bez přizpůsobení výšce klienta



4

Třetí stupeň vytažení se používá k zajištění maximální bezpečnosti klienta na lůžku. V této nejvyšší pozici jsou dělené postranice svou pevností stejně bezpečné jako postranice podélné. Není nutné pořizovat příslušenství pro uzavření střední mezery při použití břišního kurtovacího pásu k omezení pohybu klienta.


Maximální

pro výšky matrací od 12 do 18 cm




Bezpečnost


překračuje požadavky nového standardu
IEC 60601-2-52



4 dělené postranice pro ošetřování ze všech stran



Standardní péče –
postačuje přístup z jedné strany



Zvýšená péče –
je zapotřebí přístup z obou stran

Vaše výhody:

1. Flexibilní použití lůžka pro standardní péči i v omezených prostorech (obr. 1)
2. Flexibilní přístup k lůžku z obou stran v případě vyšší potřeby péče (obr. 2)
3. Flexibilní použití lůžka k mobilizaci klienta pro výstup z lůžka na levé nebo pravé straně
4. Vyhnete se následným nákladům na dovybavení lůžka postranicemi

Větší bezpečnost díky střední mezeře* < 60 mm


- Dodržení nového standardu IEC 60601-2-52
- Bezpečnost v pracovní pozici, tj. i při zdvižení zádového nebo nožního dílu
- Bezpečnost bez použití dodatečného protektoru střední mezery pro fixaci břišním pásem v souladu s doporučeními BfArM (Německý federální ústav pro kontrolu léků a zdravotních pomůcek)**



CB certifikát IEC 60601-2-52 od
certifikační autority TÜV Hannover



Hodnocení pro střední
mezeru provedl BerlinCERT



Dodržení IEC 60601-2-52 při střední mezeře < 60 mm
v pracovní pozici bez protektoru střední mezery



Klient

- Ochrana ve všech polohách
- Nezávislá mobilizace
- Maximální možná bezpečnost podle potřeby



Ošetrovatelská péče

- Nezávislá mobilizace klienta
- Vhodné pro všechny metody polohování
- Právní jistota bez nutnosti přizpůsobení dalším požadavkům



Management

- Hospodárné řešení postranic – žádné dodatečné náklady na protektory středních mezer
- Certifikace podle nového standardu IEC 60601-2-52 chrání bezpečnost investice
- Útulný vzhled „jako doma“



Údržba


- Bezproblémový chod, nízké nároky na údržbu postranic
- Žádná nutnost příslušenství, například protektorů středních mezer

Inteligentní koncepce ručního ovladače

s automatickými funkcemi pro úsporu času

Ruční ovladač pečovatelského lůžka **sentida** zaujme na první pohled přehledností a ergonomickým vzhledem: méně tlačítek a velké symboly, usnadňující intuitivní ovládání.

Funkce předvoleb předchází chybám, protože spuštění určité funkce chybným stisknutím tlačítka není možné.




Ruční ovladač je kdykoli snadno přístupný pro klienta i personál (přídavný držák ručního ovladače, modely č. 10-0419 a č. 10-0421).

3 úrovně bezpečnosti

Do zadní strany ručního ovladače je integrována funkce blokování, takže odpadá potřeba se shýbat a hledat samostatný blokovací panel.

Pomocí nemagnetického klíče je možné nastavit tři režimy ručního ovladače, které přizpůsobí volby nastavení lůžka různým úkolům ošetrovatelské péče. V **režimu blokování** jsou zablokovány všechny funkce na ručním ovladači. V **režimu klienta** a v **režimu péče** má klient k dispozici tři tlačítka.



Nastavení
zádového dílu

Autoregrese

Nastavení výšky

Nahoru

Dolů

Automatické
komfortní sezení

Automatická
profylaxe



Režim péče



Režim blokování



Režim klienta



Klient

- Uživatelsky příjemná koncepce s jasně uspořádanými symboly
- Ochrana proti první chybě v souladu s novým standardem IEC 60601-2-52, se speciálním režimem klienta
- Funkce předvoleb předchází nechtěným nastavením z nedopatření



Ošetrovatelská péče

- Funkce ručního ovladače může být individuálně nastavena podle příslušné situace (3 režimy)
- Žádné náklady navíc na pořízení samostatného kontrolního ovládacího panelu



Management

- Ochrana proti první chybě není volitelná, ale je standardem
- Ruční ovladač a kontrolní panel v jednom – není třeba používat samostatný kontrolní ovládací panel



Údržba

- Kvalitní EPR kabel chrání před zlomením kabelu a předchází zbytečným zásahům údržby
- Není třeba žádné dodatečné instalace kontrolního ovládacího panelu

Automatické polohy lůžka **sentida**, které jsou nastavitelné jedním stlačením tlačítka, zvyšují komfort klienta v poloze vleže a podporují prevenci dekubitů, což je nejen dalším přínosem pro klienta, ale snižuje se také zátěž ošetřujícího personálu.

Automatické komfortní sezení

Automatická funkce komfortního sezení nastaví lůžko do polohy pro sezení, která je pohodlná pro sledování televize, čtení, jídlo nebo komunikaci ve výši očí. V této poloze je účinně podporována mobilizace používající zvedák. Kromě toho usnadňuje tato poloha dýchání a trávení, trénuje prostorovou orientaci a stimuluje krevní oběh klientů upoutaných na lůžko. Dvojitá autoregrese navíc snižuje tlak v sakrální oblasti.



Automatická profylaxe

Podporuje odkrvení při žilních onemocněních a současně zlepšuje prevenci dekubitů. Díky Fowlerově poloze -30° se zdviženými koleny dochází ke snížení výskytu dekubitů*. Tohoto účinku je dosaženo mírným snížením polohy hlavy v kombinaci se zdvižením lýtek – tato poloha zmenšuje tlakovou zátěž pat a kloubů (např. vložení polštářku pod lýtku).



Klient

- Uživatelsky přívětivá koncepce s jasně uspořádanými symboly
- Ochrana proti první chybě v souladu s novým standardem IEC 60601-2-52, implementace speciálního režimu klienta
- Funkce předvoleb předchází nechtěným nastavením z nedopatření
- Komfortní sezení nastavitelné bez opuštění lůžka



Ošetrovatelská péče

- Funkce ručního ovladače může být individuálně nastavena podle právě prováděné péče (3 režimy)
- Předem nastavené funkce šetří čas
- Žádné náklady navíc na pořízení samostatného kontrolního ovládacího panelu



Management

- Ochrana proti první chybě není volitelná, ale je standardem
- Ruční ovladač a kontrolní panel v jednom – není třeba používat samostatný kontrolní ovládací panel



Údržba

- Kvalitní EPR kabel chrání před zlomením kabelu a předchází zbytečným zásahům údržby
- Není třeba žádné dodatečné instalace kontrolního ovládacího panelu


* Srovnejte prosím následující studii provedenou University of Gent: www.dedubitus.be

Efektivní řešení kabelů

D box – energie pro lůžko a lampu na čtení


Použitím praktického D boxu se nepřehledná směsice kabelů stává minulostí. D box umístěný uvnitř hlavové části slučuje kabely lůžka a lampy. Díky tomu vede do síťové zásuvky pouze jeden kabel.

3 kabely – jedno řešení – mnoho výhod



- K přesunutí lůžka stačí vytáhnout pouze jeden kabel.
- Žádné riziko záměny kabelů při vytažení ze zásuvky.
- Nezávislost na motoru a díky tomu dobrý přístup k přípojkám ve všech polohách lůžka.
- Pro halogenová a LED světla.

Halogenová
a LED
technologie



Bezpečnost a přínos pro zákazníka

Společnost LINET pravidelně prochází audity výrobních procesů a managementu ze strany TÜV*. Společnost je certifikovaná v souladu se standardy DIN EN ISO 9001:2008 pro systémy řízení kvality a také s DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 pro výrobu zdravotnických prostředků.

Každé pečovatelské lůžko je vyrobeno v souladu s vysokými standardy Německého zákona o zdravotnických prostředcích (MPG) a nese značku CE v souladu se směrnicí EU 93/42 EHS. Pečovatelská lůžka jsou certifikovaná a vyráběná v souladu se standardem IEC 60601-2-52:2010-12. Do vývoje produktu jsou také zahrnuta doporučení BfArM (Německý federální ústav pro kontrolu léků a zdravotních pomůcek), která výše uvedené požadavky překračují.



Věnujeme velkou pozornost vaší bezpečnosti a dlouhodobé spokojenosti s našimi produkty a službami – proto vám rádi kdykoli pomůžeme – od procesu plánování pořízení lůžka až po recyklaci po konci jeho životnosti – a nabíjíme vám balíčky služeb uzpůsobené všem fázím.

* Definice TÜV: Německý úřad technické kontroly



100

různých možných příčin

Je známo až 100 různých
možných příčin demence.

Stejně rozdílný jako příčiny
a spouštěcí faktory demence
je také průběh onemocnění,
který se může u jednotlivých
klientů lišit.

Zdroj: www.bmg.bund.de
Spolkové ministerstvo zdravotnictví

Odpovídající a dostatečná péče o osoby s demencí představuje specifickou výzvu pro ošetřující personál i pro příbuzné. Ve spolupráci s odborníky na demenci z Velké Británie a Německa vyvinula společnost LINET koncepci místností/prostorů pro klienty s demencí.

Tato nová koncepce, přizpůsobená specifickým potřebám klienta, nabízí výrazné snížení zátěže těch, kteří o klienta pečují. V centru vývoje jsou tři cíle v rámci péče o klienty s demencí:



memoriana

Lůžko sentida jako součást místností přizpůsobených klientům s demencí

Další informace o koncepci místností pro klienty s demencí najdete v samostatné brožurce memoriana.



1. Zlepšení orientace

Klientovi jsou nabízeny orientační body v čase a prostoru a také barevné orientační pomůcky. Výsledek cíleného vývoje pro integraci barev, tvarů a předmětů pomáhá při vnímání prostoru – odbourává strach a frustraci (zklamání).

2. Zvýšení nezávislosti

Čím je pohyb klienta samostatnější, tím menší je zátěž pro ošetřující personál. Funkční prvky vybavení, jako zábradlí a madla, a také otevřené odkládací prostory podporují mobilitu a nezávislost klientů s demencí. Jiné oblasti místnosti jsou naopak přístupné pouze pečujícím osobám.

3. Maximalizace bezpečnosti

Centrálním bodem je bezpečnost klienta. Nízká pečovatelská lůžka s postranicemi, madla na nábytku a stěnách a také pomůcky pro zrakovou orientaci poskytují osobě s diagnostikovanou demencí maximální bezpečnost bez pocitu omezení.



Design | hlavové a nožní části



Design A
hlavová / nožní část



Design Ak
hlavová / nožní část



Design Ak
nožní část



Design D
hlavová část



Design D
nožní část



Design D
nízká nožní část



Design G
hlavová část



Design G
nožní část



Design G
nízká nožní část



Design K
hlavová část



Design K
nožní část



Design K
nízká nožní část



Design S
hlavová část



Design S
nožní část



Design S
nízká nožní část



Design T
hlavová část



Design T
nožní část



Design T
nízká nožní část



Design W
hlavová část



Design W
nožní část



Design W
nízká nožní část



Design DR
hlavová část



Design DR
nožní část



Design LP
hlavová / nožní část

Barvy | Dekory*



Javor (R 5184)




Přírodní buk (R 5320)




Buk, tónovaný (R 5313)




Kakao (R 5447)



Olše, zlatočervená (R 4601)




Třešeň (R 5360)



Třešeň Havana (R 5681)



Dub Lindberg (R 4223)



Sopečná bílá (U1011)

* Některé dekory jsou dostupné za příplatek

Kombinace barev memoriana


(viz též strany 18 / 19).

Volba kombinace 1



Korpus Javor (R 5184)
Lemování Třešeň Havana (R 5681)


Volba kombinace 2




Korpus Třešeň Havana (R 5681)
Lemování Kakao (R 5447)

Vybavení a příslušenství

Rozměry




Lůžko sentida s dělenými (10) postranicemi, bez mezery
D 208 cm, V 103 / 108 cm, matrace: D = 200 cm, Š = 87 cm
V1 25 cm (lůžko v nízké poloze)
V2 80 cm (lůžko v nejvyšší poloze)




Lůžko sentida s průběžnými 2dílnými (09) postranicemi s aretací


Ložné plochy



Komfort




EasyClean




Standard | Aero


Prodloužení lůžka




Přechodné prodloužení lůžka, postranice 10 (standardní)




Trvalé prodloužení lůžka, postranice 10 (volitelné)



Trvalé prodloužení lůžka, postranice 09 (volitelné)



Prodloužení lůžka expres (volitelné)



10-0570 / 10-0580
Protector pro prodloužení lůžka o 20 cm (volitelné)


Volitelné




Vertikální ochranná kolečka



3D ochranná kolečka



Uvolnění zádového dílu pro CPR



Zásuvka Plug & Play pro použití ručního ovladače na jedné nebo obou stranách lůžka




D box s připojením lampy pro optimální správu kabelů




Svítilno pod lůžkem


Příslušenství




10-0419
Držák ručního
ovladače pro dělené
postranice
10-0421
Držák ručního
ovladače krátký



10-0422
Držák ručního
ovladače pro podélné
postranice
10-0421
Držák ručního
ovladače krátký



10-0424
Držák ručního ovladače
pro upevnění na postranici
50-0165 Koš na močovou lahev
50-0164 Držák na močové sáčky
(bez obrázku)




10-0534
Transportní madlo
EasyMove




50-0206
Podložka pro případ pádu,
Š 90 x D 200 cm, výška přibližně 4,5 cm




50-0548
Bed exit systém
Detekční podložka s připojením
pro Nurse call




50-0174
Polštář pro dělené
postranice 10



50-0338
Polštář pro dvoudílné postranice 09



50-0212 Designové halogenové svítidlo soluna
s 12 V transformátorem
50-0213 Designové halogenové svítidlo soluna
bez 12 V transformátoru
50-0237 Designové LED svítidlo soluna



10-0515
Stolek k nízkému lůžku VT1T
Š 47 cm, V 65 cm, H 50 cm



10-0528
Stolek k nízkému lůžku vivo E2T
Š 53 cm, V 62 cm, H 45 cm




LINET spol. s r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný
Česká republika
Tel.: +420 312 576 111
Fax: +420 312 522 668
E-mail: info@linet.cz
www.linet.cz



wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Phone: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

pasivní matrace PrimaCare 20



PrimaCare 20

Riziko: III	Matrace PrimaCare 20 je vyrobena ze studené polyuretanové pěny.
Tloušťka: 14 cm	
Hmotnost: 11,5 kg	
Nosnost: 200 kg	

Jádro ze studené pěny	spodní vrstva	horní vrstva
Objemová hmotnost:	41 kg/m ³	50 kg/m ³
Odpor proti stlačení:	3,9 kPa/m ²	3,6 kPa/m ²

Jádro matrace s prořezem po celé délce horní části

Potah: voděodolný, paropropustný, antibakteriální, antialergický bez latexu, pružný ze čtyř stran

Krytý zip ze čtyř stran

Spoje potahu ve vrchní části svařované, ve spodní části šité

Desinfikovatelný běžnými prostředky

Pratelny do 95°C

Rozměry: 200x86x14 cm