

Technická specifikace a minimální požadavky na Zařízení pro přístrojovou lymfodrenáž vč. Aplikátorů (část 6)

Dodavatel	BTL zdravotnická technika, s.r.o.
Výrobce	BTL zdravotnická technika, s.r.o.
Označení přístroje	BTL 6000 Lymhastim topline, aplikátor kalhoty

Popis parametru	žadavatelem požadovaná hodnota	uchazečem nabízená hodnota
Zařízení pro přístrojovou lymfodrenáž 12-ti kanál vč. Aplikátorů		Ano
Automatické vyfukování aplikátorů	ANO	Ano
Autodetekce aplikátorů	ANO	Ano
Jednoduchá manipulace s aplikátory	ANO	Ano
12 – ti kanálová lymfodrenáž pro 8 – 24 komorové aplikátory	ANO	Ano
Barevný dotykový displej	ANO	Barevný , 5,7"
Vestavěná encyklopedie s medicínskými a estetickými protokoly	ANO	Ano
Přednastavená sekvence programů	ANO	Ano
Paměť pro více jak 100 uživatelských programů	ANO	Ano
Plynulé nastavení tlakového gradientu 0 – 100%	ANO	Ano
Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru	ANO	Ano
Nastavení individuálních terapií dle potřeb klienta	ANO	Ano
Tichý chod	ANO	Ano
Aktuálně pracující komora viditelná na displeji	ANO	Ano
Možnost odpojení jednotlivých komor	ANO	Ano
Možnost nastavení tlaku 20 –160 mmHg	ANO	20-160 mmHg
Konektor pro snadnou výměnu aplikátorů	ANO	Ano
Volitelné příslušenství:		
aplikátory – noha minimálně 10 komor	ANO	Ano
kalhoty minimálně 24 komor	ANO	Ano
paže s prsní komorou minimálně 8 komor	ANO	Ano
Stolek s přihrádkami,kolečky a brzdami.	ANO	Ano

Podklady pro instalaci		
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	Uveďte: rozměry/prostorové nároky	110x30x30
Hmotnost	Uveďte: hmotnost	13kg
Napájení	Uveďte: - napětí [V] - příkon [W]	230V, 90W

Požadavky na instalaci	Uved'te ostatní požadavky na instalaci	0
Životnost přístroje dle výrobce	Uved'te životnost přístroje dle výrobce	minimálně 10 let

Pro převzetí zařízení musí být dodáno a splněno:

Návod k použití v českém jazyce – v písemné podobě (na oddělení), v elektronické podobě na CD (na tiskárnu)
Návod musí být přeložený výrobcem nebo alespoň překlad výrobcem potvrzený.

Prohlášení o shodě v kopii. Všechny přístroje musí mít certifikát dle direktivy 93/42EHS jako zdravotní technika
Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti podle §29 zákona 268/2014 Sb.

Autorizační protokol od výrobce obsahující pověření k servisu a zaškolování.

Závazné stanovení ceny za provádění odborné údržby podle §65 zákona č. 268/2014 Sb. po uplynutí zkušební doby
instruktáž v takové úrovni, aby mohly alespoň dvě osoby provádět instruktáž dalších zaměstnanců dle
Provádění odborné údržby podle §65 zákona č. 268/2014 Sb. po dobu trvání záruční doby přístroje dle
Realizace odborné údržby po dobu životnosti přístroje dle periody uvedené výrobcem v návodu k použití
Po provedení odborné údržby požadujeme ZP označit viditelně štítkem s vyznačením data příští kontroly

Zadavatel uvádí, že dle § 90 odst. 1 a 2 zákona v návaznosti na § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné

• enáž 12-ti kanál

a.S.

U.S.

γ, noha ,ruka a stolec

[illegible]

informativní položka
informativní položka
informativní položka

informativní položka
informativní položka

technické oddělení).

cký prostředek.

áruční doby.

§61 čl.2, zákona č.268/2014 Sb.

e objednávky zadavatele.

žití.

oly.

enné řešení.