



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání - část B

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota
Transportní lehátko - stretcher, 7ks		
SPRINT		
Transportní lůžko pro emergency	ANO	ANO
Ložná plocha dvoudílná	ANO	ANO
Sloupová konstrukce lůžka	ANO	ANO
Polohování zádového dílu min. 70° pomocí plynové pístnice s automatickou aretací	min 70 °	0 - 70
Minimální nosnost 230kg	min 230 kg	230 KG
RTG ložná plocha vhodná pro vyšetřování za pomoci C ramene a RTG kazet s možností snímkování celé ložné plochy	ANO	ANO
Ovládání držáku RTG kazety snadno dostupné z obou stran ložné plochy i v případě spuštěné postranice	ANO	ANO
Možnost zakládání RTG kazety i v okamžiku ležícího pacienta (zádový díl srovnaný do roviny)	ANO	ANO
Sklopné postranice bez výskytu skřípných míst se sklápěním směrem k hlavě, výška postranic min. 40 cm nad ložnou plochu	ANO	40 CM
Postranice nepřesahují ochranné lišty lůžka	ANO	ANO
Hydraulické nastavení výšky v rozmezí minimálně od 600 - 900 mm pomocí nožních pedálů na obou stranách lůžka	min 600 - 900 mm	585 - 905 mm
Integrovaná přesunovací podložka v matraci	ANO	ANO
Standardní ovládání Trendelenburgovy polohy min. 12° pomocí nožních pedálů na obou stranách lůžka	ANO	12
Snímatelná hygienická matrace – desinfikovatelná výška min. 6 cm s integrovanými transportními podložkami na obou stranách matrace	min 8 cm	10 cm
Sklopná madla pro ovládání v čelech lehátka (z obou stran lehátka)	ANO	ANO
Kolečka o průměru minimálně 200 mm s centrální brzdou a ovládáním ve všech rozích lůžka	ANO	200 mm
Držák kyslíkové lahve v podvozku	ANO	ANO
Výškově stavitelný infusní stojan integrovaný, sklopný	ANO	ANO
Plastový kryt celého podvozku pro jednodušší hygienu	ANO	ANO
Integrované 5té kolečko pro snadnou manipulaci během převozu pacientů	ANO	ANO
Odnímatelný stolek v nohách stretcheru na uložení monitoru	ANO	ANO

Ochranná kolečka v rozích lůžky	ANO	ANO
Ochranné nárazové lišty po celém vnějším obvodu lůžka	ANO	ANO
Šířka ložné plochy lůžka min. 64 cm	min 64 cm	65 cm
Vnější rozměr lůžka max. 205 x 76 cm	max. 205 x 76 cm	205 cm X 75,5 cm

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Účastník zadávacího řízení může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Želevčicích, dne 10.5.2018

podpis účastníka zadávacího řízení