



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání - část A

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota
8ks Lůžko resuscitační s laterálním náklonem a váhou (ARO)		
MULTICARE		
Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)	ANO	ANO
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka	ANO	ANO
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg	min 250 kg	250 kg
rozměr lůžka: max. délka pro transport 215 cm, šířka 105 cm, šířka ložná min 205x84 cm	délka max 215 cm, šířka max 105 cm, ložná plocha min 205 x 84 cm	215x105 cm
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm	min rozsah 45-75 cm	44 - 82 cm
čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO	ANO
ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování	ANO	ANO
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru	min 15 cm	ANO,
laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie (možnost nastavení úhlů a časových intervalů)	min. +/- 30°; ANO	30°
automatický váhací systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase	ANO	ANO
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru	min 10°	ANO, 13°/16°
ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka	ANO	ANO
možnost snímání C ramenem	ANO	ANO
mechanické spuštění zádového dílu (CPR)	ANO	ANO
odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení	ANO	ANO
integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici	ANO	ANO
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou	ANO	ANO
sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)	ANO	ANO
multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice	ANO	ANO
v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	ANO
nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka	ANO	ANO

s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	ANO
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm	min 150 mm	150 mm
funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabrzděného lůžka, automatická brzda	ANO	ANO
mobilizační madlo s integrovaným ovladačem nastavení výšky	ANO	ANO
vícezónový alarm sloužící k identifikaci nebezpečného pohybu pacienta na lůžku a také opuštění lůžka pacientem	ANO	ANO
univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	ANO
držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO	ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO	ANO
záloková baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO	ANO
potenciálové propojení	ANO	ANO
příslušenství:		
sada fixačních klínů pro laterální náklon pro dvě lůžka – pokud není řešeno konstrukčně jinak	ANO	ANO
držák hadic ventilátoru pro laterální náklon	ANO	ANO
3 ks Matrace pasivní (ARO)		
TEMPURMED PREMIER		
rozměr dle lůžka, výška min. 15 cm	min. 15 cm	15 cm
tvořena dvěma vrstvami: - Horní vrstva: min 7 cm - viskoelastická pěna z otevřených buněk (hustota min 85 kg/m3) - Spodní vrstva: polyuretan (hustota min 45 kg/m3)	Horní vrstva: min 7 cm; ANO	7 cm
	Spodní vrstva: ANO	ANO
Záruka: 5 let (i proti proležení), potah min 3 roky	ANO	ANO
Nosnost: min 130 kg	min 130 kg	130 kg
Je určena pro prevenci dekubitů u středně až vysoce rizikových pacientů dle Nortona (st. II až III) a u pacientů s poškozením tkáně až II. stupně	ANO	ANO
Potah z PU s povrchovou antibakteriální úpravou - voděodolný se svařovanými švy, prodyšný a voděodolný, antistatický, antialergický, bakteriostatický, žáruvzdorný	ANO	ANO
Možno prát v pračce při teplotě 95°C nebo ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky	ANO	ANO
Snadno snímatelný	ANO	ANO
Se zipem chráněným proti znečištění (zatečení)	ANO	ANO
Zesílený a protiskluzový na spodní straně	ANO	ANO
3 ks Hrazda s madlem		
3 ks Hrazda s madlem	ANO	ANO
9 ks Polštář (ARO)		
POLŠTÁŘ PRO LATERÁLNÍ NÁKLON		
80 x 40 cm (tolerance +/- 5%)	80 x 40 cm (+/- 5%)	80x40 cm
svařovaný voděodolný potah - modrý	ANO	ANO
multi poziční polštář vyrobený z viskoelastické pěny hustoty T85 s tuhostí 08	ANO	ANO
snímatelný potah vyroben z PU strečového materiálu se vodotěsně svařovanými švy	ANO	ANO
voděodolný, paropropustný, lehce omyvatelný a desinfikovatelný potah, praní při 95°C	ANO	ANO
barva potahu tmavě modrá	ANO	ANO

alergenresistentní	ANO	ANO
zdravotnický prostředek třídy I	ANO	ANO
4ks Intenzivní lůžko s laterálním náklonem a vážící funkcí (OIPOO)		
MULTICARE		
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka	ANO	ANO
bezpečná pracovní zatížení 250 kg	min. 250 kg	250 kg
rozměr lůžka: max. délka pro transport 215 cm, šířka 105 cm, ložná plocha 208x86 cm	délka max 215 cm, šířka max 105 cm	215x105 cm
zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 44 -82 cm	min. rozsah 44 - 82 cm	44-82 cm
čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO	ANO
ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování	ANO	ANO
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru	min 15 cm	17 cm
laterální náklon min. +/- 30° pomocí elektromotoru,	min +/- 30°	30°
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru	min. 10°	13°/16°
možnost snímání C ramenem	ANO	ANO
držák RTG kazety nastavitelný v horizontální i vertikální rovině s možností snímkování na šířku i na výšku	ANO	ANO
mechanické spuštění zádového dílu (CPR)	ANO	ANO
odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení	ANO	ANO
integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici	ANO	ANO
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému 45cm nad ložnou plochou	ANO	ANO
sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)	ANO	ANO
nožní ovladače pro nastavení výšky a laterálního náklonu	ANO	ANO
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr 150 mm a automatickou brzdou a 5. kolečkem	ANO	150 mm
elektrický pohon lůžka: - s dojezdem takovým, aby byl garantován bezproblémový provoz v rámci pracoviště nemocnice (ideálně min. 3 km) - min. dvě rychlosti vpřed, nebo plynulá regulace rychlosti vpřed a jedna vzad - automatický brzdicí systém ztrátě kontaktu obsluhujícího personálu s lůžkem	ANO	ANO
univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	ANO
držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO	ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO	ANO
záloková baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO	ANO
potenciálové propojení	ANO	ANO
vážící systém se zobrazením aktuální váhy pacienta s možností zobrazení přírustku, nebo úbytku váhy na sekundárním displeji	ANO	ANO
alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (prevence pádů)	ANO	ANO
alarm opuštění lůžka pacientem	ANO	ANO
podsvětlení lůžka	ANO	ANO
podsvětlený patientský ovladač s integrovanou svítlnou	ANO	ANO
příslušenství:		
1ks držák hadic ventilátorů	ANO	ANO
hrazda + madlo	ANO	ANO
6ks Lůžko určené pro jednotku intenzivní péče s laterálním náklonem (OIPOO)		
LATERA ACUTE		
shoda s platnou normu ČSN 60601-2-52 (zadavatel umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení)	ANO	ANO
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka	ANO	ANO
bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg	min 200 kg	200 kg

rozměr lůžka: max transportní délka 220 cm, šířka 99 cm, ložná plocha min 200x84 cm	délka max 220 cm, šířka max 99 cm, ložná plocha min. 200 x 84 cm	219x98,5 cm
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm	min rozsah 40 - 75 cm	43 - 81 cm
laterální náklon minimálně 15° možno řešit pomocí speciální aktivní matrace	min. 15°	15°
čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů	ANO	ANO
ložná plocha z odnímatelných plast. dílů se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování	ANO	ANO
integrovane prodloužení/zkrácení lůžka min o 15 cm,	min 15 cm	15 cm
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru	min. 10°	16°
snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)	ANO	ANO
odnímatelná čela se zámky	ANO	ANO
integrovane podélné sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění na horní straně postranice a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem	ANO	ANO
sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...)	ANO	ANO
podsvětlený patientský ovladač s integrovanou svítílnou	ANO	ANO
nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	ANO
univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	ANO
držáky na infuzní stojan a hrazdu	ANO	ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO	ANO
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO	ANO
potenciálové propojení	ANO	ANO
příslušenství:		
hrazda s madlem	ANO	ANO
2ks Matrace aktivní antidekubitní (OIPOO)		
PRECIOSO		
pro velmi vysoké riziko dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až III. stupně	ANO	ANO
možnost volby mezi statickým, dynamickým režimem	ANO	ANO
možnost transportu pacienta bez kompresoru až 5 hodin	ANO	ANO
systém střídání tlaků v celách minimálně 3-1	ANO	ANO
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování	ANO	ANO
perioda střídání tlaku v celách max. 10min.	max 10 min	10 minut
možnost rychlého vypuštění CPR	ANO	ANO
automatické nastavení tlaku v celách (minimalizace možnosti chybného nastavení tlaku obsluhou)	ANO	ANO
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením	ANO	ANO
nosnost minimálně 200 kg	min 200 kg	210 kg
alarm v případě výpadku napájení	ANO	ANO
potah snadno snímatelný - zip ze čtyř stran, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra - nejlépe kontinuálně svařovaný, antibakteriální	ANO	ANO
6 ks Matrace pasivní I (OIPOO)		
TEMPURMED PREMIER		
rozměr dle lůžka, výška min. 15 cm	min. 15 cm	15 cm
tvořena dvěma vrstvami: - Horní vrstva: min 7 cm - viskoelastická pěna z otevřených buněk (hustota min 85 kg/m3) - Spodní vrstva: polyuretan (hustota min 45 kg/m3)	Horní vrstva: min 7 cm; ANO	7 cm
	Spodní vrstva: ANO	ANO
Záruka: 5 let (i proti proležení), potah min 3 roky	ANO	ANO
Nosnost: 130 kg	min 130 kg	130 kg
Je určena pro prevenci dekubitů u středně až vysoce rizikových pacientů dle Nortona (st. II až III) a u pacientů s poškozením tkáně až II. stupně	ANO	ANO

Potah z PU s povrchovou antibakteriální úpravou - voděodolný se svařovanými švy, prodyšný a voděodolný, antistatický, antialergický, bakteriostatický, žáruvzdorný - Možno prát v pračce při teplotě 95°C nebo ošetřovat běžnými dezinfekčními prostředky - Snadno snímatelný - Se zipem chráněným proti znečištění (zatečení) - Zesílený a protiskluzový na spodní straně	ANO	ANO
2 ks Matrace pasivní II (OIPOO) CLINICARE		
jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách	ANO	ANO
na povrchu jádra souvislá vrstva alespoň 2cm z viskoelastické pěny	ANO	ANO
potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované	ANO	ANO
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech	ANO	ANO
rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm	min 14 cm	14 cm
riziko vzniku dekubitu až III. Stupně	ANO	ANO
nosnost min. 130 kg	min 130 kg	230 kg
hustota jádra min. 40 kg/m³	min 40kg/m3	ANO

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Účastník zadávacího řízení může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2. a 3., doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Želevčicích, dne

podpis účastníka zadávacího řízení