

Formulář technické specifikace " technické požadavky na přístroj pro měření recirkulace krve "

Přístroj pro měření recirkulace krve - 1 ks

Přístroj pro měření recirkulace krve pro potřeby hemodialyzačního oddělení

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka uchazeče
výrobce:			Transonic
typ:			HD03
přístroj pro měření recirkulace krve s obrazovkou	nezávislý, přenosný, umožňující měření a grafické znázornění	absolutní	ANO
měření	ano, pro zobrazení výsledků měření včetně grafů	absolutní	ANO
měření skutečného průtoku krve	neinvasivní, měření během rutinního dialyzačního výkonu bez použití dalšího přídavného materiálu	absolutní	ANO
měření recirkulace	ano	absolutní	ANO
měření průtoku cévním přístupem	ano	absolutní	ANO
přenos dat do PC včetně uchování jejich historie	ano	absolutní	ANO - umožňuje DTM modul - je součástí nabídky
snímače	univerzální, aplikovatelné na všechny typy dialyzačních hadiček (setů)	absolutní	ANO - snímače - H4FX senzory jsou součástí nabídky

R