

Formulář technické specifikace " technické požadavky na defibrilátor"

Defibrilátor – 8 ks

Defibrilátor pro potřeby jednotlivých lůžkových oddělení

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka uchazeče
výrobce:			METsis Medikal Ltd.
typ:			Life-Point Basic
technologie výboje	monofázická, externí defibrilace	absolutní	ano
napájení	ze sítě (230V/50Hz) a akumulátoru	absolutní	ano
výběr energie	5 až 360 J	absolutní	ano
doba nabíjení akumulátoru	maximálně 5 hodin	absolutní	ano
režim provozu	synchronní, asynchronní	absolutní	ano
příložené elektrody	ano	absolutní	ano
jednoduchá obsluha a ovládání	ano	absolutní	ano
možnost autotestu	ano	absolutní	ano