

Formulář technické specifikace " technické požadavky na běžecký pás "

Běžecký pás - 1 ks

Běžecký pás pro potřeby rehabilitačního oddělení

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka uchazeče
výrobce:			Enraf-nonius
typ:			EN Motion
nízkootáčkový motor	ano	absolutní	ano
rozměr běžecké plochy	50 x 150 cm	absolutní	50 x 150 cm
rychlost	0,5 - 18 km/h	absolutní	0,4 - 18 km/h
nastavení rychlosti	po 0,1 km/h	absolutní	po 0,1 km/h
nastavení stoupání	0-12°	absolutní	0-15°
kvalitní odpružení nárazů	ano	absolutní	ano
transportní kolečka	ano	absolutní	ano
ovládání z konzole, barevný displej	ano	absolutní	ano
ovládání rychlosti a sklonu během terapie	ano	absolutní	ano
nosnost	minimálně 150 kg	absolutní	235 kg