

Formulář technické specifikace " technické požadavky na přístroj kombinující terapii laserem a rázovou vlnou "

Přístroj kombinující terapii laserem a rázovou vlnou - 1 ks

Přístroj kombinující terapii laserem a rázovou vlnou pro potřeby rehabilitačního oddělení

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Parametr	Nabídka uchazeče
výrobce:			BTL Industries Ltd.
typ:			High intensity laser 7 W + SWT POWER
Specifikace společných technických dat			
2 typy terapií v jednom přístroji	ano	absolutní	ano
1 výstup pro aplikaci rázové vlny	ano	absolutní	ano
1 výstup pro aplikaci vysokovýkonového laseru	ano	absolutní	ano
displej	ano	absolutní	ano
přednastavené programy	ano	absolutní	ano
možnost ukládání vlastních uživatelských programů	ano	absolutní	ano
ovládání v českém jazyce	ano	absolutní	ano
vestavěná encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkou aplikace	ano	absolutní	ano
Specifikace Rázové vlny			
tlak	od 1,5 do 5 barů	absolutní	1,5 - 5 barů
frekvence	od 1 do 22 Hz	absolutní	1 - 22 Hz
single mód	ano	absolutní	ano
kontinuální mód	ano	absolutní	ano
aplikátor s tlumičem zpětných rázů	ano	absolutní	ano
koncovky aplikátoru	minimálně 3 druhy	absolutní	3 druhy
Specifikace vysokovýkonového laseru			
maximální výkon v kontinuálním režimu	7W	absolutní	7W
simultání emise 2 vlnových délek	810/980 nm	absolutní	ano 810/980 nm
navigační světlo	ano	absolutní	ano
možnost automatické kalibrace sondy	ano	absolutní	ano
biostimulační účinek	ano	absolutní	ano
analgetický účinek	ano	absolutní	ano