

Technická specifikace poptávaného zařízení

Přístroj pro sekvenční tlakovou drenáž

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Přístroj pro sekvenční tlakovou drenáž			
Medicínský účel: léčba otoků končetin – drenážní přístroj fungující na principu tlakové vlny, vedoucí k zprůchodnění lymfatických cév			
12-ti kanálová lymfodrenáž pro 8 až 24 komorové aplikátory	X	ANO	X
Nastavitelnost sekvenční komprese z centra nebo z periferie	X	ANO	X
Přednastavené léčebné protokoly a sekvence programů	X	ANO	X
Možnost individuálního nastavení délky aplikace, rychlosti postupu tlakové vlny a tlakového gradientu	X	ANO	X
Programování přístroje do vnitřní paměti	X	ANO	X
Podrobné praktické zaškolení obsluhy	X	ANO	X
Jednotný servis v rámci ČR	X	ANO	X
Certifikace CE jako zdravotnický přístroj	X	ANO	X

Požadované typy návleků			
Návlek na celou dolní polovinu těla, tzv. Kalhoty - umožňující drenáž obou dolních končetin současně i zvlášť, s drenáží břicha a hýždí		ANO	
Párový návlek na horní končetinu s prsní komorou (zvlášť pro pravou a levou horní končetinu)		ANO	
Párový návlek na horní končetinu, který zasahuje přes celý hrudník a záda až do pasu – s možností použití drenáže zvlášť pro pravou horní končetinu a zvlášť pro levou horní končetinu nebo společně		ANO	

Od obsahu technické specifikace a požadavků zadavatele vymezených v této Příloze č. 1 se dodavatelé nesmí odchýlit. Vždy platí, že všechny uvedené parametry jsou závazné, a to i po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.