



**NEMOCNICE  
HAVLÍČKŮV  
BROD**

**Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22**

Havlíčkův Brod IČO : 00179540, DIČO : CZ00179540

**OBJEDNÁVKA č.: VOZT-2018-274**

Značka: VOZT-2018-274  
Vyřizuje: Ing. Adam Fila  
Tel.: +420 569 472 118  
Fax: +420 569 421 982  
E-mail: adam.fila@onhb.cz

**Medkonsult s.r.o.**  
**Balcárkova 8**  
**779 00 Olomouc**  
**tel.-585 414 511 fax.-585 416 045**

Datum: 10.08.2018

Dokumentace servisního zásahu musí vyhovět zák.požadavkům !  
Čitelná s uvedením oddělení, jednoznačnou identifikací přístroje, jménem technika, datem atd.  
Při zásahu na více přístrojích, je nutné rozepsání provedených výkonů a jejich rozúčtování dle jednotlivých přístrojů !  
Při nedodržení podmínek nebudou servisní faktury propláceny !  
Před započítáním servisních prací v Nemocnici Havlíčkův Brod je nutno toto oznámit zodpovědné osobě uvedené na objednávce.  
Prosíme o sdělení předběžné ceny opravy. Veškeré doklady zasílejte na oddělení zdravotnické techniky.  
Výsledek servisního zásahu musí být vyznačen na protokolu :  
VYHOVUJE / NEVYHOVUJE (důvod, opravitelnost)

**K provedenému servisnímu zásahu prosíme o dodání certifikátu o proškolení konkrétní osoby výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem , dle § 65 zák.268/2014Sb.**


**Č. Objednávaný úkon      Údaje o zařízení**

1. Oprava	Název zařízení: Ultrazvukový přístroj BK
	Typ zařízení: ProFocus Green 2202
	Výr.číslo: 1896885
	Umístění: Urologie-AM

oprava - konvex sonda 8823 vč. 3032874 – artefakty, pruhy v obraze.  
výměna hlavice s krystalovým polem  
dle CN 18NA00069 67tis bez DPH 21%

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

.....  
podpis zodpovědné osoby



*n.p.*