

Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly:

(oddíl Technické podmínky – technická specifikace stanovená zadavatelem)

(oddíl Technická specifikace nabízeného plnění – technická specifikace nabízená uchazečem)

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy je i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální technický list výrobce - vyjma PC stanice a obrazovky (monitoru). Pokud nebylo možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabízeného přístroje

Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU

TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem	TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
<p>Popis parametru:</p> <p>(Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vyznačených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)</p>	<p>Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvádí ANO, že parametr splňuje)</p> <p>Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, včetně vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technická listy, výkresy apod.)</p>

Obecné požadavky zadavatele na přístroj (zařízení) stomatologická souprava jako celek:
 Zařízení je plánováno pro klinickou výuku studentů zubního lékařství a bude umístěno na výukovém sále na stomatologické klinice. Základní požadavky na stomatologickou soupravu je pět pozic pro stomatologické pohony na panelu pro lékaře. Hadice pohonů mají tzv. horní vedení. Na pozici asistence je ovládací panel s malou a velkou savkou. Na osvětlení operačního pole slouží LED světlo. Souprava s pevným plivákovým blokem a samostatně stojícím křeslem pro pacienta. Součástí jsou i židle pro ošetřujícího a asistenta.

Vzhledem ke skutečnosti, že stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotné a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavatelí bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení patientského křesla do podlahy dané místnosti.

Stomatologická souprava pro klinickou výuku studentů

Počet kusů: 3 ks

Položka č. 1 Stomatologická souprava																																												
Počet kusů: 1 ks																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Pacientské křeslo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Samostatné křeslo nezávislé na těle jednotky</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">hodnotící kritérium</td> <td>Nosnost křesla v celém rozsahu</td> <td>min. 150 kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Držák pro uchycení světla</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">hodnotící kritérium</td> <td>Vnitřní paměť s možností uložení nastavení křesla (polohy křesla, funkce pohonů)</td> <td>pro 3 a více ošetřujících (uživatelů)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Separátor amalgámu</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Příprava na suché sání</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Opěrka pro ruce pacienta</td> <td>ano, vlevo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>přesný barevný odstín bude vybráno z katalogu výrobce</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Ovládací panel na straně sestry s velkou a malou savkou.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Malá savka</td> <td>ANO</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			Pacientské křeslo				Samostatné křeslo nezávislé na těle jednotky	ANO	hodnotící kritérium	Nosnost křesla v celém rozsahu	min. 150 kg		Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání	ANO		Držák pro uchycení světla	ANO	hodnotící kritérium	Vnitřní paměť s možností uložení nastavení křesla (polohy křesla, funkce pohonů)	pro 3 a více ošetřujících (uživatelů)		Separátor amalgámu	ANO		Příprava na suché sání	ANO		Opěrka pro ruce pacienta	ano, vlevo		přesný barevný odstín bude vybráno z katalogu výrobce	ANO	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Ovládací panel na straně sestry s velkou a malou savkou.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Malá savka</td> <td>ANO</td> </tr> </table>			Ovládací panel na straně sestry s velkou a malou savkou.				Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku	ANO		Malá savka	ANO
Pacientské křeslo																																												
	Samostatné křeslo nezávislé na těle jednotky	ANO																																										
hodnotící kritérium	Nosnost křesla v celém rozsahu	min. 150 kg																																										
	Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a nožního ovládání	ANO																																										
	Držák pro uchycení světla	ANO																																										
hodnotící kritérium	Vnitřní paměť s možností uložení nastavení křesla (polohy křesla, funkce pohonů)	pro 3 a více ošetřujících (uživatelů)																																										
	Separátor amalgámu	ANO																																										
	Příprava na suché sání	ANO																																										
	Opěrka pro ruce pacienta	ano, vlevo																																										
	přesný barevný odstín bude vybráno z katalogu výrobce	ANO																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Ovládací panel na straně sestry s velkou a malou savkou.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Malá savka</td> <td>ANO</td> </tr> </table>			Ovládací panel na straně sestry s velkou a malou savkou.				Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku	ANO		Malá savka	ANO																																	
Ovládací panel na straně sestry s velkou a malou savkou.																																												
	Ovládací panel - poloha křesla, plivátka, pohárku	ANO																																										
	Malá savka	ANO																																										

Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Esthetic E50 Lite S	KaVo
Účastníkem nabízená hodnota	
	ANO
	186 kg
	ANO
	ANO
	ANO
	pro 6 ošetřujících (uživatelů)
	ANO
	ANO
	ANO, vlevo
	ANO
	ANO
	ANO

stomatologické soupravy budou instalovány na společné pracoviště LF MU a FNUSA, kdy budova a místnosti (místo plnění) jsou v majetku FNUSA, tedy dodávka bude realizována do objektu jenž je v majetku jiného subjektu než je zadavatel, je naprosto nezbytné, aby byly stomatologické soupravy plnohodnotné a plně kompatibilně napojeny na stávající rozvody - inženýrské sítě (elektrina, voda, vzduch, odpad) bez nutnosti realizace jakýchkoliv stavebních úprav. Dodavatelí bude v případě potřeby umožněno pouze uchycení patientského křesla do podlahy dané místnosti.

ANO

ANO

Položka č. 2 Stomatologická ordinace židle

Počet kusů: 2 ks

Stomatologická ordinace židle	ANO
Nastavení výšky sedáku	minimálně v rozmezí 48 cm až 60 cm
Nastavení sklonu opěrky a sedáku	ANO
ergonomicky tvarované poistování opěradla a sedáku	ANO
zaoblená stehenní podpora	ANO
přířazená anatomická poloha	ANO
snadno omyvatelný a dezinfikovatelný povrch pro snadné udržování hygieny a rychlého a účinného čištění povrchu židle	ANO
židle vhodná pro intenzivní každodenní používání a čištění (omyvání)	ANO
kovový kříž	ANO
přesný barevný odstín bude vybráno z katalogu výrobce	ANO
Kolečka	ANO

Model - typové/výrobní označení	Výrobce
PHYSIO Ev®	Kavo
Účastníkem nabízená hodnota	
ANO	
46 cm až 66 cm	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky