

TN

Objednávka č. 2018/UOZ/1949

Odběratel	Podavatel
<b>Thomayerova nemocnice</b> Videňská 800 140 59 Praha 4 - Krč Videňská 800 140 59 Praha 4 - Krč DÍČ: CZ00064190 IČ: 00064190 SpZ: Pr 1043-obch.rejstř.Městského soudu v Praze	<b>FOMBI s.r.o.</b> U Libeňského pivovaru 2015/10 180 00 PRAHA 8 DÍČ: CZ46504869 IČ: 46504869

Vystaveno: 30.07.2018 Vystavil: /  
Termín: 30.07.2018 Předh.cena: 10000,00 Kč bez DPH  
Smlouva:

tel: e-mail: /  
**Splatnost faktury je 60 dní + 60 dní bez penalizace**

List: 1 Počet položek: 1

Objednáváme u Vás opravu níže uvedeného přístroje:

1. Mamograf HOLOGIC DIMENSIONS, inv.č 1M21431, výř.č 81003143265  
inv.úsek: RDG-SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE, umístění: D/  
Nefunkční přístroj - hlási ERR 8:114 = DET není ready.

zvýšené p. zodpoví

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s Obchodními podmínkami odběratele uvedenými na <http://www.ftn.cz/obchodni-podminky-235/>  
a s níže uvedenými povinnostmi dodavatele.

Dodavatel je povinen:

1. Potvrdit přijetí objednávky písemně nebo e-mailem
2. Před servisním zásahem telefonicky kontaktovat odpovědnou osobu odběratele uvedenou na objednávce pod přístrojem.
3. V případě překročení celkové předběžné ceny zaslat cenovou nabídku objednateli a opravu/kontrolu provést až po jejímu odsouhlasení.
4. Označit přístroj sádkami s vyznačeným datem expirace po provedení jakékoli periodické kontroly.
5. Zaslát na adresu opt@ftn.cz v elektronické formě potvrzené servisní výkazy a případné protokoly o kontrolách.
6. Na fakturě uvést číslo objednávky a k fakturě přiložit:
  - a. servisní výkaz obsahující potvrzení o provedení práce (jméno, podpis a razítko přebírajícího pracovníka TN),
  - b. po opravě prohlášení, že zařízení je schopno bezpečného provozu,
  - c. po kontrole originálního papírový protokol (v případě elektronické fakturace na adresu faktura@ftn.cz zaslat poštou).

Při nesplnění těchto povinností bude faktura vrácena!

Pozn.: pro bezplatný výjezd z areálu potvrdí vjezdový listek příslušná vjezdní či staniční sestra, případně OPT (pavilon G7).

H

Vojtěch Beneš, DiS.  
vedoucí oddělení přístrojové techniky

Mgr. Jaroslava