

Cenová nabídka č.: 047/18/M ze dne 4. 7. 2018

Adresa:

ULTRAZVUK, s.r.o.
Sušilova 1337
500 02 Hradec Králové

Středomoravská nemocniční a.s.
Mathonova 291/1,
796 04 Prostějov

Datum vystavení: 4. 7. 2018
Datum platnosti: 31. 12. 2018

**Věc: Nabídka na dodávku ultrazvukového přístroje BactoSonic BS 14,2
firmy Bandelin electronic GmbH & Co KG, Berlin**

#1 Souprava BactoSonic BS 14.2 - Ready –to-use set

Sestávající se:

#1.1 Ultrazvukový přístroj BS 14 1kus

#1.2 Příslušenství

#1.2.1 Drátěný rám pro foliový test FT 14 1kus

#1.2.2 Kontaktní kapalina pro ponoření implantátu v boxu TICTOPUR TR 3 250ml

#1.3 Implantátové boxy včetně držáků

#1.3.1.1 Implantátový box IB5, 0,52l, vnitřní rozměry 125x85x50mm, materiál PP 2kusy

#1.3.1.2 Držák BT5 pro 2 kusy implantátového boxu IB 5, materiál PC 1kus

#1.3.2.1 Implantátový box IB6, 0,6l, vnitřní rozměry průměr 120x55mm, materiál PP 2kusy

#1.3.2.2 Držák BT6 pro 2 kusy implantátového boxu IB 6, materiál PC 1kus

#1.3.3.1 Implantátový box IB10, 1,0l, vnitřní rozměry 255x95x43mm, materiál PP 1kus

#1.3.3.2 Držák BT10 pro 1 kus implantátového boxu IB10, materiál PC 1kus

#1.3.4.1 Implantátový box IB18, 1,8l, vnitřní rozměry 185x120x80mm, materiál PP 1kus

#1.3.4.2 Držák BT18 pro 1 kus implantátového boxu IB18, materiál PC 1kus

#1.3.5.1 Implantátový box IB20, 2,0l, vnitřní rozměry 112x90x265mm, materiál PP 1kus

#1.3.5.2 Držák GH14 pro 3 kusy implantátového boxu IB20, materiál nerez 1kus

Cena jedné (1) soupravy bez DPH: 82.645,-Kč

DPH 21%: 17.355,-Kč

Cena jedné (1) soupravy s DPH: 100.000,-Kč

Termín dodání: 5týdnů

Dodací podmínky. Do Středomoravská nemocniční a.s.

Platební podmínky: 30 dní po odeslání


Záruční doba: 24 měsíců

Záruční i pozáruční servis zabezpečuje firma Ultrazvuk, s.r.o.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, se kterou se na nás obracíte, a těšíme se na případnou Vaši objednávku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem



Příloha: Technická specifikace

Vnitřní rozměry vany: 325x300x150mm

Materiál: nerezová ocel AISI 304

Celkový objem: 13,5litrů

Operabilní objem 9,5litrů

Vypouštěcí ventil: G1/2 levá strana

Pracovní frekvence: 35kHz

Efektivní ultrazvukový výkon: 200W_{eff} (špičkový výkon – peak to peak 800W)

Nastavitelný (přepínatelný) ultrazvukový výkon 20, 40, 60, 80, 100%

Funkce Sweep: ano

ULTRAZVUK, s.r.o.
Sušilova 1337
500 02 Hradec Králové
DIČ: 228-64792269