


DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O NÁJMU VĚCI MOVITÉ č. NS 01-18

uzavřené dne 6. 2. 2018

Článek I. Smluvní strany


MEDESA s.r.o.

Se sídlem: Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
IČO: 64254577
DIČ: CZ64254577
Statutární zástupce: Otakar Klepárník, jednatel
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

dále jen „pronajímatel“ na straně jedné

a

Krajská zdravotní, a.s.

Se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 ÚSTÍ NAD LABEM
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Statutární zástupce: Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti na základě pověření představenstvem společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

dále jen „nájemce“ na straně druhé.

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2018 smlouvu o nájmu věci movité č. NS 01-18 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je nájem vakuového tkáňového procesoru specifikovaného přílohou č. 1 smlouvy.

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku č. 1.

Článek III.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva tak, že stávající článek V. odst. 1 a článek VI odst. 1 e., se nahrazují novými, které nově zní:

„Článek V

1. *Nájemné bylo mezi smluvními stranami sjednáno ve výši 36 300,00 Kč včetně DPH (bez DPH ve výši 30 000,00 Kč).*

Článek VI

1. e. po ukončení doby platnosti této smlouvy uvedené v článku IV. odst. 1 nabídnout nájemci odkup předmětu nájmu za zůstatkovou cenu, tj. hodnota - cena předmětu nájmu bez DPH ponížena o uhrazené nájemné bez DPH. K zůstatkové ceně bude připočtena zákonná výše DPH.

Článek IV.

Tímto dodatkem č. 1 se nahrazuje příloha č. 1 smlouvy novou, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace předmětu nájmu, nájemné

Za pronajímatele:

V Poličce dne 13 -08- 2018



Za nájemce

4 -09- 2018

V Ústí nad L

06

v zastoupení

KZ

Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti

Medesa

MEDESAS s.r.o.
Na Vyšehradě 1092 | 572 01 Polička
IC: 64254577 | DIČ: CZ64254577

příloha č. 1: Specifikace předmětu nájmu, nájemné

Název přístroje: Vakuový tkáňový procesor Tissue-Tek® VIP 6® AI Vacuum Infiltration Processor Floor	Výrobní číslo: 6042 0234	
Hodnota pronajatého přístroje v Kč bez DPH: 1 234 900,00	Předáno dne: 30. 1. 2018	
Umístění /pracoviště: Patologie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
Doporučené periodické bezpečnostně technické kontroly („PBTk“), dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, a s tím spojené dopravné, půjdou po dobu nájmu na náklady:	pronajímatele	
PBTk materiál /spotřební materiál doporučený výrobcem/ půjde po dobu nájmu na náklady:	pronajímatele	

PODMÍNKY ODKUPU PŘEDMĚTU NÁJMU po ukončení nájemní smlouvy:

Hodnota – cena předmětu nájmu Tissue-Tek® VIP 6® bez DPH	1 234 900,00 Kč
Hodnota – cena předmětu nájmu s 21 % DPH	1 494 229,00 Kč

POPIS PŘEDMĚTU NÁJMU:

Tkáňový procesor
VIP® 6



VIP® 6 je **vakuový tkáňový procesor** určený ke zpracování lidských a zvířecích tkání s jednoduchou obsluhou a kapacitou až na 300 kazet. Přístroj je ovládán přes barevnou dotykovou obrazovku, která zobrazuje veškeré informace o průběhu zpracování, řídicí software je dostupný v češtině a umožňuje programovat až 50 postupů pro fixaci, dehydrataci, projasnění a parafínovou impregnaci vzorků tkání. Velkokapacitní zásobníky a možnost automatického posunu reagentů zajišťují minimalizaci rizika přerušování provozu při zpracování tkání a expozici obsluhy škodlivými výparů.

PARAMETRY

- pracovní retorta s možností: zapnutí/vypnutí tlaku a vakua, nastavení teploty do 60 °C, nastavení míchání
- pracovní objem 3,5 l pro 300 kazet/ 2,7 l pro 150 kazet
- prostor pro reagenty:
 - 10 nádob pro roztoky pro zpracování (objem do 4,2 l)
 - 2 nádoby pro čisticí roztoky (objem do 4,2 l)
 - 1 nádoba kondenzační
 - 1 nádoba pro odpadní parafín
- 2 velkokapacitní postranní zásobníky o objemu 10,8 l slouží k doplňování roztoků
 - v průběhu zpracování,
 - při výměně/posunu roztoků,
- výměna reagentů manuální nebo automatická přes externí porty
- parafínová pec:
 - nastavitelná teplota 45–70 °C
 - 3 zásobníky pro cca 4,2 l

- 1 zásobník pro cca 5,6 l
- 2 uhlíkové filtry pro odtah výparů nebo možnost připojení na externí odsávání
- ovládání/software:
 - barevná dotyková obrazovka (10,4")
 - uživatelem nastavitelné:
 - 100 názvů roztoků
 - 5 konfigurací roztoků
 - 50 programů pro zpracování
 - 6 programů pro míchání
 - 3 čistící programy
 - možnost odloženého startu
 - možnost volby češtiny
- 4 hladinové senzory
- rozměry (š x v x h): 61 x 133 x 63 cm
- hmotnost: 165 kg
- napájecí napětí: 230 V, 50/60 Hz
- uživatelské rozhraní:
 - USB port,
 - možnost připojení UPC,
 - možnost připojení k externímu alarmu,
- provozní teplota, vlhkost, tlak: 10–40 °C, 30–85 % bez kondenzace, 70–106 kPa

VYOBRAZENÍ

