

Příloha č. 5 Zadávacích podmínek – Operační stoly
Technická specifikace předmětu nabízeného plnění bude tvořit Přílohu č. 1 Kupní smlouvy

Operační stoly pro Centrální operační sály – 4 kusy

Termín dodání předmětu kupní smlouvy – 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy. Tento termín je dodavatel povinen uvést ve svém návrhu kupní smlouvy, a to do článku IV Kupní smlouvy.

Dodavatel u každé položky uvede skutečné hodnoty dodávaného zboží tak, aby bylo z nabídky dodavatele jednoznačně patrné, že minimální technické parametry požadované zadavatelem dodavatel splňuje bez výhrad. Tam, kde zadavatel uvádí (požaduje) konkrétní hodnoty (např. božní klonění – minimálně 20°), uvede dodavatel hodnoty, kterými disponuje dodávané zboží nebo informaci o tom, že požadavek zadavatele dodavatel splňuje (slovním vyjádřením **SPLŇUJE**).

Sál 1 (superaseptický sál, ortopedie a kostní traumatologie)

- mobilní noha operačního stolu ... 1x - **splňuje**
- operační deska pro všeobecnou chirurgii s příslušenstvím ... 1x - **splňuje**
- operační deska pro traumatologii s příslušenstvím ... 1x - **splňuje**
- transportér desek ... 2x - **splňuje**
- dálkový ovladač s dobíječkou ... 1 - **splňuje x**
- vybavení stolu pro ARO ... 2x (ke každé desce 1x) - **splňuje**
- technické požadavky stolu:
 - elektromechanický operační stůl s výměnnými deskami - **splňuje**
 - přemístitelná mobilní noha - **splňuje**
 - motorický pohyb operačních desek - **splňuje**
 - možnost náklonu Trendelenburg, anti-Trendelenburg minimálně 40° - **splňuje**
 - boční klonění minimálně 20° - **splňuje**
 - horizontální posun operační desky, minimálně 120 mm - **splňuje**
 - zatížitelnost minimálně 200 kg (+20 kg příslušenství) - **splňuje**
 - funkční antikolizní systém - **splňuje**
 - zdvih minimálně 1150 mm - **splňuje**
- příslušenství stolu:
 - dobíjecí stanice pro dálkový ovládač - **splňuje**
 - dálkový ovladač pohybu stolu a desek - **splňuje**
- operační deska pro všeobecnou chirurgii – modulární - **splňuje**
 - motoricky ovládané funkce - **splňuje**
 - odnímatelné polstrování - **splňuje**
- příslušenství desky pro všeobecnou chirurgii
 - nastavitelná zádová sekce, motoricky ovladatelná, rtg transparentní - **splňuje**

- podložky pod dolní končetiny, vícedílné, nastavitelné, lámací, roztažitelné, rtg transparentní, možnost polohy „do kleku“ - **splňuje**
 - podložka hlavy stavitelná, polstrovaná - **splňuje**
- příslušenství ke stolu pro ARO
 - podložka ruky k aplikaci infuzí, ARO rám, boční opěrky, zajišťovací fixační pásy, infuzní stojan - **splňuje**
- operační deska pro traumatologii – modulární - **splňuje**
 - motoricky ovládané a nastavitelné funkce - **splňuje**
 - odnímatelné polstrování - **splňuje**
- příslušenství desky pro traumatologii
 - podložka hlavy - **splňuje**
 - zádová podložka nastavitelná - **splňuje**
 - podložka dolních končetin polohovatelná, vícedílná, nastavitelná - **splňuje**
 - extenční zařízení pro traumatologii dolních končetin včetně kompletu trakčních tyčí, svorek, kolík, boty - **splňuje**
 - prodloužení pánevní sekce pro traumatologii - **splňuje**

Sál 2 (aseptický sál, ortopedie, cévní chirurgie a obecná chirurgie)

- mobilní noha operačního stolu ... 1x - **splňuje**
- operační deska pro všeobecnou chirurgii s příslušenstvím ... 2x - **splňuje**
- transportér desek ... 2x - **splňuje**
- dálkový ovladač s dobíječkou ... 1x - **splňuje**
- vybavení stolu pro ARO ... 2x (ke každé desce 1x) - **splňuje**
- technické požadavky stolu:
 - elektromechanický operační stůl s výměnnými deskami - **splňuje**
 - přemístitelná mobilní noha - **splňuje**
 - motorický pohyb operačních desek - **splňuje**
 - možnost náklonu Trendelenburg, anti-Trendelenburg minimálně 40° - **splňuje**
 - boční klonění minimálně 20° - **splňuje**
 - horizontální posun operační desky, minimálně 120 mm - **splňuje**
 - zatížitelnost minimálně 340 kg (+20 kg příslušenství) - **splňuje**
 - funkční antikolizní systém - **splňuje**
 - zdvih minimálně 1150 mm - **splňuje**
- příslušenství stolu:
 - dobíjecí stanice pro dálkový ovládač - **splňuje**
 - dálkový ovladač pohybu stolu a desek - **splňuje**
- operační deska pro všeobecnou chirurgii – modulární - **splňuje**
 - motoricky ovládané funkce - **splňuje**
 - odnímatelné polstrování - **splňuje**
- příslušenství desky pro všeobecnou chirurgii

- nastavitelná zádová sekce, motoricky ovladatelná, rtg transparentní - **splňuje**
 - podložky pod dolní končetiny, vícedílné, nastavitelné, lámací, roztažitelné, rtg transparentní, možnost polohy „do kleku“ - **splňuje**
 - podložka hlavy stavitelná, polstrováná - **splňuje**
- příslušenství ke stolu pro ARO
 - podložka ruky k aplikaci infuzí, ARO rám, boční opěrky, zajišťovací fixační pásky, infuzní stojan - **splňuje**

Sál 3 (aseptický sál, chirurgie, urologie)

- mobilní noha operačního stolu ... 1x - **splňuje**
- operační deska pro všeobecnou chirurgii s příslušenstvím ... 2x - **splňuje**
- transportér desek ... 2x - **splňuje**
- dálkový ovladač s dobíječkou ... 1x - **splňuje**
- vybavení stolu pro ARO ... 2x (ke každé desce 1x) - **splňuje**
- technické požadavky stolu:
 - elektromechanický operační stůl s výměnnými deskami - **splňuje**
 - přemístitelná mobilní noha - **splňuje**
 - motorický pohyb operačních desek - **splňuje**
 - možnost náklonu Trendelenburg, anti-Trendelenburg minimálně 40° - **splňuje**
 - boční klonění minimálně 20° - **splňuje**
 - horizontální posun operační desky, minimálně 120 mm - **splňuje**
 - zatížitelnost minimálně 200 kg (+20 kg příslušenství) - **splňuje**
 - funkční antikolizní systém - **splňuje**
 - zdvih minimálně 1150 mm - **splňuje**
- příslušenství stolu:
 - dobíjecí stanice pro dálkový ovládač - **splňuje**
 - dálkový ovladač pohybu stolu a desek - **splňuje**
- operační deska pro všeobecnou chirurgii – modulární
 - motoricky ovládané funkce - **splňuje**
 - odnímatelné polstrování - **splňuje**
- příslušenství desky pro všeobecnou chirurgii
 - nastavitelná zádová sekce, motoricky ovladatelná, rtg transparentní - **splňuje**
 - podložky pod dolní končetiny, vícedílné, nastavitelné, lámací, roztažitelné, rtg transparentní, možnost polohy „do kleku“ - **splňuje**
 - podložka hlavy stavitelná, polstrováná - **splňuje**
- příslušenství ke stolu pro ARO
 - podložka ruky k aplikaci infuzí, ARO rám, boční opěrky, zajišťovací fixační pásky, infuzní stojan - **splňuje**
- specifický požadavek pro urologickou operativu

- příslušenství desky stolu na polohování k transuretrální urologické operativně
- splňuje

Sál 4 (aseptický sál, chirurgie, urologie, gynekologie)

- mobilní noha operačního stolu ... 1x - splňuje
- operační deska pro všeobecnou chirurgii s příslušenstvím ... 2x - splňuje
- transportér desek ... 2x - splňuje
- dálkový ovládač s dobíječkou ... 1x - splňuje
- vybavení stolu pro ARO ... 2x (ke každé desce 1x) - splňuje
- technické požadavky stolu:
 - elektromechanický operační stůl s výmennými deskami - splňuje
 - přemístitelná mobilní noha - splňuje
 - motorický pohyb operačních desek - splňuje
 - možnost náklonu Trendelenburg, anti-Trendelenburg minimálně 40° - splňuje
 - boční klonění minimálně 20° - splňuje
 - horizontální posun operační desky, minimálně 120 mm - splňuje
 - zatížitelnost minimálně 200 kg (+20 kg příslušenství) - splňuje
 - funkční antikolizní systém - splňuje
 - zdvih minimálně 1150 mm - splňuje
- příslušenství stolu:
 - dobíjecí stanice pro dálkový ovládač - splňuje
 - dálkový ovládač pohybu stolu a desek - splňuje
- operační deska pro všeobecnou chirurgii – modulární - splňuje
 - motoricky ovládané funkce - splňuje
 - odnímatelné polstrování - splňuje
- příslušenství desky pro všeobecnou chirurgii
 - nastavitelná zádová sekce, motoricky ovladatelná, rtg transparentní - splňuje
 - podložky pod dolní končetiny, vícedílné, nastavitelné, lámací, roztažitelné, rtg transparentní, možnost polohy „do kleku“ - splňuje
 - podložka hlavy stavitelná, polstrovaná - splňuje
- příslušenství ke stolu pro ARO
 - podložka ruky k aplikaci infuzí, ARO rám, boční opěrky, zajišťovací fixační pásy, infuzní stojan - splňuje
- specifický požadavek pro urologickou a gynekologickou operativu
 - příslušenství desky stolu na polohování k transuretrální urologické operativně - splňuje
 - příslušenství k operační desce umožňující polohování ke gynekologické operativě - splňuje

Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10% v případech, kdy jsou zadavatelem stanoveny pevné hodnoty, ovšem vždy za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití



Příloha č. 23 zadávacích podmínek

KRYCÍ LIST NABÍDKY DODAVATELE

Krycí list nabídky pro 5. část veřejné zakázky

Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s.

zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název zakázky	Operační stoly pro Centrální operační sály		
Dodavatel			
Název	MAQUET Czech Republic s.r.o.		
Sídlo / místo podnikání	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4		
IČO	03053601		
Kontaktní osoba			
- telefon kontaktní osoby			
- e-mail kontaktní osoby			
Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH:	Cena celkem včetně DPH:
1. Operační stoly pro Centrální operační sály/ MAQUET OTESUS 1160 – 4 kusy	6 278 829,44 Kč	1 318 544,18 Kč	7 597 383,62 Kč
Celková nabídková cena	6 278 829,44 Kč	1 318 544,18 Kč	7 597 383,62 Kč

Prohlášení o splnění technických parametrů

Prohlašuji, že technické parametry operačních stolů MAQUET OTESUS 1160 odpovídají minimálním technickým parametrům vymezeným zadávacími podmínkami.

Prohlášení o pravdivosti

Prohlašuji, že údaje uvedené v nabídce a přílohách jsou ve vztahu k zadávacím podmínkám úplné, pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osoba oprávněná jednat za dodavatele

Jméno, příjmení, titul	Mgr. Jiří Lacina, MBA
Funkce, postavení u dodavatele	jednatel
Datum	5.10.2017
Podpis oprávněné osoby	