

Technická specifikace a minimální požadavky na Endosono (část 2)	
Dodavatel	Z TECHNIK s.r.o.
Výrobce	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP., Japonsko
Označení přístroje	GF-UCT180

Popis parametru	žadavatelem požadovaná hodnota	uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
<b>Endosono</b>			
Videogastroskop ultrasonografický s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků, možnost ovládní základních funkcí z těla endoskopu.	ANO	ANO	Vyžadováno
Optický systém: - zorné pole minimálně 100° - směr pohledu – 55° šikmý pohled - hloubka ostrosti minimálně 3,0 -100,0 mm - minimální pozorovací vzdálenost 6,0 mm	ANO	Optický systém: - zorné pole 100° - směr pohledu – 55° šikmý pohled - hloubka ostrosti 3,0 -100,0 mm - minimální pozorovací vzdálenost 6,0 mm	Vyžadováno
Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 14,6 mm - zevní průměr tubusu maximálně 12,6 mm - pracovní délka minimálně 1245,0 mm	ANO	Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce 14,6 mm - zevní průměr tubusu 12,6 mm - pracovní délka 1250,0 mm	Vyžadováno
Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm.	ANO	Pracovní kanál – vnitřní průměr 3,7 mm	Vyžadováno
Ohybová část: rozsah angulace: - nahoru minimálně 130° - dolů minimálně 90° - doprava minimálně 90° - doleva minimálně 90°	ANO	Ohybová část: rozsah angulace: - nahoru 130° - dolů 90° - doprava 90° - doleva 90°	Vyžadováno
Ultrazvukové funkce:	ANO	ANO	Vyžadováno
Režim zobrazení – B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód).	ANO	ANO	Vyžadováno
Bod ostření – k dispozici max. 4 body ostření ( F1-F16 ).	ANO	ANO	Vyžadováno
Metoda snímání – elektronická lineární.	ANO	ANO	Vyžadováno
Zobrazovací techniky – Color Doppler a Power Doppler.	ANO	ANO	Vyžadováno
Směr snímání – paralelně se směrem zavádění.	ANO	ANO	Vyžadováno
Frekvence - 5/6/7,5/10 MHz.	ANO	ANO	Vyžadováno
Velikost pole – rozsah snímání minimálně 180°.	ANO	Frekvence - 5/6/7,5/10 MHz Velikost pole – rozsah snímání 180°	Vyžadováno
Vyšetřovací metody: - kontaktní ve vodním prostředí.	ANO	ANO	Vyžadováno
Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášetlivý a spojitelný) se stávajícím ultrazvukovým centrem Aloka a se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Nemocnice Strakonice. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190; CV-190; CV-165; CV-145; CV-145) a se zdroji studeného světla (CLV-190; CLV-190; CLE-165; CLE-145; CLE-145). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným automatickým dezinfektorům miniETD2 Plus GA.	ANO	ANO	Vyžadováno

Podklady pro instalaci			
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	Uveďte rozměry/použitelnou nádobu		informativní položka
Hmotnost	Uveďte hmotnost		informativní položka
Napájení	Uveďte napětí (V) proud (W)		informativní položka
Požadavky na instalaci	Uveďte všechny požadavky na instalaci		informativní položka
Životnost přístroje dle výrobce	Uveďte životnost přístroje dle výrobce	10 let	informativní položka

Pro převzetí zařízení musí být dodáno a splněno:

- Návod k použití v českém jazyce – v písemné podobě (na oddělení), v elektronické podobě na CD (na technické oddělení).
- Návod musí být přeložený výrobcem nebo alespoň překlad výrobcem potvrzený.
- Prohlášení o shodě v kopii. Všechny přístroje musí mít certifikát dle direktivy 93/42EHS jako zdravotnický prostředek.
- Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti podle §29 zákona 268/2014 Sb.
- Autorizační protokol od výrobce obsahující pověření k servisu a záškolování.
- Závazné stanovení ceny za provádění odborné údržby podle §65 zákona č. 268/2014 Sb. po uplynutí záruční doby.
- instruktáž v takové úrovni, aby mohly alespoň dvě osoby provádět instruktáž dalších zaměstnanců dle §61 čl.2, zákona č.268/2014 Sb.
- Provádění odborné údržby podle §65 zákona č. 268/2014 Sb. po dobu trvání záruční doby přístroje dle objednávky zadavatele.
- Realizace odborné údržby po dobu životnosti přístroje dle periody uvedené výrobcem v návodu k použití.
- Po provedení odborné údržby požadujeme ZP označit viditelně štítkem s vyznačením data příští kontroly.

Zadavatel uvádí, že dle § 90 odst. 1 a 2 zákona v návaznosti na § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.