

Technická specifikace a minimální požadavky na Pálicí jednotky (část 2)

Dodavatel	Z TECHNIK s.r.o.
Výrobce	Olympus Winter & Ibe GmbH
Označení přístroje	ESG-300

Popis parametru	specifická požadovaná hodnota	uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Pálicí jednotky			
Monopolární i bipolární koagulace.	ANO	ANO	Vyžadováno
Typy monopolárních módů (cca. 5 pro řezání cca. 3 pro koagulaci).	ANO	ANO (5 pro řezání a 3 pro koagulaci)	Vyžadováno
Typy bipolárních módů (cca. 3 pro řezání cca. 3 pro koagulaci)+ režim zpětnovazebné HF koagulace.	ANO	ANO (3 pro řezání a 3 pro koagulaci) + režim zpětnovazebné HF koagulace	Vyžadováno
Základní frekvence cca. 330 - 380 kHz.	ANO	330 - 380 kHz	Vyžadováno
Maximální výkon cca. 120 W.	ANO	120 W	Vyžadováno
Ovládání výstupu nožním spínačem.	ANO	ANO	Vyžadováno

Podklady pro instalaci			
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	Uveďte rozměry/parametrové hodnoty	156 x 370 x 465 mm	informativní položka
Hmotnost	Uveďte hodnotu	11,98 kg	informativní položka
Napájení	Uveďte napětí (V) příkon (W)	napětí 240 V	informativní položka
Požadavky na instalaci	Uveďte instalační požadavky na instalaci	Součást endoskopické sestavy.	informativní položka
Životnost přístroje dle výrobce	Uveďte životnost přístroje dle výrobce	10 let	informativní položka

Pro převzetí zařízení musí být dodáno a splněno:

Návod k použití v českém jazyce – v písemné podobě (na oddělení), v elektronické podobě na CD (na technické oddělení).

Návod musí být přeložený výrobcem nebo alespoň překlad výrobcem potvrzený.

Prohlášení o shodě v kopii. Všechny přístroje musí mít certifikát dle direktivy 93/42EHS jako zdravotnický prostředek.

Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti podle §29 zákona 268/2014 Sb.

Autorizační protokol od výrobce obsahující pověření k **servisu** a **zaškolení**.

Závazné stanovení ceny za provádění odborné údržby podle §65 zákona č. 268/2014 Sb. po uplynutí záruční doby.

instruktáž v takové úrovni, aby mohly alespoň dvě osoby provádět instruktáž dalších zaměstnanců dle §61 čl.2, zákona č.268/2014 Sb.

Provádění odborné údržby podle §65 zákona č. 268/2014 Sb. po dobu trvání záruční doby přístroje dle objednávky zadavatele.

Realizace odborné údržby po dobu životnosti přístroje dle periody uvedené výrobcem v návodu k použití.

Po provedení odborné údržby požadujeme ZP označit viditelně štítkem s vyznačením data příští kontroly.

Zadavatel uvádí, že dle § 90 odst. 1 a 2 zákona v návaznosti na § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.