



**Príloha č. 1**

*(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ... a podepište)*

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
<b>ZADAVATEL</b>	
název adresa	Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční 955 755 01 Vsetín
zastoupený funkce	[redacted] místopředsedkyní představenstva
identifikační číslo	268 71 068
<b>IDENTIFIKACE ZAKÁZKY</b>	
název zakázky	Podložka pro přesun pacienta
režim zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
<b>ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ</b>	
název adresa sídla podnikání	MEDIAL spol. s r.o., Na Dolinách 128/36, 147 00 Praha 4
IČ a DIČ	14892901 a CZ14892901
datová schránka	K58kxke
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	[redacted]
telefon / fax	[redacted]
e-mail	[redacted]
<b>Kontaktní osoba pro jednání ve věci zakázky</b>	
jméno, příjmení, titul	[redacted]
funkce	Obchodní zástupce
telefon	[redacted]
e-mail	[redacted]



<b>NABÍDKOVÁ CENA</b> (hodnotící kritérium č. 1)		váha kritéria 70 %
<b>Podložka pro přesun pacienta - 5 kusů (předmět plnění)</b>		
cena za 1 kus (bez DPH v Kč)	DPH (Kč)	cena za 1 kus (včetně DPH v Kč)
13 050,-	2 740,50 -	15 790,50 -
cena za 5 kusů (bez DPH v Kč)	DPH (Kč)	cena za 5 kusů (včetně DPH v Kč)
K1 65 250,-	13 702,50-	78 952,50-

Hodnota (K1) bude uvedena mj. v Příloze č. 3 - Kupní smlouva.2

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

<b>ZÁRUKA</b> (hodnotící kritérium č. 2)	váha kritéria 20 %
Délka záruční doby v měsících, nevztahuje se na mechanické poškození (opotřebení)	(K2) 36 měsíců

\* Zadavatel požaduje minimální délku záruky 36 měsíců od data protokolárního předání předmětu plnění. Nejvyšší počet bodů bude přidělen za délku záruky 60 měsíců, delší záruka už při hodnocení nebude zohledněna.

<b>POZÁRUČNÍ SERVIS</b> (hodnotící kritérium č. 3)	váha kritéria 5 %
Cena pozáručního servisu v Kč/hod	(K3) 0,- Kč

Hodnota (cena) uvedená v buňce K3 označené ... bude bez DPH.

DOPRAVNÉ (hodnotící kritérium č. 4)		váha kritéria 5 %
Počet <u>kilometrů</u> , které bude uchazeč fakturovat		0
I.	Cena kilometrovného v závislosti na výše uvedeném řádku v <u>Kč</u>	0
II.	Cena času stráveného na cestě v <u>Kč</u>	0
III.	Cena výjezdu servisního technika v <u>Kč</u>	0
IV.	Cena jiné položky, kterou si účtuje účastník v rámci dopravného v <u>Kč</u>	0
Cena dopravného po uplynutí záruky v <u>Kč</u>		(K4) 0,- Kč

Hodnota (cena) v buňce (K4) je součtem hodnot (cen) v buňkách označených ... v řádcích I. a II. a III. a IV.

Všechny hodnoty (ceny) uvedené v buňkách označených ... budou bez DPH.

#### Upozornění

V případě, že ve vyplněných tabulkách všech kritérií se objeví 0,0 (nulové plnění), bude zadavatel pro účely výpočtu počítat s hodnotou 0,01 (jedna setina).

V Praze dne [redacted]

[redacted signature area]

podpis účastníka zadávacího řízení

účastník: **MEDIAL spol. s r.o.**

jméno, příjmení, titul: [redacted]

funkce: **jednatel**



**Příloha č. 2a**

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „Parametry požadavku“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny symbolem „NEVYPLŇOVAT“)

**POŽADAVEK NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodání *nových podložek pro přesun pacienta* dle níže uvedených požadavků.

Předmět plnění je určený pro vybavení Interního pavilónu.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
<b>Podložka pro přesun pacienta (5 kusů)</b>	
Přenosná pomůcka usnadňující přesun imobilních pacientů s možností složení na polovinu	<b>NEVYPLŇOVAT</b>
Pevný, kluzný povrch odolný proti protržení	<b>NEVYPLŇOVAT</b>
Materiál netoxický, zdravotně nezávadný, antibakteriální, příjemný pro pacienty, lehce čistitelný a dezinfikovatelný	<b>NEVYPLŇOVAT</b>
Konstrukce pevná a odolná s bezpečnostním zakončením	<b>NEVYPLŇOVAT</b>
Velikost podložky minimálně 180 x 50 cm	<b>180X50 cm</b>
Hmotnost podložky maximálně 3 kg	<b>3kg</b>
Nosnost podložky minimálně 180 kg	<b>Neomezeně viz. návod</b>



**Příloha č. 2b**

(Pokyn zadavatele: vyplňte buňky označené .....)

**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

<b>Název</b>	<b>výrobce (uvést)</b>	<b>model, případně typ (uvést)</b>
<b>Podložka pro přesun pacienta (5 kusů)</b>	Samarit Medizintechnik AG	Samarit Rollbord Standard Professional 180 x 50cm, skládací