

Antidekubitní matrace - 73ks

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: není požadována

3. Specifikace:

Předmětem nabídky je Matrace antidekubitní, kompletní

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Aktivní antidekubitní podložka s redistribucí tlaku	splňuje
2. Prevence 1. stupně dekubitů	splňuje
3. Tvar vzduchových komor bublinový – zadavatel nepřipouští příčné válce	splňuje
4. Rozměr 200x 90	200 (300)x90 cm
5. Výška podložky 7 cm	6,5cm
6. Hmotnost pacienta min 120kg	130 kg
7. Omyvatelný povrch	splňuje
8. Kompresor o výkonu min. 5l/min, se zapuštěným připojením vzduchových hadic do krytu přístroje, s nastavitelným tlakem vzduchu a pracovním cyklem 5-10 minut	Splňuje, 6-7l/min, cyklus 12 min