

	Fibrobronchoskop 1ks
--	-----------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Kompatibilita: není požadována**3. Specifikace:**

Předmětem nabídky je ((uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce: Fibrobronchoskop Pentax, FI-9RBS.

	Uchazečem nabízená hodnota
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz* na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1) Intubační fibrobronchoskop	ANO
2) zorné pole min. 90°	ANO
3) směr pohledu – přímý pohled	ANO
4) hloubka pole min. 3-50 mm	ANO
5) vnější průměr max. 3,1 mm	ANO
6) pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr min. 1,1 mm	ANO 1,15
7) Oddělené umístění vstupu pro nástroj a odsávání do pracovního/ odsávacího kanálu- odstup min. 100mm	ANO
8) ohybová část – rozsah angulace nahoru /dolů min. 130°	ANO
9) pracovní délka. 600mm	ANO
10) celková délka max.890 mm	ANO
11) externí bateriový zdroj LED světla s garantovanou výdrží plného osvětlení min. 2,5 hod	ANO
12) Max. váha zdroje 120g vč. baterií	ANO

* Návod k použití fibrobronchoskopu a návod k použití zdroje světla (kapitola „Technická specifikace“)