

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

## KUPNÍ SMLOUVA

č. 169/EF/2018

č. 1929/2018/ÚVN

### Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93921

se sídlem: Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041

IČO: 270 68 641

DIČ: CZ270 68 641

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Pavel Kasal a Ing. Ivo Lukeš, CSc. – prokuristé společnosti

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

### Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: 4 [REDAKCE]

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

### Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup pro část 5 veřejné zakázky s názvem „Skříň sušící na endoskopii**“, (evidenční č. Z2018 - 018749), zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vychází ze zadávací dokumentace a z podané nabídky prodávajícího.
3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.

### Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **2 ks skříň sušící na endoskopii** pro Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN blíže specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“), v souladu s touto smlouvou, závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické

právo k zařízení a závazek kupujícího zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou dále specifikovaná plnění související s koupí zařízení.

### **Článek III. Dodací podmínky**

1. Dodávka je řádně splněna, jestliže zařízení bylo v místě plnění předáno kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací, uvedeno do provozu (tj. provedena instalace, napojení na veškeré potřebné sítě apod.) a předvedena jeho funkčnost, to vše v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího.
2. Spolu se zařízením musí být kupujícímu předána následující dokumentace: návod k obsluze zařízení v českém jazyce a prohlášení o shodě, obojí v listinné podobě a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, a veškeré další dokumenty, revize, přijímací zkouška ke ZIZ, prohlášení a jiné podklady, které jsou potřebné pro provoz zařízení v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).
3. Prodávající se zavazuje splnit dodávku nejpozději do 4 týdnů od uzavření této smlouvy.
4. Místem plnění je Interní klinika 1. LF UK a ÚVN v místě sídla kupujícího.
5. Osobou pověřenou prodávajícím k předání zařízení je [REDAKCE]
6. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí zařízení je [REDAKCE]
7. Smluvní strany potvrdí řádné splnění dodávky podpisem předávacího protokolu svými zástupci pověřenými k předání a převzetí zařízení. Vlastnické právo k zařízení a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky, potvrzeného podpisem předávacího protokolu.
8. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zařízení, jestliže zařízení bylo dodáno vadné nebo nebylo dodáno se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Prodávající je v takovém případě povinen dodat bezvadné a kompletní zařízení bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí zařízení kupujícím, nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy. Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky na předávacím protokolu dříve, než jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy, za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.
9. Kupující je oprávněn nařídit prodávajícímu přerušování dodávky,
  - a) je-li ohrožena bezpečnost a zdraví pacientů, pracovníků kupujícího nebo jiných osob, nebo
  - b) vznikla-li kupujícímu v souvislosti s dodávkou zařízení škoda nebo její vznik hrozí.
10. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky zařízení překážky bránící nebo ovlivňující řádné splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

### **Článek IV. Kupní cena**

Sjednaná kupní cena zařízení je cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky, včetně nákladů na dopravu zařízení do místa plnění, pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Kupní cena je ujednána v následující výši:

Kupní cena bez DPH	1 251 126,00,- Kč
DPH 21 %	262 736,46,- Kč
Kupní cena včetně DPH	1 513 862,46,- Kč

## Článek V. Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad – fakturu do 10 pracovních dnů od splnění dodávky.
  2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
  3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
  4. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.
  5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
    - a) evidenční číslo veřejné zakázky,
    - b) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a
    - c) kopii předávacího protokolu jako přílohu.
  6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
  7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
  8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
  9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátců DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
  10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že
    - a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátců, nebo
    - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně
- Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.
11. Postoupení peněžitých pohledávek prodávajícího za kupujícím, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

## Článek VI. Zaškolení

1. Prodávající se zavazuje provést zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze zařízení v souladu s požadavky stanovenými zákonem o zdravotnických prostředcích pro instruktáž k zdravotnickému prostředku, včetně seznámení s riziky spojenými s používáním zařízení (dále jen „zaškolení obsluhy zařízení“), a to bezplatně nejpozději v den podpisu předávacího protokolu.

- MEMOCNICE
2. Prodávající se dále zavazuje provádět pravidelné zaškolení obsluhy zařízení alespoň jedenkrát ročně na základě písemného požadavku kupujícího, a to bezplatně po celou záruční dobu dle této smlouvy a poté v rámci pozáručního servisu za úplatu ve výši dle ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
  3. Zaškolení obsluhy zařízení se uskuteční v místě sídla kupujícího s tím, že konkrétní místo a čas školení bude určen po dohodě obou smluvních stran.
  4. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit určené pracovníky kupujícího v rozsahu stanoveném výrobcem zařízení pro provádění instruktáže dalších pracovníků kupujícího k obsluze zařízení, a to alespoň jedenkrát ročně po celou záruční dobu dle této smlouvy na základě písemného požadavku kupujícího. Platnost tohoto zaškolení nebude časově omezena, ale bude vázána pouze na trvání pracovního či obdobného vztahu zaškoleného pracovníka ke kupujícímu. Konkrétní místo a čas školení podle tohoto odstavce určí prodávající.
  5. Prodávající je povinen před konáním školení předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící zaškolení dle tohoto článku smlouvy je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.
  6. O provedených zaškolení podle tohoto článku smlouvy učiní prodávající, ihned po skončení školení, písemný zápis, který potvrdí pověřený pracovník kupujícího a jehož jedno vyhotovení předá prodávající kupujícímu.

#### Článek VII.

#### Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zařízení je prosté jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem o zdravotnických prostředcích a nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky) a příslušnými normami, má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilé k použití pro účel, k němuž je výrobcem určeno. Zařízení nesplňující tyto podmínky se považuje za vadné.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na zařízení záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem splnění dodávky (dále jen „záruční doba“).
3. Reklamací jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamace vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese [serviszt@olympus.cz](mailto:serviszt@olympus.cz) Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamacie uplatněna.
5. Kupující má právo na odstranění reklamované vady opravou zařízení. V případě, že vada zařízení je neopravitelná nebo prodávající nezajistí kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy za podmínek stanovených touto smlouvou, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zařízení nebo od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.

#### Článek VIII.

#### Záruční servis

- Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu záruční servis zařízení, kterým se rozumí bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav zařízení v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy.
- Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu zařízení v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady (uplatnění reklamace):
- |   |          |
|---|----------|
| reakce na požadavek a výjezd servisního technika (reakční doba) | 1 hodiny |
| odstranění závady bez použití náhradních dílů                   | 24 hodin |

zakáz  
; veřej  
ahájené  
veřejn  
taci, m  
b., obča  
ace a z po  
ninky ob  
ušící na en  
smlouvy  
ímu nabyt

- odstranění závady s použitím náhradních dílů

48 hodin

- Oprava zařízení v rámci záručního servisu zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem zařízení.
- Je-li k provedení opravy nutné zařízení nebo jeho část dopravit do místa určeného prodávajícím, zajišťuje přepravu prodávající na své náklady a nebezpečí.
- Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu zařízení v rámci záručního servisu se neuplatní v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo neodborným zacházením se zařízením v rozporu s pokyny jeho výrobce. Pro provedení oprav těchto závad se uplatní podmínky pro poskytování pozáručního servisu.
- Prodávající je povinen zajistit kupujícímu po dobu opravy zařízení bezplatné zapůjčení náhradního přístroje/komponenty, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení, za podmínky, že
  - závada byla nahlášena (reklamována) v záruční době,
  - jde o závadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a
  - doba opravy zařízení překročí 48 hodin od nahlášení závady.
- Prodávající je povinen zajistit provádění bezpečnostně technických kontrol zařízení včetně všech povinných i doporučených úkonů alespoň v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy a/nebo výrobcem zařízení; provedení bezpečnostně technické kontroly včetně uvedených úkonů dále prodávající vždy zajistí v období jednoho měsíce před skončením záruční doby. V rámci bezpečnostně technických kontrol musí být prováděna též revize zařízení v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li zařízení pevně připojeno ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové nebo plynové zařízení.
- Provádění platnými právními předpisy nebo výrobcem zařízení předepsaných či doporučených úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly zařízení v záruční době zahrnuje i bezplatné dodání spotřebního materiálu, pokud je ho k provedení těchto úkonů zapotřebí.
- Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování záručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu zařízení, uděleném výrobcem zařízení nebo jím zplnomocněným zástupcem v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis zařízení je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.

### **Článek IX. Pozáruční servis**

- Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční servis zařízení, kterým se rozumí provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav zařízení v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, a to po dobu 8 let od skončení záruční doby. Součástí bezpečnostně technické kontroly je též revize zařízení v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li zařízení pevně připojeno ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové nebo plynové zařízení.
- Prodávající je povinen zajistit v rámci pozáručního servisu opravu zařízení v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady:
 

• reakce na požadavek a výjezd servisního technika (reakční doba)	1 hodiny
• odstranění závady bez použití náhradních dílů	48 hodin
• odstranění závady s použitím náhradních dílů	72 hodin

3. Prodávající je povinen zajistit provedení kupujícím vyžádaných úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly zařízení do 5 dnů od přijetí požadavku kupujícího, ledaže kupující uvedl termín pozdější.
4. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování pozáručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu zařízení, uděleném výrobcem zařízení nebo jím zplnomocněným zástupcem v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis zařízení je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.
5. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu po dobu opravy zařízení zapůjčení náhradního přístroje/komponenty, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení, jestliže doba opravy zařízení překročí 72 hodin od nahlášení závady.
6. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za provedenou servisní činnost v rámci pozáručního servisu ve výši dle ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
7. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení zařízení a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, který podepíše pověřený zástupci obou smluvních stran.
8. Pro fakturaci ceny za provedenou servisní činnost v rámci pozáručního servisu platí obdobně ustanovení této smlouvy upravující fakturační a platební podmínky s tím, že přílohou faktury bude kopie servisního výkazu.
9. Na provedené servisní práce v rámci pozáručního servisu poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí výsledku servisní činnosti. Stejnou záruku za jakost poskytne prodávající kupujícímu na dodané náhradní díly v rámci pozáručního servisu, nikoliv však kratší, než je záruka za jakost poskytovaná na příslušný náhradní díl jeho výrobcem. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem zařízení.

#### **Článek X. Sankce**

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zařízení v rámci záručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového zařízení nebo odstoupení od smlouvy kupujícím. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení.
3. V případě prodlení prodávajícího se zajištěním bezpečnostně technické kontroly zařízení v rámci záručního servisu nejpozději v termínech vyplývajících z minimální četnosti provádění jednotlivých povinných či doporučených úkonů, stanovené platnými právními předpisy a/nebo výrobcem zařízení, nebo v termínu stanoveném touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady zařízení v rámci pozáručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady nebo do okamžiku, kdy prodávající po prohlídce zařízení oznámí kupujícímu, že závada je neodstranitelná. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího

nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako zařízení.

5. V případě prodlení prodávajícího s provedením bezpečnostně technické kontroly zařízení v rámci pozáručního servisu ve lhůtě stanovené touto smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
6. V případě prodlení prodávajícího s provedením zaškolení určených pracovníků kupujícího ve lhůtách či termínech stanovených touto smlouvou nebo v souladu s ní je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zařízení bez DPH, nejméně však ve výši 100,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
7. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zařízení nebo za řádně provedenou servisní činnost v rámci pozáručního servisu ve sjednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
8. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

## **Článek XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy v případě, že
  - a) nastanou okolnosti, které mají povahu vyšší moci ve smyslu této smlouvy a které zcela a po dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky z této smlouvy, nebo
  - b) druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem své povinnosti z této smlouvy.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
  - a) na majetek prodávajícího byl prohlášen konkurs,
  - b) prodávající vstoupil do likvidace,
  - c) prodávající je v prodlení se splněním dodávky delším než 10 dnů,
  - d) orgán státního dohledu rozhodl podle zákona o zdravotnických prostředcích o stažení zařízení z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení zařízení z trhu,
  - e) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího, nebo
  - f) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.
3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. S výjimkou odstoupení od smlouvy kupujícím z důvodu rozhodnutí orgánu státního dohledu o stažení zařízení z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení zařízení z trhu se však následky odstoupení od smlouvy po skončení záruční doby vztahují pouze k závazkům smluvních stran, které se týkají poskytování pozáručního servisu.

## **Článek XII. Uveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10

pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
  - a) prodávající: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.
  - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství prodávajícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

### **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 1.500.000,- Kč, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu při plnění závazků z této smlouvy. Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
4. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.



5. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno výslovné ujednání smluvních stran o možnosti odstoupit od této smlouvy z důvodu vyšší moci.
6. Ukáže-li se kterékoli ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
7. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
11. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2 – Ceník pro pozáruční servis
  - Příloha č. 3 – Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu (bude přiloženo pouze ke smlouvě s vybraným dodavatelem)

V Praze dne:  
za prodávajícího:

12. 8. 2018

Ing. Pavel Kasal      Ing. Ivo Lukeš, CSc.  
prokuristé společnosti

**Olympus Czech Group, s.r.o.,**  
① člen koncernu; Evropská 176/16  
160 41 Praha 6, IČ: 27068641  
tel.: +420 221 985 497

V Praze dne:  
za kupujícího:

30 -08- 2018

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha



**V ZASTOUPENÍ**

MUDr. Ivan Jeřábek  
náměstek ředitele pro LPP ÚVN

## Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické požadavky	Ano/Ne	Komentář
Sušicí skříň pro 16 endoskopů	ANO	
Průhledné dveře pro optickou kontrolu	ANO	
Ovládací panel s indikací průběhu sušení	ANO	
Zobrazení obecných informací:	ANO	
- teplota	ANO	
- vlhkost	ANO	
- tlak	ANO	
Zobrazení informací o endoskopu:	ANO	
- min a max teplota	ANO	
- vlhkost	ANO	
- tlak	ANO	
Propojení se systémem Endobase	ANO	
Tiskárna pro tisk protokolu	ANO	
Autentizace uživatele pomocí RFID čtečky	ANO	
Identifikace endoskopu pomocí RFID čtečky	ANO	
Sušení kanálů endoskopu stlačeným medicínálním vzduchem	ANO	
Sušení povrchu endoskopu stlačeným filtrovaným vzduchem (HEPA filtr)	ANO	
<b>Min. příslušenství</b>		
Sady adaptérů pro sušení endoskopů Olympus (14x SET2, 4x SET1, 2x SET3)	ANO	
Sady adaptérů pro sušení endoskopů Pentax (2x)	ANO	
<b>Ostatní</b>		
Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití zařízení a provedena kompletní instalace	ANO	



**Veškeré technické požadavky prokáže účastník dokumenty od výrobce (Datasheety, produktové listy katalogy atd.) a přiloží je jako přílohu Kupní smlouvy č. 1.**

## Technická specifikace

Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů:

- určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce
- zařízení zajišťuje rychlé a efektivní plně automatické sušení a uložení až 16 flexibilních endoskopů ve vertikální pozici
- vnitřní sušení endoskopu vháněním stlačeného medicijního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar.
- Možnost rozšíření o kompresorový modul na medicijní vzduch
- nastavitelná doba sušení
- možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin
- vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr.
- ovládání pomocí jednoho panelu s dotykovým displejem, identifikace vloženého endoskopu pomocí RFID technologie, zobrazení zbývající doby sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením, zobrazení vlhkosti, teploty a tlaku
- ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu
- propojení se systémem Endobase
- otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID
- řízený tok stlačeného medicijního vzduchu o kvalitě pro zdravotnické potřeby dle normy EN 16442:2015 pro sušení jednotlivých kanálků endoskopu
- mikroelektronická řídicí jednotka zajišťuje plně automatické řízení a monitorování procesu.
- zařízení má ve výbavě elektromagnetický zámek dvířek, který zajišťuje, že dvířka komory nemůže otevřít osoba k tomu neoprávněná.
- barevný dotykový displej udává stav každého endoskopu:
  - o Sušení (modrá)
  - o Uložení (zelená)
  - o Chyba (červená)
  - o Preferovaná poloha (bílá)
- barevné LED-diody udávají stav každého endoskopu a mají stejné barevné schéma jako displej,
- transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost.
- držáky pro více endoskopů s novým ergonomickým tvarem k zajištění snadného a rychlého uložení.
- adaptéry pro každý endoskop jsou přímo připojeny k držákům endoskopů za účelem sušení vnitřních kanálků endoskopů.
- zařízení je navrženo s oblými rohy a plochými povrchy pro optimální čištění.
- zařízení je konstruováno, aby splňovalo normu EN 16442:2015
- zařízení bude dodáno s potřebnými propojovacími adaptéry pro endoskopy používané na pracovišti, včetně příslušenství a spotřebního materiálu potřebného pro okamžité fungování přístroje

- technické parametry:
  - externí zdroj tlakového vzduchu
  - průtok vzduchu max. 100 l/min.
  - rosný bod -43°
  - filtr hepa 0,3 $\mu$ /99,97DOP
  - napájecí napětí 230V
  - max. spotřeba 250W
  - výška max.2180mm
  - šířka max.1280mm
  - hloubka max.470mm
  - hloubka sušící komory max.350mm
  - objem komory max.0,65 m<sup>3</sup>
  - hmotnost max.200kg



# OLYMPUS

## Stavební připravenost pro EDC Plus

- **požadavky na rozměry vstupních prostor z hlediska transportu zařízení :**  
Rozměry EDC Plus šířka 1280mm, hloubka 470mm, výška 2130 – 2210 mm)  
transport EDC Plus probíhá zpravidla na tzv. paletáku  
váha 220kg
- **provozní teplota okolí :**  
max 25°C +/- 5°C
- **požadavky na připojení do systému :**  
Stlačený medicínální plyn 3-8 bar  
Rosný bod -43°C  
Průtok 100l/min  
Pracovní tlak 3-8 bar  
Připojení realizovat ve výšce 2400 – 2500mm nad skříní
- **el.energie pro:**  
napětí 230 V  
frekvence 50Hz  
jistice 1x16A + proudový chránič

zásuvka 230V v těsné blízkosti EDC Plus ve výšce 2400 – 2500mm nad skříní  
zásuvka 230V v těsné blízkosti externího změkčovače vody.



OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 – Vokovice  
zápis v ORMS v Praze, oddíl C, vložka 93921, IČ 27068641, DIČ CZ27068641; [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

# OLYMPUS

Your Vision, Our Future




## EDC PLUS

Build your own Drying Cabinet.



Optimal Drying and Storage of Endoscopes is of high Importance in an Endoscopy Workflow in order to meet high Standards of Protection and Hygiene after Reprocessing.




EDC Plus is specifically designed to provide a flexible solution to your endoscope drying and storage needs by enabling a range of functionalities and flexibility. EDC Plus comprises a suite of modular, vertical, second generation Olympus endoscope drying and storage cabinets, from which you can choose the best configuration for your requirements.



## YOUR CHOICE – THE EDC MODULES

One core unit accommodating eight endoscopes can stand alone or be extended with additional modules that hold either four or eight endoscopes. If you do not have access to a supply of pressurized dry air, an optional Air Drying Unit can complete your personalized endoscope drying and storage arrangement.




### EDC Plus Core Unit

The EDC Plus Core Unit has an increased capacity compared with its predecessor, so now eight endoscopes can be dried and stored at any one time. Its control unit has an integrated touch display and enables full control of not just the Core Unit, but also any Extension Units you may choose to add.


### EDC Plus Extension Unit 8

To expand the capacity of your EDC Plus Core Unit, connect the EDC Plus Extension Unit 8 to the core unit's control unit. This allows drying and storage of additional eight endoscopes, taking your drying/storage capacity up to a maximum of 16 endoscopes.



### EDC Plus Extension Unit 4

To expand the capacity of your EDC Plus Core Unit, connect the EDC Plus Extension Unit 4 to the core unit's control unit. This allows drying and storage of additional four endoscopes, taking your drying/storage capacity up to a maximum of 12 endoscopes.



### Air Drying Unit

An optional Air Drying Unit delivers compressed dry air that helps to dry endoscopes fast and hygienically. One Air Drying Unit is capable of supplying air to one EDC Plus Core Unit plus one Extension Unit. Alternatively, one Air Drying Unit can supply up to 3 EDC Plus Core Units.



# ONE POWER SUPPLY UNIT SEVERAL ADVANTAGES

## Independent Air Flow Cycles

Two independent air flow cycles dry the endoscopes inside and out. Inner channels are dried by compressed dry air and HEPA filtered air is used for drying the outside of the endoscopes. The air flow is continuously monitored by independent sensors for each endoscope and a positive pressure is maintained inside the EDC Plus Unit.



## Clear Visibility of Endoscope Status

A multi-color touch display allows you to see the status of each endoscope within the unit, showing whether an endoscope is drying, already dry or whether an error has occurred. Above each endoscope a multi-color LED also indicates the status of the endoscopes, applying the same color scheme as the display. This facilitates efficient identification of a specific endoscope and allows ongoing monitoring of the status of your endoscopes.



## Traceability and Documentation

With specific documentation software, you can store important information and keep track of endoscopes, user data, drying and storage time. It is also possible to print out registers displaying this information.

## Door Lock Function

Enabling the locking function of the EDC Plus means that only registered users are able to open the doors, thus providing secure storage and controlled access to your endoscopes.


## New Multi-Scope Holders

New multi-scope holders are integrated into the EDC Plus Units. Ergonomically shaped, they allow the placement and removal of a large variety of endoscope types and brands. Endoscopes are directly connected to the scope holder via dedicated adaptors which enable drying of the inner channels. At the same time, enough space for scope accessories is provided.



## Y-Holders for Long Endoscopes

Designed to minimize the contact area with an endoscope, new Y-holders position the distal end of long endoscopes. The Y-holders can be placed anywhere at the bottom of an EDC Plus Unit for maximum flexibility.



## Set up to facilitate Maintenance and Servicing

All relevant monitoring equipment is located inside the control unit, which facilitates easy access for service and maintenance.



## Clean Design

All internal surfaces of the EDC Plus Units are designed for optimal cleaning and maintenance activities to help maintain the environment of your valuable endoscopes.

## ETD System — Modular Service

Our modular services provide you with a number of advantages compared to standardised service contracts.

Together with your Olympus partner it is easy to pick the most suitable modules from our flexible service offer to increase efficiency, reduce costs and make medical workflows more reliable. Find out more about our variety of combinable service modules and discover the advantages of the Olympus Modular Service Concept.

## Transparency in your Workflow

EDC Plus Units are equipped with glass doors. This enables a clear view of the current usage and capacity of each unit, thus contributing to the efficiency of your workflow.



## TAKING A CLOSER LOOK AT THE REPROCESSING JOURNEY

Enjoy seamless Compatibility with the Olympus CDS System Approach, Encompassing the complete Spectrum of Endoscope Reprocessing.

### Olympus - your Partner for all Endoscopy Needs

For decades, Olympus has been a global market leader in endoscopy and a trusted name in endoscope reprocessing. We have used our valuable expertise in endoscope hygiene as the basis for developing an entire system for your reprocessing room: the CDS System Approach.

### Holistic Scope

Olympus endoscope reprocessing is more than cleaning and disinfecting endoscopes. It also includes drying and storing endoscopes in dedicated cabinets (EDC) as well as ergonomically and safely transporting them (ETS). All these building blocks are compatible with one another and also work seamlessly with dedicated Olympus traceability functions.



### ETD — Benefits of EDC PLUS System

- **Intelligent:** enhanced EDC PLUS technology supports your workflow
- **Reliable:** reproducible results ensure dependable reprocessing
- **Safe:** reprocessed endoscopes minimise patient infection risks

## Specifications and technical data

<b>Specifications</b>	Type	EDC Plus
	Number of endoscope positions	8 (for extension units 8 and 4)
	Drying time (default setting)	120 minutes
	Storage time (default setting)	168 hours
	Ambient temperature location	25 °C (+/- 5 °C) briefly 35 °C
	Relative humidity location	30 – 75%
<b>Dimensions</b>	EDC Plus	W: 1280 x D: 470 x H: 2130 – 2180 (height adjustable feet)
	EDC Plus 8-scope extension unit	W: 1100 x D: 470 x H: 2130 – 2180 (height adjustable feet)
	EDC Plus 4-scope extension unit	W: 680 x D: 470 x H: 2130 – 2180 (height adjustable feet)
	Weight	200 kg
	Depth of chamber	350 mm
	Volume of cabinet	0.65 m <sup>3</sup>
	Space per endoscope	90 mm
<b>Electrical connections</b>	Power supply	230 V
	Connections	L1, N, PE
	Frequency	50 Hz
	Max. current	1,1 A
	Max. power consumption	250 W
<b>Air supply</b>	Compressed air	Pressurized medical-grade air according to European Pharmacopeia
	Connection	Preferably ½" inner thread (hose ø 8mm)
	Pressure	3 – 8 bar
	Dew point	- 43 °C
	Max. consumption	100l/min, 8 endoscopes, no interval air supply during storage
	Max Consumption per scope per day	7.2 m <sup>3</sup> /h
<b>Air feed into chamber</b>	Internal ventilator	approx.12 m <sup>3</sup> /h
	HEPA filter	H13
	Resistance HEPA filter	200 Pa
<b>Network connections</b>	Connections	TCP/IP; 10/100 (RJ45)

Specifications, design, and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

**OLYMPUS**

**OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG**



**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Příloha č. 2 - Ceník pro pozáruční servis**

Pozáruční servis		Výrobce předepsané kontroly	
Cena servisní hodiny (v Kč bez DPH)	Cena dopravy (paušální cena* v Kč bez DPH)	Perioda (počet měsíců)	Cena kontroly (jedné kontroly v Kč bez DPH)
690,-	500,-	12	13 000,-

**Cena náhradních dílů – pokud je výrobcem určena periodická výměna****Cena za periodická školení obsluhy zařízení**

\*paušální cena dopravy zahrnuje veškeré náklady spojené s dopravou servisního technika do místa plnění (včetně ztrátového času technika na cestě). Cenu dopravy nelze zadat ve

formátu cena / km nebo cena / hod.

**Ceník nejčastěji měněných náhradních dílů**

Název*	Objednací číslo	Cena /ks v Kč bez DPH	Cena /ks v Kč s DPH

\*další díly doplní účastník

**Neoceněné položky či položky „0“ mohou vést k vyřazení nabídky účastníka ze zadávacího řízení.**

**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

Sídlo: Zelené předměstí

Mašarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

Právní forma: akciová společnost

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

## Certifikát o pojištění

Potvrzujeme, že společnost **Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu se sídlem** Evropská 16/176, 160 41 Praha 6 - Vokovice, IČ: 27068641 je pojištěna u ČSOB Pojišťovny, a. s. pojistnou smlouvou č. **8069058312** pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti činností nebo vztahem pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 93921.

Počátek pojištění se sjednává od **25.01.2018 00:00** hodin (počátek pojištění) do **25.01.2019 00:00** hodin (konec pojištění - tj. tento den již není zahrnut do pojištění).

Pojistná smlouva je sjednána na pojistnou částku pro základní pojištění odpovědnosti s činnosti a ze vztahu ve výši **10.000.000,- Kč**, se spoluúčastí **100.000,- Kč**.

  
ČSOB PojišťovnaČSOB Pojišťovna, a. s. člen holdingu ČSOB  
pobočka PRAHAza ČSOB Pojišťovnu, a. s.  
Pavel Bartík

V Praze dne 20.1.2018

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis obsahující ..... list souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořizen, která je prvopisem a skládá se z ..... listů.

V Praze dne 07-02-2018

[REDACTED]  
HANA MĚRKOVÁ  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Praha 6, Křenova 438/5



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis obsahující ..... list souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořizen, která je ověřeným opisem a skládá se z ..... listů.

V Praze dne

19-04-2018

[REDACTED]  
HANA MĚRKOVÁ  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Praha 6, Křenova 438/5

